

NOTE D'INFORMATION : AVERTISSEMENT

Date de création : 29/10/2014

Référence: ENR.REG.003

Version : 2

Page 1 sur 1

NOTE D'INFORMATION : AVERTISSEMENT

A l'attention de :

Produit : Aiguille Boutonnée, 100mm, 18G
Référence : 8001727
N° de lot : 17.11.08
Date de fabrication : 08.11.2017
N° de facture :
Date de facturation :

RETRAIT DE LOT

Cher client,

Le résultat de nos investigations a montré que l'incident reporté est dû à un mésusage de l'aiguille boutonnée. En effet, l'aiguille boutonnée a été courbée volontairement pendant l'intervention, chose qui ne devait pas être faite, puisque pour cet usage, il existe une aiguille boutonnée courbée spécifique.

Par mesure de sécurité, nous avons décidé volontairement de rappeler le lot en question afin d'écarter tout doute.

Merci à vous de compléter le formulaire attaché (Retrait de lot) en indiquant la quantité initialement reçue de ce lot et la quantité restante dans votre stock. A la réception de ce document complété, nous procéderons à un échange de lot.


Swissmedic a déjà été informé.

Notre service client se tient à votre disposition pour tout complément d'information au + 41 21 948 92 74

Nous vous prions d'accepter toutes nos excuses pour les désagréments rencontrés et vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Fait le 09.03.2018

La Direction



RETRAIT DE LOT

Date de création : 29/10/2014

Référence : ENR.REG.004

Version : 2

Page 1 sur 1

RETRAIT DU LOT : Ref : 8001727 (lot : 17.11.08)

ATTN : Société **APPLIMED**

Merci de compléter et renvoyer cette note par fax au : **+ 41 21 948 20 36**
ou par email : **applimed@applimed.ch**

J'ai bien reçu la note d'information produit concernant le retrait des lots datée du

.....

Date :

Nom société :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Nom et fonction du signataire :

Signature :

Désignation du produit	Quantité à retourner
	N° Lot : Quantité :