

Arrow International
c/o Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Irlande

12 avril 2018

URGENT – AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL

Nom commercial du produit concerné :	Divers produits Arrow Pour connaître tous les détails des produits, veuillez-vous reporter à l'Annexe 2
Type d'action :	Rappel
Référence Arrow :	EIF-000256
Références produit/Numéros de lot	Voir l'Annexe 2

Cher client,

Informations détaillées sur les produits concernés

Arrow International publie un rappel concernant les produits identifiés par les codes susmentionnés.

Description du problème

Arrow International est en train de rappeler les produits mentionnés à l'Annexe 2 car leur emballage pourrait ne pas être totalement scellé. Par conséquent, la stérilité des produits ne peut être garantie. Si un produit non stérile est utilisé, il existe un risque d'infection. Aucun préjudice patient lié à ce problème n'a cependant été rapporté.

Nos dossiers indiquent que votre établissement a reçu des produits concernés par cet avis de sécurité.

CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ :

CONSEIL SUR LES ACTIONS À SUIVRE PAR LE PERSONNEL MÉDICAL

1. Nous vous demandons de vérifier votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. Les utilisateurs doivent cesser d'utiliser et de distribuer tous les produits des numéros de lot concernés et les mettre immédiatement en quarantaine.
2. Si vous n'avez pas de stock des produits concernés par cette mesure corrective, mentionnés à l'Annexe 2, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et retourner ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse e-mail mentionné(e) ci-après.
3. Si vous avez en stock des produits concernés, mentionnés à l'Annexe 2, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et compléter les informations sur tous les produits en votre possession ou sous votre contrôle. Retournez immédiatement ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse email mentionné(e).
4. Nous vous contacterons afin d'organiser la reprise des produits concernés et vous communiquerons alors un numéro d'autorisation de retour.
Merci de reporter ce numéro de retour dans le champ prévu à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et de joindre une copie de ce document à votre colis à retourner.

5. Teleflex (ou votre revendeur local) vous dédommagera dès réception et contrôle des produits concernés retournés.

CONSIGNES DESTINÉES AUX DISTRIBUTEURS DES PRODUITS CONCERNÉS

1. Si vous êtes un distributeur, veuillez transmettre cet avis de sécurité concernant un dispositif médical à tous vos clients qui ont reçu des produits concernés par cette mesure corrective. Votre client sera ensuite tenu de compléter le formulaire d'accusé de réception et de vous le retourner.
2. En tant que distributeur, vous êtes tenu de confirmer à Arrow International que vous avez pris en compte la mesure corrective de sécurité décrite ci-dessus. Après avoir pris toutes les mesures requises, veuillez transférer le formulaire d'accusé de réception dûment rempli au Service Qualité.
3. Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des États membres de l'Espace économique européen/de la Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par Arrow International dans les cas où Arrow International a directement distribué les produits concernés.
4. Si vous êtes un distributeur et/ou que vous devez rendre des comptes dans ou en dehors de la zone de l'EEE/CH et de la Turquie, veuillez informer votre autorité compétente de cette action. Veuillez transférer la notification et toutes les communications avec votre autorité locale compétente à Arrow International.

Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des États membres de l'Espace économique européen/de la Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par Arrow dans les cas où Arrow International a directement distribué les produits concernés.

Arrow International

Arrow informe tous ses clients, les employés d'Arrow et ses distributeurs de cette mesure corrective de sécurité.

Transmission de cet avis de sécurité concernant un dispositif médical

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes de votre organisation devant être informées et à toutes les organisations ayant reçu les dispositifs potentiellement concernés. Veuillez transmettre cet avis aux utilisateurs finaux, aux médecins, aux responsables de la gestion des risques, aux centres logistiques/de distribution, etc.

Veuillez diffuser cet avis de sécurité jusqu'à ce que toutes les mesures requises aient été prises au sein de votre organisation.

Contact

Pour obtenir des informations supplémentaires ou de l'aide sur ce problème, veuillez contacter :

Service Qualité :

Contact : Nicole Morawiec
FAX : +41 (0) 31 818 40 93

Téléphone : +41 (0) 31 818 40 90
E-mail : nicole.morawiec@teleflex.com

Arrow International s'est engagée à fournir des produits de qualité, inoffensifs et efficaces. Nous regrettons sincèrement toutes les perturbations occasionnées. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre représentant local ou le Service Qualité.

Au nom d'Arrow International,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty VP, QA

Annexe 1

**CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ
FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION**

N° de client _____

**AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL PUBLIÉ PAR TELEFLEX -
AVIS À PRENDRE EN COMPTE IMMÉDIATEMENT**

Réf. EIF-000256

VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT RENVOYER LE FORMULAIRE REMPLI À :

FAX : +41 (0) 31 818 40 93

E-mail : nicole.morawiec@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Nous accusons réception de cet avis de sécurité concernant un dispositif médical et nous confirmons que nous avons pris les mesures nécessaires, spécifiées dans cet avis. Nous confirmons que notre stock ne comporte AUCUN produit concerné par cette mesure corrective de sécurité.	<input type="checkbox"/> Nous accusons réception de cet avis de sécurité concernant un dispositif médical et nous confirmons que nous avons pris les mesures nécessaires, spécifiées dans cet avis. Nous confirmons que notre stock COMPORTE des produits concernés par cette mesure corrective de sécurité. L'utilisation et la distribution des produits concernés ont été interrompues. Tous les produits concernés ont été suspendus et le nombre de produits mentionné ci-dessous sera retourné. N° d'autorisation de retour (NAR) _____
--	--

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT LES QUANTITÉS.

NOM COMMERCIAL DES PRODUITS AFFECTÉS	EIF-000256 – Divers produits Arrow	
RÉFÉRENCE PRODUIT	NUMÉRO DE LOT	QUANTITÉ (retournée)

- Veuillez joindre une copie du **formulaire d'accusé de réception dûment complété** dans le colis de retour contenant les unités à retourner.
- Assurez-vous que le **numéro NAR soit clairement visible** sur le colis de retour.
- Veuillez étiqueter les produits retournés avec la mention « **Retours suite à une mesure corrective de sécurité** »

Veillez compléter ce formulaire d'accusé de réception et le retourner immédiatement au numéro de fax ou à l'adresse e-mail susmentionné(e).

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT (EX. NOM DE L'HÔPITAL, DE L'ORGANISME DE SOINS DE SANTÉ)	
ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT	Téléphone/Email
FORMULAIRE COMPLÉTÉ PAR :	Cachet
NOM EN MAJUSCULES : _____	
SIGNATURE : _____	
DATE	

EIF-000256 - Appendix 2

Commercial Names	
ARROWg+ard Blue PLUS® Pressure Injectable CVC Kit	Epidural Needle
Micron Flat Epidural Filter	Extension Line Slide Clamps
Luer-Slip Loss of Resistance Syringe	Large Volume Abdominal Paracentesis Kit
Catheter Clamp with Fastener	MAC Two-Lumen CVC
Radiopaque Polyurethane Sheath/Dilator,	Maximal Barrier Drape
ARROW JACC	Multi-Lumen CVC Kit
Arrow PICC®	Peel Away Sheath over Dilator
Arrow-Clarke Pleura-Seal Thoracentesis Kit	Percutaneous Sheath Introducer Kits
Arrow-Flex Percutaneous Sheath Introducer Kit	PICC Catheter Trimmer
ARROWg+ard Blue PLUS CVC Kit,	Prep Tray with Maximal Barrier Precautions
ARROWg+ard Blue MAC	Pressure Injectable ARROWg+ard Blue PLUS(R) CVC Kits
ARROWg+ard Blue® PSI Kit	PSI Kits
Arrow-Johans™ ECG Adapter	Radial Arterial Kits
Arterial Catheterization Kits	Sheath Adapter with Cath-Gard®
Catheter Hemostasis Valve	SnapLock™ Catheter/Syringe Adapter
Clear Fenestrated Drape with Adhesive	Spring Wire Guide Introducer Needles
Continuous Nerve Block Needle	TheraCath Epidural Catheter
Echogenic Introducer Needle	VPS Rhythm ECG Accessory Packs
	VPS TipTracker Stylet Accessory

Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number
AB-00090	13F17G0253	AN-04418	13F17F0738	ASK-00002-1A	13F17L0462
AB-00150	13F17A0200		13F17J0445	ASK-00376-SU	13F17B0089
	13F17F0505	13F17A0211	13F17L0152		
	13F17G0256	13F17B0082	ASK-01000-UPMS	13F17A0280	
	13F17J0455	13F17C0378		13F17H0434	
AB-17040-N	13F17C0193	13F17D0082	ASK-04000-HMC	13F17L0480	
	13F17K0105	13F17E0023		13F17A0216	
AB-17080-N	13F17C0198	13F17E0329	ASK-04001-BID2	13F17D0073	
	13F17J0280	13F17E0838		13F17F0163	
AB-17110-N	13F17A0063	13F17F0432	ASK-04018-OH1	13F17G0522	
AB-17140-N	13F17A0061	13F17F0813		13F17H0487	
	13F17B0252	13F17G0333		13F17L0121	
	13F17F0190	13F17H0059		13F17L0651	
	13F17L0701	13F17J0002	13F17A0195		
AB-18080-N	13F17A0064	13F17L0598	ASK-04020-AH	13F17D0213	
	13F17C0225	13F17A0213		13F17F0428	
	13F17D0342	13F17C0109		13F17K0314	
	13F17J0229	13F17C0479	13F17L0113		
	13F17K0592	13F17E0208	ASK-04020-DH	13F17E0562	
	13F17M0002	13F17F0254		13F17G0537	
AB-18110-N	13F17A0201	13F17F0727		13F17K0188	
	13F17D0246	13F17G0357	13F17L0167		
AI-07000	13F17C0232	13F17J0161	ASK-04020-MIHS	13F17B0102	
	13F17G0194	13F17J0274		13F17C0283	
	13F17H0047	13F17L0441		13F17F0221	
	13F17J0083	13F17A0065		13F17G0480	
AN-04318	13F17A0231	13F17B0190	ASK-04020-RIHM	13F17J0045	
	13F17B0321	13F17D0264		13F17L0127	
	13F17C0241	13F17F0246		13F17B0307	
	13F17D0233	13F17F0653	ASK-04020-HF	13F17D0070	
	13F17E0301	13F17J0082		13F17E0417	
	13F17E0725	13F17K0412		13F17G0012	
	13F17F0603	13F17E0104	ASK-04020-HF1	13F17G0508	
	13F17G0193	13F17F0318		13F17H0421	
	13F17J0089	13F17G0569		13F17L0155	
	13F17K0232	13F17J0423	ASK-04120-HF	13F17L0478	
	13F17L0230	13F17L0130		13F17A0174	
	13F17L0231	13F17A0212	ASK-04120-HF	13F17F0139	
13F17L0232	13F17D0025	13F17C0179			
13F17L0233	13F17D0154	ASK-04120-HF1	13F17E0655		
AN-04320	13F17A0131		13F17E0193	13F17G0301	
	13F17B0101		13F17F0352	13F17H0284	
	13F17B0320	13F17G0102	13F17K0566		
	13F17D0234	13F17G0102	13F17M0019		
	13F17F0242	13F17G0347	13F17C0281		
	13F17H0488	13F17H0347	13F17G0398		
	13F17J0454	13F17K0324	13F17C0360		
	13F17M0003	13F17K0377	13F17D0034		

EIF-000256 - Appendix 2

Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number
ASK-04120-HF1	13F17E0093	ASK-09803-CCH1	13F17J0149	ASK-15703-PVH	13F17J0096
	13F17F0468		13F17K0582		13F17K0195
	13F17G0269	ASK-09803-SRH	13F17G0220		13F17L0138
	13F17J0101	ASK-09803-ST	13F17F0180		13F17L0679
	13F17K0311		13F17F0364	13F17E0597	
	13F17L0489		13F17K0083	13F17F0395	
ASK-04301-TJ	13F17E0674		ASK-09817-MM	13F17L0479	ASK-21142-WHC2
	13F17G0265	13F17E0675		13F17L0532	
	13F17J0087	13F17G0548	ASK-21242-NYP	13F17A0076	
	13F17K0099	13F17K0431		13F17B0076	
	13F17L0250	13F17A0259		13F17B0225	
ASK-04510-EHP1	13F17C0128	ASK-09903-TJ		13F17B0200	13F17E0773
	13F17E0615			13F17F0676	13F17H0129
	13F17F0694		13F17J0417	13F17J0020	
	13F17H0262		13F17L0510	13F17J0395	
	13F17L0342	13F17A0258	13F17L0012		
ASK-04510-HFH	13F17A0277	ASK-09903-UM	13F17D0075	ASK-21242-PR	13F17B0260
	13F17B0385		13F17G0275		13F17F0591
	13F17E0360		13F17L0615		13F17L0010
	13F17G0221	13F17E0762	13F17L0273		
	13F17H0339	ASK-09903-UPA	13F17F0599	ASK-24306-VC	13F17M0136
	13F17K0080		13F17H0058		13F17D0267
	13F17K0580		13F17J0241		13F17F0310
	13F17M0020		13F17L0114		13F17H0326
13F17D0003	13F17L0485		13F17K0315		
ASK-04510-HFH2	13F17D0072	ASK-09907-SB	13F17D0180	ASK-24306-WHC1	13F17B0024
	13F17F0130		13F17H0192	ASK-24306-WHC2	13F17E0019
	13F17F0774		13F17K0223		13F17E0673
	13F17H0352		13F17K0555		13F17J0236
	13F17K0304	ASK-15402-HOP	13F17C0183	ASK-29803-SJH	13F17L0497
	13F17L0180		13F17F0775		13F17A0276
	13F17L0641		13F17B0389		13F17D0104
ASK-04510-TR2	13F17B0248	ASK-15703-LDP1	13F17E0430		13F17F0165
	13F17C0011		13F17F0580		13F17G0452
ASK-09601-UM1	13F17B0007		13F17H0545		13F17H0251
	13F17A0183		13F17K0403		13F17K0284
	13F17J0184		13F17L0285	13F17L0363	
	13F17K0101	ASK-15703-PHMC	13F17A0285	13F17C0105	
13F17K0286	13F17C0381		13F17E0803		
ASK-09801-ST	13F17F0301		13F17D0214	13F17G0422	
	13F17H0020		13F17E0356	13F17H0161	
	13F17J0003		13F17F0736	13F17H0204	
	13F17K0299	13F17H0483	13F17K0193		
ASK-09803-CCH1	13F17B0054	ASK-15703-PNYP	13F17H0123	ASK-29903-UW1	13F17M0197
	13F17C0382	ASK-15703-PVH	13F17D0024		13F16L0231
	13F17E0074		13F17E0454	13F17F0691	
	13F17F0265		13F17G0083	ASK-42703-AEH	13F17A0266
	13F17G0168		13F17H0048		13F17F0360

EIF-000256 - Appendix 2

Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number
ASK-42703-AEH	13F17G0155	ASK-42703-VC	13F17M0194	ASK-45703-PTJH	13F17K0220
	13F17H0435	ASK-42802-DMC	13F17C0063		13F17L0560
	13F17K0074		13F17F0665	ASK-45703-PWHC1	13F17E0022
	13F17L0365		13F17H0388	ASK-45703-SCH	13F17B0193
	13F17M0304	13F17D0321	13F17E0461		
ASK-42703-MHW	13F16M0282	ASK-42802-PWHC1	13F17H0137	ASK-45703-UAB	13F17G0450
	13F17D0183		13F17L0063		13F17C0210
	13F17H0260		13F17L0555	ASK-45703-VAH	13F16M0294
	13F17M0344	13F17B0388	13F17E0398		
ASK-42703-OLL1	13F17C0293	ASK-42802-VC	13F17E0134	ASK-45703-VC	13F17H0074
	13F17E0414		13F17H0132		13F17A0219
	13F17J0243		13F17K0152		13F17C0013
ASK-42703-PAM1	13F17K0077	ASK-42854-PRR	13F17B0034		13F17C0431
	13F17L0494		13F17B0278		13F17D0166
ASK-42703-PHCH	13F17B0408		13F17E0800		13F17F0070
	13F17E0421	13F17H0142	13F17F0714		
	13F17L0288	13F17K0160	13F17G0590		
ASK-42703-PSHR1	13F17C0361	ASK-45703-AEH	13F17E0712	13F17J0392	
	13F17F0207		13F17H0264	13F17L0070	
	13F17H0518		13F17K0086	13F17E0141	
	13F17M0278		13F17K0547	13F17E0300	
ASK-42703-PTJH	13F17A0168	ASK-45703-LDP1	13F17L0647	ASK-45802-PHMW	13F17H0147
	13F17C0074		13F17G0033	13F17J0336	
	13F17D0339	ASK-45703-PBHS	13F16M0260	ASK-45854-PSFM	13F17C0072
	13F17G0029		13F17C0150		13F17E0166
	13F17G0453		13F17E0406		13F17H0261
13F17L0509	13F17G0421	13F17J0339			
13F17B0020	13F17H0420	13F17L0020			
ASK-42703-RV1	13F17B0269	ASK-45703-PDMC1	13F17L0522	13F17L0401	
	13F17C0303		13F16M0164	13F17E0669	
	13F17F0317	ASK-47702-VC	13F17A0008	13F17H0311	
	13F17H0062		13F17D0204	13F17L0076	
	13F17J0386		13F17F0582	13F17A0199	
	13F17K0583		13F17G0317	13F17C0048	
	13F17L0455		13F17H0537	13F17D0270	
ASK-42703-SBM	13F17C0308	ASK-45703-PHMC	13F17K0441	13F17F0258	
	13F17F0761		13F17M0159	13F17G0529	
ASK-42703-SJH	13F17E0547	ASK-45703-PNY	13F17A0047	CC-00005	13F17A0198
	13F17F0680		13F17B0011		13F17C0056
	13F17G0214		13F17H0012		13F17D0135
	13F17J0347		13F17L0421		13F17D0236
	13F17L0150	13F17H0124	13F17F0075		
ASK-42703-VC	13F17D0165	ASK-45703-PTJH	13F17H0451		13F17F0600
	13F17F0312		13F17B0016	13F17G0179	
	13F17G0302		13F17C0089	13F17H0107	
	13F17H0070		13F17D0105	13F17H0367	
	13F17J0350		13F17F0062	13F17J0198	
	13F17L0064		13F17H0250	13F17K0212	

EIF-000256 - Appendix 2

Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number		
CC-00007	13F17B0257	CDC-42854-P1A	13F17G0287	EC-05000	13F17F0498		
	13F17D0260		13F17H0118		13F17F0609		
	13F17E0342		13F17K0156		13F17F0789		
	13F17F0076		13F17L0017		13F17G0250		
	13F17F0795		13F17M0158		13F17J0076		
	13F17J0271		13F17J0061		13F17K0413		
CC-00008	13F17B0050	CDC-45703-P1A	13F17J0084	EF-05500	13F17K0414		
	13F17D0271		13F17J0451		13F17K0415		
	13F17F0078		13F17K0249		13F17K0416		
	13F17J0276		13F17K0250		13F17D0240		
CD-00001	13F17G0258		13F17K0383		13F17G0371		
	13F17J0281		13F17K0575		13F17K0408		
CDC-15703-P1A	13F17A0025	CDC-45703-PB1A	13F17L0576	EG-04900	13F17C0326		
	13F17E0279		13F17M0154		13F17E0123		
	13F17E0457		13F17B0350		13F17F0584		
	13F17F0160		13F17E0048		13F17G0519		
	13F17F0769		13F17E0719	13F17H0292			
	13F17G0349		13F17H0308	JR-42063-HPHNM	13F17C0327		
	13F17J0133		13F17L0099	JR-42563-HPHNM	13F17F0099		
	13F17J0134		13F17C0396	LR-05501	13F17C0328		
	13F17L0103		13F17C0439		13F17F0296		
	13F17M0200		13F17D0062		13F17G0202		
CDC-42703-P1A	13F16M0232	13F17D0284	13F17H0104				
	13F17J0065	13F17E0618	13F17J0207				
	13F17J0450	13F17F0126	13F17C0408				
	13F17K0069	13F17G0293	13F17E0419				
	13F17K0136	13F17H0263	13F17F0683				
	13F17K0288	13F17J0055	13F17H0283				
	13F17K0419	13F17K0168	13F17K0545				
	13F17K0567	13F17L0021	13F17E0607				
	13F17L0223	13F17L0353	13F17G0356				
	13F17L0573	13F17L0590	MSO-29903-AHS	13F17K0327			
CDC-42802-P1A	13F17B0333	CN-04018	13F17B0039	MSO-45703-AHS	13F17L0350		
	13F17C0338		13F17C0181		13F17C0230		
	13F17D0322		13F17D0226		13F17D0161		
	13F17E0539		13F17E0065		13F17F0068		
	13F17E0870		13F17E0724		13F17G0364		
	13F17F0116		13F17F0651		13F17H0351		
	13F17H0136		13F17G0531		13F17J0387		
	13F17J0024		13F17H0377		13F17K0579		
	13F17K0268		13F17J0273		13F17L0487		
	13F17L0062		13F17L0216		13F17B0315		
	13F17L0207		13F17L0218	13F17C0033			
	13F17L0397		13F17B0147	13F17C0462			
	CDC-42854-P1A		13F17C0137	EC-05000	13F17C0176	NA-04550-1A	13F17F0145
			13F17E0177		13F17C0419		13F17F0550
13F17E0598		13F17E0464	13F17G0229				
13F17F0644		13F17F0039	13F17H0049				

EIF-000256 - Appendix 2

Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number	Product Code	Lot Number
NA-04550-1A	13F17H0328	PR-35541-HPHNM	13F17B0046	PR-45563-HPHNL	13F17C0354
PC-00001-T	13F17C0349		13F17B0161		13F17D0341
	13F17F0300		13F17C0353		13F17J0402
PL-05041	13F17G0050	PR-35552-HPHNL	13F17F0652	PR-45563-HPHNM	13F17L0688
	13F17J0360		13F17B0322	RHY-100-ECGJ	13F17A0120
	13F17K0376		13F17J0008		13F17A0287
PL-05052	13F17C0435	PR-35552-HPHNM	13F17B0109	RHY-100-ECGJ	13F17C0018
	13F17E0720		13F17B0318		13F17D0136
	13F17G0077		13F17F0245		13F17E0122
	13F17G0514	PR-35563-HPHNL	13F17F0445	RHY-100-ECGO	13F17A0288
PN-00215-E	13F17J0072	PR-35563-HPHNM	13F17K0495	RHY-177-TTSAP	13F17A0119
	13F17K0211	PR-44041-BAS	13F17F0101		13F17D0019
	13F17L0700	PR-44052-BAS	13F17F0103		13F17D0130
13F17C0329	13F17K0128		13F17D0186		
PN-00217-E	13F17E0118	PR-44063-BAS	13F17F0104		13F17D0278
	13F17F0503	PR-45041-BAS	13F17K0129		13F17E0113
	13F17G0093		13F17F0105		13F17F0193
	13F17G0534	13F17K0241	13F17F0480		
	13F17H0383	PR-45052-BAS	13F17F0106		13F17G0074
	13F17L0234		13F17K0236		13F17G0329
	PR-34052-HPHNM	13F17C0351	PR-45063-BAS	13F17J0203	13F17G0506
PR-34063-HPHNM	13F17F0192		13F17K0471	13F17H0536	
PR-35041-HPHNM	13F17B0290	PR-45541-BAS	13F17F0107	SA-09847	13F17J0208
	13F17C0231	PR-45541-HPHNL	13F17A0165		13F17K0438
	13F17D0238		13F17D0327		13F17B0051
	13F17F0276		13F17G0008		13F17E0713
	13F17F0577		13F17H0416		13F17F0767
	13F17H0365		13F17H0572	13F17J0010	
	13F17J0409	PR-45541-HPHNM	13F17K0238	SC-14703	13F17A0109
	13F17K0490		13F17L0049		13F17D0071
	13F17L0394		13F17B0174		13F17E0795
	13F17L0395		13F17C0188		13F17F0743
13F17B0092	13F17E0738		13F17H0099		
13F17B0256		13F17G0006	13F17K0227		
13F17C0043	PR-45552-BAS	13F17F0108	SF-29803-1	13F17C0004	
13F17D0094		13F17K0237		13F17G0030	
13F17D0239	PR-45552-HPHNL	13F17C0467	SS-09903-S	13F17H0405	
13F17E0224		13F17E0017			
13F17F0586		13F17E0758			
13F17H0354		13F17F0523			
13F17J0196		PR-45552-HPHNM	13F17B0178		
13F17K0549	13F17C0469				
13F17L0474	13F17E0120				
13F17L0697	13F17G0412				
13F17M0121	13F17H0393				
PR-35541-HPHNL	13F17F0219		13F17J0172		
	13F17H0523		13F17L0335		
PR-35541-HPHNM	13F17A0110	PR-45563-BAS	13F17F0109		