

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE DA ATTUARE IN LOCO **DISTRIBUTORI**

Nome commerciale:	Cateteri per aspirazione, Tubi gastroenterici, Cateteri per trattamento urologico, Sacche di drenaggio urinario sterili (si veda l'allegato 1 per il nome commerciale e per tutti i dettagli)
Data di emissione:	24/08/2018
N. RIF.:	Si veda l'allegato 1
ID FSCA:	2018-005 Phase 2
Tipo di azione:	Richiamo / smaltimento del prodotto

Email del centro di richiamo: convatecproductrecall@stericycle.com

Da notare: la presente azione si riferisce esclusivamente a specifici codici prodotto e non interessa tutti i codici prodotto relativi ai Cateteri per aspirazione, ai Tubi gastroenterici, ai Cateteri intermittenti per trattamento urologico, alle Sacche di drenaggio urinario sterili.

Descrizione del problema:

ConvaTec ha avviato volontariamente il richiamo di specifici codici prodotto relativi ai Cateteri per aspirazione, ai Tubi gastroenterici, ai Cateteri intermittenti per trattamento urologico, alle Sacche di drenaggio urinario sterili.

Una valutazione interna dell'integrità della confezione del prodotto in oggetto ha confermato che questi dispositivi non soddisfano le nostre aspettative né quelle dei nostri clienti. I test sul trasporto condotti sulla confezione del prodotto non hanno avuto esito positivo, confermando la potenziale presenza di una rottura nella barriera sterile. L'utilizzo di un dispositivo non sterile sui pazienti può esporre questi ultimi ad agenti infettivi e aumentare il rischio di sviluppare infezioni. ConvaTec non ha ricevuto alcuna segnalazione di episodi relativi a problemi sui sigilli delle confezioni.

I **cateteri per aspirazione** sono utilizzati per l'aspirazione tracheobronchiale e oro-nasofaringea delle vie respiratorie superiori e inferiori al fine di rimuovere secrezioni in eccesso nei pazienti impossibilitati a rimuoverle da soli. Si tratta di strumenti sterili, monouso e monoprocédura, per il collegamento indiretto a un dispositivo medicale attivo.

Tubi gastroenterici: I tubi duodenali, i tubi gastrici e le sonde per nutrizione enterale sono dispositivi monouso che possono essere inseriti nello stomaco o nel duodeno attraverso il naso o la bocca, passando per l'esofago, al fine di facilitare il drenaggio del contenuto gastrico, la decompressione dello stomaco o del duodeno, il prelievo di un campione del contenuto gastrico, la somministrazione di farmaci o liquidi e la nutrizione enterale.

I **cateteri intermittenti per trattamento urologico** consentono un percorso intermittente per il drenaggio dei fluidi dalla vescica. Sono realizzati per essere inseriti in modo intermittente attraverso l'uretra e fino alla vescica, permettendo il drenaggio dell'urina. Progettati solo per uso transitorio, a breve termine e intermittente, non sono idonei a essere lasciati in situ (non è presente il palloncino sulla punta utile al mantenimento del catetere all'interno della vescica), e sono solo monouso. L'obiettivo della

cateterizzazione intermittente mediante cateteri per trattamento urologico è quello di svuotare completamente la vescica e prevenire le infezioni del tratto urinario.


Le **sacche di drenaggio urinario sterili** sono dispositivi sterili, non invasivi e monouso atti a raccogliere la fuoriuscita urinaria della vescica (diuresi) o i fluidi di lavaggio, quando fissate a cateteri permanenti. Le sacche di drenaggio urinario sono finalizzate alla raccolta di urina nei pazienti cateterizzati. Sono inoltre realizzate per essere utilizzate nel monitoraggio dell'ingresso o dell'uscita di urina o fluidi.

Soltanto i codici dei componenti dei prodotti individuati all'interno del presente avviso potrebbero presentare un potenziale di violazione della confezione con barriera sterile.

Per questo motivo e per evitare qualsiasi rischio di danno potenziale, tutti i prodotti interessati **non devono essere utilizzati**.

Procedura di identificazione del prodotto:

L'unico modo per individuare i prodotti interessati è confrontare il codice prodotto e la data di produzione con l'elenco dei prodotti richiamati (si veda l'allegato 1). Non vi è altra differenza riconoscibile tra il prodotto interessato e quello non interessato.

Si veda l'allegato 2 per un esempio di etichettatura della confezione che evidenzia il punto in cui si trova il codice prodotto sulle etichette dei dispositivi, che sono applicate sull'imballaggio principale e sul cartone di spedizione. Il codice prodotto (numero di riferimento) è preceduto dalla parola "REF" e la data di produzione è preceduta da  ed è riportata nel formato AAAA-MM-GG.

Consigli sulle azioni da compiere da parte del distributore.

La nostra documentazione mostra che Lei ha ricevuto il prodotto interessato. Si prega di procedere come segue:

1. Prendere visione dei questionari allegati. Interrompere immediatamente la distribuzione dei prodotti interessati e metterli in quarantena.
2. Inoltrare ai propri clienti le copie dell'"Avviso di sicurezza da attuare in loco per UTENTI FINALI", sollecitandoli a restituire i prodotti interessati, unitamente al "Modulo di risposta al richiamo per UTENTI FINALI" completato.
3. Quando sarà stato restituito il modulo (o i moduli) di risposta completato/i, compilare il "Modulo di risposta al richiamo per DISTRIBUTORI" e contattare il centro di richiamo dedicato (si veda la pag. 4) per ulteriori istruzioni su come smaltire il prodotto interessato e concordare l'accredito. I prodotti non saranno sostituiti in automatico: dovranno essere effettuati nuovi ordini.
4. Restituire il "Modulo di risposta al richiamo per DISTRIBUTORI" completato e tutti i "Moduli di risposta al richiamo per UTENTI FINALI" al "Centro di richiamo" via fax/e-mail.

FORNIRE UNA RISPOSTA COMPLETA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE.

Centro di richiamo:

E-mail: convatecproductrecall@stericycle.com

Continuare a riferire qualsiasi effetto indesiderato riguardante il prodotto in oggetto alla linea di assistenza clienti di ConvaTec (per i dettagli, si veda l'elenco dei Referenti regionali).

Inoltro del presente avviso di sicurezza da attuare in loco:


Il presente avviso deve essere inviato a tutti coloro che hanno ricevuto i dispositivi interessati all'interno dell'organizzazione o a qualsiasi organizzazione a cui sono stati ceduti i dispositivi interessati.

ConvaTec si impegna a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di qualità e si scusa sinceramente per i potenziali problemi che tale avviso potrebbe creare.

In caso di domande in merito al presente richiamo, contattare il centro di richiamo. Per altri tipi di supporto, contattare il proprio distributore o il rappresentante ConvaTec locale (per i dettagli, consultare l'elenco dei Referenti).

Le autorità nazionali interessate sono state informate circa questa azione correttiva di sicurezza da attuare in loco.

Autorizzazione:

<u>Nome</u> Duncan Rowley	<u>Posizione</u> Direttore, Affari Normativi e Controllo Qualità, EMEA	<u>Indirizzo</u> ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, U.K.	
<u>Data</u> 24/08/2018		<u>Firma</u>	

Centro di richiamo: Help desk dedicato per questa azione correttiva di sicurezza da attuare in loco:

Tel.: 0800-838-239

Fax: +44-207 6601 568

E-mail: convatecproductrecall@stericycle.com

"Referente regionale" per supporto di altro tipo:

Austria / Belgio / Croazia / Cipro / Estonia / Francia / Germania / Ungheria / Israele / Malta / Paesi Bassi / Portogallo / Romania / Svizzera / Irlanda

Tel.: + 41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

E-mail: ccc.customerservice@convatec.com

Danimarca

Tel.: +45 4816 7030

Fax: +45 8025 3413

E-mail: customerservicenordic@convatec.com

Finlandia

Tel.: +358 (0) 20 7659 630

E-mail: mail.fi@convatec.com

Italia

Tel: 800500190

E-mail: clienti.convatec@convatec.com

Norvegia

Tel.: +47 22686095

Fax: + 47 80019602

E-mail: customerservicenordic@convatec.com

Svezia

Tel.: +46 (0)42 332010

Fax: +46 200887486

E-mail: customerservicenordic@convatec.com

Tacchino

Tel: +90 530 010 87 33 / +90 312 219 83 61

Fax: +90 312 219 53 21 / +90 216 416 28 30

Email: cigdem.elekonbuket@convatec.com

Regno Unito

Tel.: +44 (0) 1244 832206

Fax: 0800 279 9004

E-mail: unomedical-uk.customerservice@convatec.com

Repubblica Ceca, Islanda, Polonia, Slovacchia, Spagna

Tel.: + 41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

E-mail: ccc.customerservice@convatec.com

MODULO DI RISPOSTA AL RICHIAMO per DISTRIBUTORI
AVVISO DI SICUREZZA URGENTE DA ATTUARE IN
LOCO

DA COMPILARE E RESTITUIRE via fax/e-mail

Destinatario del dispositivo:

N. account del destinatario:	<i>Column C</i>
Nome e cognome del destinatario:	<i>Column I</i>
Indirizzo del destinatario:	<i>Columns J, N, K, L, M, B</i>

I seguenti Cateteri per aspirazione, Sonde gastroenteriche, Cateteri per trattamento urologico e Sacche di drenaggio urinario sono stati distribuiti alla vostra struttura:

N. fattura	N. ordinativo	Codice prodotto/ RIF. n.	Codice SAP	N. LOTTO	Quantità fornita (pezzi)
<i>Column T</i>	<i>Column D</i>	<i>Column F</i>	<i>Column E</i>	<i>Column G</i>	<i>Column H</i>

Rispondere a ciascuna delle seguenti domande.

1. Avete ridistribuito il prodotto? **NO** **SÌ***
 *Se avete risposto SÌ, avete informato il vostro cliente? **NO*** **Sì**
 *Se la risposta è NO, spiegare il perché:

2. **NON** abbiamo prodotti interessati dal richiamo.
 3. **Abbiamo** i seguenti prodotti interessati dal richiamo:

Registrare la quantità (pezzi) di ciascun LOTTO da smaltire:

N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino

N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino

Fornire i dettagli relativi a Catetere per aspirazione, Sonda gastroenterica, Catetere intermittente per trattamento urologico, Sacca di drenaggio urinario sterile distribuiti ai vostri clienti e interessati dal richiamo:

Nome e cognome del cliente	Codice prodotto/ RIF. n.	Codice SAP	N. LOTTO	Quantità (pezzi)

MODULO compilato e restituito da:

Nome e cognome (IN MAIUSCOLO):	
Posizione:	
Nome dell'azienda:	
Indirizzo:	
Tel.:	
Firma:	
Data (gg/mmm/aaaa):	

- Come richiesto, ho anche fornito una copia di tutti i "Moduli di risposta al richiamo per UTENTI FINALI" restituiti da clienti che hanno ricevuto i prodotti interessati (spuntare la voce per confermare).

Centro di richiamo: Help desk dedicato per questa azione correttiva di sicurezza da attuare in loco:

Tel.: 0800-838-239

Fax: +44-207 6601 568

Email: convatecproductrecall@stericycle.com

Allegato 1: Prodotto interessato dal richiamo: I seguenti codici con data di produzione tra 01-07-2013 e 30-06-2018.

REF N.	Descrizione	REF N.	Descrizione
03038022	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/1000) IT	02015181	UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) INT
10003181	UNO DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400)INT	01017181	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT
07028181	UNO MULLY CATH VCT CH10/53CM(100/600)INT	07032181	UNO MULLY CATH VCT CH14/53CM(100/600)INT
08011181	UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)INT	02016181	UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) INT
07020182	UNO MULLY CATH VCT CH6/53CM(100/600) INT	01007181	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
05074182	UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) EUR	02020181	UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT
07035181	UNO MULLY MTRC VCT CH16/60CM(100/600)INT	07027181	UNO MULLY CATH VCT CH10/35CM(100/600)INT
08014181	UNO CATH COUDE MULLY CH18/53(100/800)NUK	01019182	UNO NELATON CH22/40CM (100/600) INT
02019182	UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) INT	02012181	UNO FEMALE STR CH06/20CM(100/1000) INT
05090182	UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800)INT	12028182	UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)AUS
08007181	UNO CATHCOUDE MULLY CH12/53(100/800)INT	05014182	UNO SUC CATH O EYE CH18/53CM(100/800)INT
08005182	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT	05082182	UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)EUR
10043022	UNO DUODENAL XRAY OT CH12/122(150/450	05078182	UNO SUC CATH MULLY CH10/60(100/1000) EUR
02017182	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT	01009182	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
05094182	UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)EUR	10009182	UNO DUODENAL MANDRIN CH16/125(50/300)INT
01007182	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT	10010182	UNO DUODENAL MANDRIN CH18/125(50/300)INT
05086182	UNO SUC CATH MULLY CH14/53CM(100/800)INT	03009182	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) AUS
02020182	UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT	10008182	UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT
01001182	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT	12031182	UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000)INT
12119182	UNO FEED TBE XRAY CH10/75CM(100/600)AUS	01013182	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT
05081182	UNO SUC CATH MULLY CH12/53C(100/800)INT	03008182	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT
05086181	UNO SUC CATH MULLY CH14/53CM(100/800)INT	03013182	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT
05077182	UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) JINT	01008181	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT
02015182	UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) INT	08009181	UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)INT
01008182	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT	10005181	UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT
48 111 1S-10	UNO 4L BLADDER WASH BAG W/PUMP (20) INT	12025181	UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000)INT
12085182	UNO VACUTIP METRIC CH12/53CM(100/600)INT	11005181	UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300)INT
05069182	UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT	12030181	UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT
02016182	UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) INT	10001181	UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM(100/400)INT
03011182	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) AUS	23035181	UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT
05094181	UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)NEU	23034181	UNO STOMACH CH32/80CM (1/75) INT
02019181	UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) INT	07020181	UNO MULLY CATH VCT CH6/53CM(100/600) INT
10006181	UNO DUODENAL XRAY CH18/125CM(50/300) INT	12034181	UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT
01008183	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT	31008181	UNO PURIFEED XRAY CH05/100CM(100/600)INT
02014181	UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/1000) INT	10021181	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) INT
01013181	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT	10004181	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300)INT
05077181	UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) JINT	12046182	UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600) IT
01009181	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT	05329022	UNO SUC CATH IDEAL CH10/51(100/1000) INT

REF N.	Descrizione
10006182	UNO DUODEN XRAY OP CH18/125CM 50/300 INT
10003182	UNO DUODEN XRAY OP CH12/125CM 100/400INT
10004182	UNO DUODEN XRAY OP CH14/125CM 50/300 INT
09037182	UNO MULLY COUDE VCT CH14/60(100/600) IT
05038182	UNO SUCCATH 2 EYE CH06/53CM(100/1000)INT
05044182	UNO SUC CATH 2 EYE CH12/53(100/800) INT
05048182	UNO SUC CATH 2 EYE CH16/53(100/800) INT
05046182	UNO SUC CATH 2 EYE CH14/53(100/800) INT
05068182	UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT
05068181	UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT
08005181	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT
05050182	UNO SUC CATH 2 EYE CH18/53(100/800) INT
12027183	UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000) IT
12037183	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600) IT
10021183	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) INT
12024183	UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000) IT
02019183	UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) IT
02015183	UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) IT
07033182	UNO MULLY CATH VCT CH14/60CM(100/600)AUS
07035182	UNO MULLY CATH VCT CH16/60CM(100/600)AUS
06034023	UNO SUC CATH MARK FTC CH5/53(50/500) INT
05108182	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/53(100/1000)INT
12028183	UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT
03011183	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) IT
12030182	UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT
08009182	UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)EUR
07062022	UNO SOFTVAC CATH CH12/51CM (75/750) ITA
10001183	UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM(100/400)INT
01004183	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) IT
05268022	UNO SUC CATH 2 EYE CH12/51CM(100/1000)IT
08011182	UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)EUR
05105182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/53(100/1000) IT
01017182	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT
253100810120	UNO PROFLO FNL COUDE CH14/60(100/800)INT
03014183	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT
01020182	UNO NELATON CH24/40CM (100/600) INT
01007183	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) IT
12034183	UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT
05112182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/53(100/800)INT
10001182	UNO DUODEN XRAY OP CH08/125CM 100/400INT

REF N.	Descrizione
254100110120	UNO PROFLO PLN VCT CH10/60CM(100/600)INT
08001181	UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT
03008183	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) IT
01013183	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) IT
05097182	UNO SUC CATH MULLY CH20/53CM(100/600)INT
05069183	UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000) IT
05115182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800)INT
05110182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800)INT
23001181	UNO STOMACH CH12/80CM(100/400) INT
31002181	UNO PURIFEED XRAY CH06/40CM(100/1000)INT
23030181	UNO STOMACH CH22/80CM(1/100) INT
05067182	UNO SUC CATH MULLY CH6/33CM(100/1000)INT
05076182	UNO SUCCATH MULLY CH10/40CM(100/1000)INT
11001182	UNO RYLES XRAY TIP CH8/125(100/400) AUS
12089182	UNO VACUTIP METRIC CH16/53CM(100/600)INT
07030182	UNO MULLY CATH VCT CH12/53CM(100/600)AUS
23004181	UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT
05067181	UNO SUC CATH MULLY CH6/33CM(100/1000)INT
05073181	UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT
12021182	UNO FEED METRIC XRAY CH4/40(100/1000) IT
12033183	UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) IT
05407181	UNO MULLY FREELINE CH12/53(100/1000) INT
03014181	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT
10047022	UNO DUODENAL XRAY OT CH20/122(80/240) IT
06015183	UNO MULLY CATH FTC CH10/53CM(100/600) IT
23002182	UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT
23004182	UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT
23003182	UNO STOMACH CH16/80CM(50/300) INT
02015184	UNO FEMALE CH10/18CM (100/1000) INT
23001182	UNO STOMACH CH12/80CM(100/400) INT
11003181	UNO RYLES XRAY TIP CH12/125(100/400) INT
12033182	UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) AUS
07029182	UNO MULLY CATH VCT CH10/60CM(100/600)INT
03008184	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT
23030182	UNO STOMACH CH22/80CM(1/100) INT
06019183	UNO MULLY CATH FTC CH14/53CM(100/600) IT
03006181	UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) IT
12033181	UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) INT
05066182	UNO SUC CATH MULLY CH5/53CM(100/1000)INT
03008181	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT

REF N.	Descrizione
12036181	UNO VACUTIP METRIC CH04/35CM(100/600)INT
01004184	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT
10009181	UNO DUODENAL MANDRIN CH16/125(50/300)INT
23029182	UNO STOMACH CH20/80CM(1/100) INT
23033185	UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT
12002182	UNO MULLY METRIC CH05/33CM(100/1000) INT
11004181	UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300)INT
12031181	UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000)INT
12003182	UNO MULLY METRIC CH06/33CM(100/1000) INT
03007181	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT
07032182	UNO MULLY CATH VCT CH14/53CM(100/600)AUS
23032181	UNO STOMACH CH28/80CM (1/75) INT
23033181	UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT
06009182	UNO MULLY CATH FTC CH05/53CM(100/600)INT
05094183	UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)SEU
01004181	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT
05077183	UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) IT
02058022	UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/2000) IT
05073182	UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT
02014183	UNO FEM STR CH08/18CM (100/1000) IT
03035022	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/1000) IT
01017184	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT
02014182	UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/1000) INT
12046181	UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600)INT
05069181	UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT
12025183	UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000) IT
12034182	UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT
02017181	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT
10005183	UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) IT
01013184	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT
02017183	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) IT
05029182	UNO SUC CATH 1 EYE CH14/53CM(100/800)INT
23003181	UNO STOMACH CH16/80CM(50/300) INT
12090182	UNO VACUTIP METRIC CH16/60CM(100/600) IT
05090181	UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800)INT
05203022	UNO SUC CATH 2 EYE CH16/51CM(100/1000)IT
05072181	UNO SUC CATH MULLY CH8/33CM(100/1000)INT
02016183	UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) IT
12086182	UNO VACUTIP METRIC CH12/60CM(100/600) IT
05084181	UNO SUC CATH MULLY CH14/25(100/1000) INT

REF N.	Descrizione
11005182	UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300)AUS
11006182	UNO RYLES XRAY TIP CH18/125CM(50/300)AUS
23029181	UNO STOMACH CH20/80CM(1/100) INT
01007022	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) IT
07072022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH8/51(75/750) IT
03011181	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT
07076022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH16/51(75/750)IT
12028181	UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT
01015181	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT
11004182	UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300)AUS
05074181	UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) NEU
12037182	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600) IT
12037181	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)INT
07074022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH12/51(75/750)IT
01007184	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
08009242	UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)INT
05081183	UNO SUC CATH MULLY CH12/53CM(100/800) IT
11002181	UNO RYLES XRAY TIP CH10/125(100/400) AUS
12030183	UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000) IT
01015183	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) IT
06021182	UNO MULLY CATH FTC CH16/53CM(100/600)INT
05090183	UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800) IT
03007183	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT
12031183	UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000) IT
05032182	UNO SUC CATH 1 EYE CH16/53CM(100/800)INT
01004022	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) IT
05108242	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/53(100/1000)INT
07045183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH12/60(100/600) IT
05115183	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800) IT
05113182	UNO SUC CATH OPTIMALCH14/60(100/1000)INT
05118049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT
05117182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/53(100/800) IT
05081181	UNO SUC CATH MULLY CH12/53CM(100/800)INT
08003242	UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000)INT
23035182	UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT
23035185	UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT
23004242	UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT
23002181	UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT
05078049	UNO SUC CATH MULLY CH10/60(100/1000) INT
05109049	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/60(100/1000)INT

REF N.	Descrizione
08025242	UNO OPTIMAL COUDE CH14/60CM(100/1000)INT
12090185	UNO VACUTIP METRIC CH16/60CM(100/600)INT
08014182	UNO CATH COUDE MULLY CH18/53(100/800)INT
23031181	UNO STOMACH CH25/80CM(1/100) INT
08011242	UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)INT
23033182	UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT
02017185	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT
03007182	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) AUS
08027242	UNO OPTIMAL COUDE CH16/60CM(100/800) INT
01008023	UNO NELATON CH12/40CM (100/1000) IT
10007183	UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM(1/100) INT
10008183	UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT
10018183	UNO DUOD XRAY OPN CH08/125(100/400) INT
03009183	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) IT
07060022	UNO SOFTVAC CATH CH8/51CM(75/750) ITA
10028022	UNO DUODENAL OP TIP CH8/122CM(200/600)IT
07034182	UNO MULLY CATH VCT CH16/53CM(100/600)INT
07050183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH18/60(100/600) IT
12101182	UNO VACUTIP METRIC CH12/60CM(100/600)INT
12040182	UNO VACUTIP METRIC CH07/35CM(100/600)INT
01001183	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT
10003183	UNO DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400) IT
01001181	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT
10031023	UNO DUODENAL OP TIP CH14/122(150/450) IT
05270022	UNO SUC CATH 2 EYE CH16/51CM(100/1000)IT
03013181	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT
31003181	UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000)INT
31011181	UNO PURIFEED XRAY CH10/100CM(100/600)INT
12038183	UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600) IT
12087182	UNO VACUTIP METRIC CH14/53CM(100/600) IT
05065181	UNU SUC CATH IDEAL CH5/33CM(100/1000)INT
12039182	UNO VACUTIP METRIC CH06/53CM(100/600) IT
24 111 1S-20	UNO CARELINE 750ML LEG BAG CV(10/40) INT
31002182	UNO PURIFEED XRAY CH06/40CM(100/1000)INT
12114182	UNO FEED METRIC XRAY CH12/100 (100/600)
03013184	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT
31007181	UNO PURIFEED XRAY CH08/50CM(100/1000)INT
07059022	UNO SOFTVAC CATH SIZE 6 (75/750) ITA
10008181	UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT
03009184	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT

REF N.	Descrizione
31001182	UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000)INT
07061022	UNO SOFTVAC CATH CH10/51CM (75/750) ITA
10018182	UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM 100/400 INT
08007182	UNO CATHCOUDE MULLY CH12/53 (100/800)INT
01047022	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) IT
31003182	UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000)INT
254100210120	UNO PROFLO PLAIN VCT CH12/60(100/600) IT
31005181	UNO PURIFEED XRAY CH05/50CM(100/1000)INT
07070022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH5/51(75/750) IT
12115182	UNO FEED TBE XRAY CH4/75CM(100/600)INT
10053022	UNO DUODENAL XRAY CH18/122CM(100/300) IT
10050022	UNO DUODENAL XRAY CH12/122CM(150/450) IT
12118182	UNO FEED TBE XRAY CH8/75CM(100/600) AUS
12022181	UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT
05063182	UNO SUC CATH MULLY CH4/33CM(100/1000)INT
10033022	UNO DUODENAL OP TIP CH18/122(100/300) IT
10004183	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) IT
10042022	UNO DUODENAL XRAY OT CH10/122(200/600)IT
31001181	UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000)INT
12038181	UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600)INT
10024182	UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM 1/100 INT
05089181	UNO SUC CATH MULLY CH16/40CM(100/800)INT
07034181	UNO MULLY CATH VCT CH16/53CM(100/600)INT
03032022	UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) IT
05315022	UNO SUC CATH IDEAL CH18/51CM(100/1000)IT
01013022	UNO NELATON CH16/40CM (100/1000) IT
05089182	UNO SUC CATH MULLY CH16/40CM(100/800)INT
02062022	UNO FEM STR CH18/18CM (100/1000) IT
10007181	UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM(1/100) INT
10002183	UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) IT
01008022	UNO NELATON CH12/40CM (100/1000) IT
12040181	UNO VACUTIP METRIC CH07/35CM(100/600)INT
10031022	UNO DUODENAL OP TIP CH14/122(150/450) IT
12 111 1S-PFM	UNO CARELINE LEG BAG 500ML (10/40) INT
31001022	UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000) IT
12043182	UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT
12038182	UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600) IT
05200022	UNO SUC CATH 2 EYE CH10/51CM(100/1000)IT
01055022	UNO NELATON CH22/40CM (100/1000) IT
07077022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH18/51(75/750)IT

REF N.	Descrizione
10030023	UNO DUODENAL OP TIP CH12/122(150/450) IT
12 111 15-MECO	MEDIQ CARELINE 500/10CM STER (2042)10X40
12043181	UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT
12088182	UNO VACUTIP METRIC CH14/60CM(100/600)INT
10002181	UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) INT
12022183	UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT
12048182	UNO VACUTIP METRIC CH10/60CM(100/600) IT
31009181	UNO PURIFEEED XRAY CH06/100CM(100/600)INT
31010181	UNO PURIFEEED XRAY CH08/100CM(100/600)INT
10052022	UNO DUODENAL XRAY CH16/122CM(100/300) IT
01001184	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT
05113049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/60(100/800)INT
01015369	UNO NELATON CH18/40CM (25/250) INT
12043183	UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600) IT
253101310120	UNO PROFLO FNL MTRC CH16/60(100/800) INT
253100710120	UNO PROFLO FNL COUDE CH12/60(100/800) IT
05311022	UNO SUC CATH IDEAL CH10/51CM(100/1000)IT
05095184	UNO SUC CATH MULLY CH18/60CM(100/800)INT
05006182	UNO SUCCATH 0 EYE CH10/53CM(100/1000)INT
08007242	UNO CATH COUDE MULLY CH12/53(100/800)INT
03033022	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) IT
03036022	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/1000) IT
12043184	UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT
12093182	VACUTIP MTRC OPTM CH12/53CM(100/600)INT
02056022	UNO FEMALE STR CH06/18CM (100/1000) IT
09035182	UNO MULLY COUDE VCT CH12/60(100/600) IT
02012182	UNO FEMALE STR CH06/20CM(100/1000) INT
07033242	UNO MULLY CATH VCT CH14/60CM(100/600)INT
05185022	UNO SUC CATH 0 EYE CH14/51(100/1000) INT
06013183	UNO MULLY CATH FTC CH08/53CM(100/600) IT
05110183	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800) IT
12024181	UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)INT
12024184	UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)INT
10021182	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) AUS
12024182	UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)AUS
01015022	UNO NELATON CH18/40CM (100/1000) IT
03009181	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT
01015182	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT
05082602	UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(50/800) INT
12096182	VACUTIP MTRC OPTM CH14/60CM(100/600)INT

REF N.	Descrizione
08052182	UNO SUC CATH COUDE CH14/53CM(100/800)INT
05354049	UNO SUC CATH MULLY CH18/50CM(100/800)INT
12113182	UNO FEEDING METRIC CH10/100(100/600) AUS
08050182	UNO SUC CATH COUDE CH12/53CM(100/800)INT
12062182	UNO MULLY METRIC CH08/50CM(100/1000) INT
12088185	UNO VACUTIP METRIC CH14/60CM(100/600)INT
02057022	UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/2000) IT
08026242	UNO OPTIMAL COUDE CH16/53CM(100/800) INT
23018182	UNO STOMACH SMANDRIN CH16/110(50/300)INT
08013242	UNO CATH COUDE MULLY CH18/33(100/800)INT
12048185	UNO VACUTIP METRIC CH10/60CM(100/600)INT
05114242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/33(100/800)INT
24 151 1S-20	UNO CARELINE 750ML LEG BAG CV(10/40) INT
05310022	UNO SUC CATH IDEAL CH08/51CM(100/1000)IT
05366049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/50(100/800)INT
05068184	UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT
12027182	UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT
01009184	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
01008184	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT
01004182	Nelaton mužský CH08/ 40 cm - rovný konec
03006182	Tiemann CH 08/36 cm
03005182	Tiemann CH 06/36 cm
03014182	Tiemann CH 20/36 cm
31006741	UNO PURIFEEED XRAY CH06/50CM(10/480) INT
31007741	UNO PURIFEEED XRAY CH08/50CM(10/480) INT
31005741	UNO PURIFEEED XRAY CH05/50CM(10/480) INT
12027181	UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT
02017022	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/2000) IT
05309022	UNO IDEAL SUC CATH CH06/51CM (1X100) IT
01009022	UNO NELATON CH14/40CM (100/1000) IT
10051022	UNO DUODENAL XRAY CH14/122CM(150/450) IT
02016022	UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/2000) IT
01017183	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) IT
03034022	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/1000) IT
02019022	UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/2000) IT
05112183	UNO OPTIMAL SUC CATH CH14/53CM(1X100) IT
05105183	UNO OPTIMAL SUC CATH CH8/53CM(1X100) IT
05086183	UNO MULLY SUC CATH CH14/53CM (1X100) IT
02020183	UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT
07047183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH14/60(100/600) IT

REF N.	Descrizione
07049183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH16/60(100/600) IT
01009183	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
01019183	UNO NELATON CH22/40CM (100/600) IT
05108183	UNO OPTIMAL SUC CATH CH10/53CM(1X100) IT
07043183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH10/60(100/600) IT
12046183	UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600) IT
10006183	UNO DUODENAL XRAY CH18/125CM(50/300) IT
05117183	UNO OPTIMAL SUC CATH CH18/53CM(1X100) IT
11005183	UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300) IT
11004183	UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300) IT
05102183	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)SEU
05074183	UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) SEU
06009183	UNO MULLY CATH FTC CH05/53CM(100/600) IT
08003183	UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000) IT
08001183	UNO CATH COUDE MULLY CH06/53(100/1000)IT
07045182	UNO OPTIMAL CATH VCT CH12/60(100/600) IT
23034182	UNO STOMACH CH32/80CM (1/75) IT
03013183	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) IT
05021182	SONDE ASPIRATION DROITE 10EIL 53CM CH08
12004182	SONDE ASPI MULLY GRAD 20EILS OPP. CH08
03006183	S VESIC PVC 1VIA TIEMAN 40CMCH8-100UDS
01020183	S VESIC PVC 1VIA NELATON 40CM/CH24-100UD
12021183	S ALIMENT METRIC./X-RAY CH4/40CM-100UDS
10009183	S DUODEN LEVIN MAND/X-RAY CH16/125CM-50U
12036183	S ASP TRAQUEO M.C/CONTROL CH4/35CM-100UD
03005183	S VESIC PVC 1VIA TIEMAN 40CMCH6-100UDS
05331022	UNO SUC CATH IDEAL CH14/51(100/1000) INT
05332022	UNO SUC CATH IDEAL CH16/51(100/1000) INT
05328022	UNO SUC CATH IDEAL CH8/51CM(100/1000)INT
05330022	UNO SUC CATH IDEAL CH12/51(100/1000) INT
05333022	UNO SUC CATH IDEAL CH18/51(100/1000) INT
10005182	UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT
253101210120	UNO MULLY METRIC CH08/33CM(100/800) INT
05118182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT
23015182	UNO STOMACH MANDRIN CH16/110(60/240)INT
23014182	UNO STOMACH MANDRIN CH14/110(60/240)INT
08027182	UNO OPTIMAL COUDE CH16/60CM(100/800) INT
12025182	UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000)AUS
05102182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)EUR
08023182	UNO OPTIMAL COUDE CH12/60CM(100/800) INT

REF N.	Descrizione
05106182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/60(100/1000)INT
05109182	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/60(100/1000)INT
05111182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT
10002182	UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) INT
05186022	UNO SUC CATH 0 EYE CH16/51(100/1000) INT
05193022	UNO SUC CATH 1 EYE CH14/51(100/1000) INT
05183022	UNO SUC CATH 0 EYE CH10/51(100/1000) INT
05181022	UNO SUC CATH 0 EYE CH06/51(100/1000) INT
05087181	UNO SUC CATH MULLY CH14/60(100/1000)INT
08130022	UNO CATH COUDE IDEAL CH14/60(100/600)INT
10026022	UNO DUODENAL MANDRIN CH16/122(50/300)INT
23026022	UNO STOMACH CH14/80CM(150/450) INT
06034022	UNO SUC CATH MARK FTC CH5/53(50/500) INT
08123022	UNO CATHCOUDE IDEAL CH14/51(100/1000)INT
08008242	UNO CATH COUDE MULLY CH12/60(100/800)INT
05087049	UNO SUC CATH MULLY CH14/60CM(100/800)INT
05091049	UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)INT
05082049	UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)INT
05365049	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/50(100/1000)INT
05368049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/50(100/800)INT
08010242	UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT
05349049	UNO SUC CATH MULLY CH8/50CM(100/1000)INT
05115242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800)INT
05111049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT
08006242	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/60(100/1000)INT
08015242	UNO CATH COUDE MULLY CH18/60(100/800)INT
08012242	UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT
08022242	UNO OPTIMAL COUDE CH12/53CM(100/800) INT
253100310120	UNO PROFLO PLN FNL CH14/60(100/1000) INT
05113242	UNO SUC CATH OPTIMALCH14/60(100/1000)INT
05106049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/60(100/1000)INT
01008242	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT
03011242	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT
05077242	UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) INT
05350049	UNO SUC CATH MULLY CH10/50(100/1000) INT
05112242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/53(100/800)INT
07035242	UNO MULLY CATH VCT CH16/60CM(100/600)INT
254100310120	UNO PROFLO PLAIN VCT CH14/60(100/600) IT
253101010120	UNO PROFLO FNL MTRC CH10/60(100/800) IT
08023242	UNO OPTIMAL COUDE CH12/60CM(100/800) INT

REF N.	Descrizione
05100242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/53(100/1000)INT
05102242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)INT
01009242	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
10005242	UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT
23002242	UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT
23016182	UNO STOMACH MANDRIN CH18/110(60/240) IT
05118242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT
253100410120	UNO PROFLO PLN FNL CH16/53(100/800) INT
05119242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH20/53(100/600)INT
05075049	UNO SUC CATH MULLY CH8/60CM(100/1000)INT
253100610120	UNO PROFLO FNL COUDE CH10/60(100/800) IT
03008242	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT
01013242	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT
05099242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/33(100/1000)INT
01015242	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT
05364049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/50(100/1000)INT
05110242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800)INT
12 151 1S- PFM	UNO CARELINE 500ML LEGBAG BOCV(10/40)INT
01004242	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT
05111242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT
23019182	UNO STOMACH SMANDRIN CH18/110(50/300)INT
05351049	UNO SUC CATH MULLY CH12/50CM(100/800)INT
05095049	UNO SUC CATH MULLY CH18/60CM(100/800)INT
12061182	UNO MULLY METRIC CH05/33CM(100/1000) INT
12022182	UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT
05363049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/50(100/1000)INT
23017182	UNO STOMACH SMANDRIN CH14/110(50/300)INT
253100910120	UNO PROFLO FNL COUDE CH16/60(100/800) IT
05105242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/53(100/1000)INT
08005242	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT
03009242	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT
12078182	UNO MULLY METRIC CH10/50CM(100/1000) INT
06019182	UNO MULLY CATH FTC CH14/53CM(100/600)INT
06015182	UNO MULLY CATH FTC CH10/53CM(100/600)INT
06013182	UNO MULLY CATH FTC CH8/53CM(100/600) INT
07069022	UNO SV CATH 2 EYE CH16/60CM(75/450) INT
06013022	UNO SUC CATH IDEAL FTC CH8/53(50/500)INT
06015022	UNO SUCCATH IDEAL FTC CH10/53(50/500)INT
06017022	UNO IDEAL CATH FTC CH12/53CM(50/500)INT
06021022	UNO IDEAL CATH FTC CH16/53CM(50/500)INT

REF N.	Descrizione
05375022	UNO SUC CATH 2 EYE CH14/51(100/1000) INT
07084022	UNO IDEAL CATH SV CH18/60CM(75/450) INT
07068022	UNO SV CATH 2 EYE CH14/60CM(75/450) INT
23031182	UNO STOMACH CH25/80CM(1/100) INT
01007369	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
01013369	UNO NELATON CH16/40CM (25/250) INT
05072182	UNO SUC CATH MULLY CH8/33CM(100/1000)INT
03009369	UNO TIEMANN CH14/40CM (25/250) INT
01009369	UNO NELATON CH14/40CM (25/250) INT
05082184	UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)PL
03006184	UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) INT
03011184	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT
03014184	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT
12046184	UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600)INT
05073184	UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT
05076184	UNO SUC CATH MULLY CH10/40(100/1000) INT
05087184	UNO SUC CATH MULLY CH14/60(100/1000)INT
05091184	UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)PL
05065182	UNO SUC CATH MULLY CH5/33CM(100/1000)INT
01015184	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT
07024184	UNO MULLY CATH VCT CH8/51CM(100/600) INT
12021184	UNO FEED METRIC XRAY CH4/40(100/1000)INT
05078184	UNO SUC CATH MULLY CH10/60CM(50/1000)INT
12027184	UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT
12030184	UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT
12038184	UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600)INT
07037183	UNO MULLY CATH VCT CH18/60CM(100/600)INT
08010182	UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT
08055182	UNO SUC CATH COUDE CH16/60CM(100/800)INT
05091182	UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)EUR
08003182	UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000)INT
08008182	UNO CATH COUDE MULLY CH12/60(100/800)INT
08053182	UNO SUC CATH COUDE CH14/60(100/1000) INT
05047182	UNO SUC CATH 2 EYE CH14/60(100/1000) INT
08012182	UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT
08054182	UNO SUC CATH COUDE CH16/53CM(100/800)INT
05045182	UNO SUC CATH 2 EYE CH12/60(100/800) INT
07028182	UNO MULLY CATH VCT CH10/53CM(100/600)INT
08095022	UNO SUC CATH COUDE CH12/60CM(100/600)INT
08094022	UNO SUC CATH COUDE CH10/60CM(100/600)INT








REF N.	Descrizione
12079182	UNO VACUTIP METRIC CH5/53CM (100/600) IT
12116182	UNO FEED TBE XRAY CH5/75CM(100/600)AUS
03005181	UNO TIEMANN CH06/40CM (100/1000) INT
31003022	UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000) IT
08025182	UNO OPTIMAL COUDE CH14/60CM(100/1000)INT
05100182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/53(100/1000)INT
23032182	UNO STOMACH CH28/80CM (1/75) INT
09039182	UNO MULLY COUDE VCT CH16/60(100/600) IT
05191022	UNO SUC CATH 1 EYE CH10/51(100/1000) INT
05195022	UNO SUC CATH 1 EYE CH18/51(100/1000) INT
05194022	UNO SUC CATH 1 EYE CH16/51(100/1000) INT
05184022	UNO SUC CATH 0 EYE CH12/51(100/1000) INT
05192022	UNO SUC CATH 1 EYE CH12/51(100/1000) INT
06007022	UNO SUCT CATH FTC CH16/53CM(50/500) INT
05190022	UNO SUC CATH 1 EYE CH08/51(100/1000) INT
06004022	UNO SUCT CATH FTC CH10/53CM(50/500) INT
05197022	UNO SUC CATH 2 EYE CH05/51CM(100/1000)IT
05198022	UNO SUC CATH 2 EYE CH06/51CM(100/1000)IT
05204022	UNO SUC CATH 2 EYE CH18/51(100/1000) INT
07027182	UNO MULLY CATH VCT CH10/35CM(100/600)JINT
23027022	UNO STOMACH CH16/80CM(100/300) INT
12077182	UNO MULLY METRIC CH05/50CM(100/1000) INT
05107242	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/33(100/1000)INT
01007242	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
03014242	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT
05117242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/53(100/800)INT
12001182	UNO MULLY METRIC CH06/53CM(100/1000) INT
03007242	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT
01017242	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT
05101242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/33(100/1000)INT
03013242	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT
08001242	UNO CATH COUDE MULLY CH6/53(100/1000)INT
06023182	UNO MULLY CATH FTC CH18/53CM(100/600)INT
06011182	UNO MULLY CATH FTC CH6/53CM(100/600) INT
06023022	UNO IDEAL CATH FCT CH18/53CM(50/500) INT
06011022	UNO SUCCATH IDEAL FTC CH06/53(50/500)INT
10049022	UNO DUODENAL XRAY CH10/122CM(200/600) IT
03008369	UNO TIEMANN CH12/40CM (25/250) INT
03013369	UNO TIEMANN CH18/40CM (25/250) INT
48 011 1S-20	UNO 4L BLADDER WASH BAG W/PUMP (20) INT

REF N.	Descrizione
03007184	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT
05425184	UNO SUC CATH MULLY CH20/60CM(100/600)INT
12036184	UNO VACUTIP METRIC CH04/35CM(100/600)INT
12037184	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)JINT
01019184	UNO NELATON CH22/40CM (100/600) INT
12033184	UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) INT
08012184	UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT
05075182	UNO SUC CATH MULLY CH8/60CM(100/1000)INT
08010184	UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT
07022182	UNO MULLY CATH VCT CH07/53CM(100/600)INT
12003185	MULLY METRIC CH06/33CM(100/1000) RU
12044185	UNO VACUTIP METRIC CH08/53CM(100/600)JINT
12037185	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)JINT
11003182	UNO RYLES XRAY TIP CH12/125(100/400) AUS
12028185	UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT
08096022	UNO SUC CATH COUDE CH14/60CM(100/600)INT
23017185	UNO STOMACH SFT MAND CH14/110(50/300)JINT
10003185	DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400) RU
06020182	UNO MULLY CATH FTC CH14/60CM(100/600)JINT
08006182	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/60(100/1000)INT
08051182	UNO SUC CATH COUDE CH12/60CM(100/800)INT
05079182	UNO SUC CATH MULLY CH12/25CM(100/800)INT
05084182	UNO SUC CATH MULLY CH14/25(100/1000) INT
05189022	UNO SUC CATH 1 EYE CH06/51(100/1000) INT
08098022	UNO SUC CATH COUDE CH18/60CM(100/600)INT
02057559	Female CH08/ 18cm
02077559	Female coudé CH12/ 18cm
03034559	Tiemann CH12/ 40cm
02016559	Female CH12/ 18cm
02017559	Female CH14/ 18cm
01015559	Nelaton CH18/ 40cm
02058559	Female CH10/ 18cm
03035559	Tiemann CH14/ 40cm
01008559	Nelaton CH12/ 40cm
02076559	Female coudé CH10/ 18cm
02078559	Female coudé CH14/ 18cm
01009559	Nelaton CH14/ 40cm
01007559	Nelaton CH10/ 40cm
02062559	Female CH18/ 18cm
02079559	Female coudé CH16/ 18cm

REF N.	Descrizione
01013559	Nelaton CH16/ 40cm
02019559	Female CH16/ 18cm

REF N.	Descrizione
48 011 1S- BBM	URINBEUTEL 4 L UNOMEDICAL M. PUMPBALL

Allegato 2: Esempio di etichettatura della confezione

Per il prodotto interessato dal richiamo	
<p>Etichetta del mittente</p>	<p>REF 05042182</p> <p>en: Suction Catheter w/Funnel de: Absaugkatheter m. Trichter fr: Sonde d'Aspir. avec Godet nl: Zuigcatheter met Funnel it: Catetere per Asp. Bronch.</p> <p>Made in Slovakia</p> <p>CH 10 Ø 3.3 mm FG 53 cm</p> <p>10 X 100</p> <p>CE 0086  ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire CH5 2NU, UK</p> <hr/> <p> 2017-12-05 LOT 7D00017</p> <p> 2022-11-01 SAP 1301774 v6 EAN No.05705243221568</p> <hr/>  (01)05705243221568(17)221101(10)7D00017
<p>Etichetta per la sezione commerciale</p>	<p>en: Suction Catheter w/Funnel de: Absaugkatheter m. Trichter fr: Sonde d'Aspir. avec Godet nl: Zuigcatheter met Funnel it: Catetere per Asp. Bronch.</p> <p>REF 05042182</p> <p>LOT 7D00017</p> <p> 2022-11-01</p> <p> 2017-12-05</p> <p>SAP 1301774 v6</p> <p>CH 10 Ø 3.3 mm FG 53 cm</p> <p>EAN No. 05705243221551</p> <hr/>  (01)05705243221551(17)221101(10)7D00017