

DRINGENDE SICHERHEITSANWEISUNG IM MARKT **ENDNUTZER**

Handelsbezeichnung: Absaugkatheter, Gastroenterale Sonden, Intermittierende Urologiekatheter, sterile Urindrainagebeutel (Siehe Anlage 1 für Handelsbezeichnung und alle Einzelheiten)

Ausstellungsdatum: 24.08.2018

REF-Nr: Siehe Anlage 1

FSCA-ID: 2018-005 Phase 2

Art der Maßnahme: Rückruf / Produktentsorgung

Rückrufcenter-E-Mail: convatecproductrecall@stericycle.com

Bitte beachten Sie, dass diese Maßnahme nur für spezifische Produktcodes gilt und nicht für alle Produktcodes der Absaugkatheter, Gastroenteralen Sonden, intermittierenden Urologiekatheter, sterilen Urindrainagebeutel.

Beschreibung des Problems:

ConvaTec hat freiwillig einen Rückruf bestimmter Produktcodes für Absaugkatheter, Gastroenterale Sonden, intermittierende Urologiekatheter, sterile Urindrainagebeutel initiiert.

Eine interne Evaluierung der Zuverlässigkeit der Verpackung dieser Produkte hat bestätigt, dass diese weder unseren noch den Erwartungen unserer Kunden entspricht. Tests, die mit der Verpackung des Produktes durchgeführt wurden, scheiterten und bestätigten, dass die Möglichkeit des Brechens der Sterilbarriere besteht. Die Verwendung eines nicht-sterilen Produktes an Patienten könnte den Patienten Krankheitserregern aussetzen, was das Risiko für die Entwicklung einer Infektion erhöht. ConvaTec hat bisher noch keine Meldungen über Vorfälle in Zusammenhang mit dem Versiegelungsproblem der Verpackung erhalten.

Absaugkatheter sind für oro-nasopharyngeales und tracheobronchiales Absaugen der oberen und unteren Luftwege vorgesehen, um exzessive Sekretion in Patienten zu entfernen, die nicht in der Lage sind, diese selbst abzu husten. Absaugkatheter sind sterile Einwegprodukte, die für jeweils einen Patienten und eine Prozedur für die indirekte Verbindung zu einem aktiven Medizinprodukt Anwendung finden.

Gastro-enterale Sonden: Duodenalsonden, Magensonden und Ernährungssonden sind Einwegprodukte, die über Oesophagus durch Nase oder Mund in den Magen oder Duodenum eingesetzt werden können, um Drainage gastrischen Inhalts, Dekompression des Magens oder des Duodenums, Beschaffung einer Probe des Mageninhalts, Verabreichung von Arzneimitteln oder Flüssigkeiten und enterale Ernährung zu unterstützen.

Intermittierende Urologiekatheter bieten einen intermittierenden Weg zur Drainage von Flüssigkeiten aus der Blase. Sie sind zur intermittierenden Einführung durch die Urethra und bis hin zur Blase vorgesehen, um das Ablassen von Urin aus der Blase zu ermöglichen. Sie sind für kurzzeitigen, intermittierenden und transienten Gebrauch entworfen und nicht für in situ-Gebrauch vorgesehen (an der Spitze befindet sich kein Ballon, der eine Befestigung des Katheters innerhalb der Blase ermöglicht). Es

handelt sich um Einwegprodukte. Das Ziel der intermittierenden Katheterisierung mit Urologiekathetern ist eine komplette Entleerung der Blase und Infektionen des Urintraktes zu verhindern.

Sterile Urindrainagebeutel sind sterile, nicht-invasive, Einweggeräte, die zur Einsammlung urinaler Ausscheidungen (Diuresis) oder Reinigungsflüssigkeiten vorgesehen sind, sofern sie mit einem Verweilkatheter verbunden sind. Urindrainagebeutel sind zur Einsammlung von Urin bei katheterisierten Patienten vorgesehen. Urindrainagebeutel sind ebenfalls zur Überwachung von Zufuhr oder Abfluss von Urin oder Flüssigkeiten vorgesehen.


Ausschließlich die Sterilbarrieren der Verpackung der in dieser Anweisung aufgeführten Produktcodes können potentiell brechen.

Aus diesem Grund und, um jedem Risiko eines Schadens entgegenzutreten, sollen keine der betroffenen Produkte verwendet werden.

Prozess zur Produktidentifikation:

Die betroffenen Produkte können nur durch einen Abgleich der Produktcodes und des Herstellungsdatums mit der Rückrufliste durchgeführt werden (siehe Anlage 1). Es gibt keinen anderen erkennbaren Unterschied zwischen betroffenen und nicht-betroffenen Produkteinheiten.

Es wird auf Anlage 2 verwiesen für Beispiele der Verpackungsetiketten, die die Platzierung des Produktcodes und des Herstellungsdatums auf den Etiketten der Produkteinheiten hervorheben. Diese befinden sich auf der Erstverpackung und dem Versandkarton. Der Produktcode (Referenznummer) ist

dem Wort 'REF' vorangestellt und vor dem Herstellungsdatum ist das Zeichen  und das Datumsformat ist JJJJ-MM-TT.

Hinweise auf die Maßnahmen, die vom Endnutzer durchzuführen sind.

Laut unseren Aufzeichnungen haben wir an Sie betroffene Produkte geliefert. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten:

1. Verwenden Sie bitte ab sofort keine der betroffenen und in diesem Dokument definierten Produkte.
2. Überprüfen Sie das Lager und vergewissern Sie sich, dass alle betroffenen Produkteinheiten, die bei Ihnen auf Lager sind, separat aufbewahrt werden.
3. Vervollständigen Sie das beigefügte „Rückruf-Antwortformular für ENDNUTZER“, das **so schnell wie möglich** an Ihren Vertriebshändler weitergeleitet werden sollte.
4. Kontaktieren Sie Ihren Vertriebshändler, um gegebenenfalls die Rücknahme der betroffenen Produkte und eine Gutschriftung zu organisieren. Es wird notwendig sein, neue Bestellungen aufzugeben.

BITTE LIEFERN SIE EINE VERVOLLSTÄNDIGTE ANTWORT SO SCHNELL WIE MÖGLICH.

Setzen Sie das Rapportieren von unerwünschten Ereignissen in Verbindung mit diesem Produkt an die ConvaTec Customer Care Line (siehe Regionale Kontaktliste für Einzelheiten) fort.

Übermittlung von dieser Sicherheitsanweisung im Markt:


Diese Anweisung muss an alle anderen innerhalb Ihrer Organisation übermittelt werden, die betroffene Produkte erhalten haben und zu jeder Organisation, zu welcher die betroffenen Produkte transferiert worden sind.

ConvaTec hat sich verpflichtet, Qualitätsprodukte an unsere Kunden zu liefern, und wir möchten uns aufrichtig für jegliche Unannehmlichkeiten entschuldigen, die diese Notiz verursacht.

Sollten Sie Fragen zu diesem Rückruf haben, kontaktieren Sie bitte das Rückrufcenter. Für sonstigen Support, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebshändler oder den lokalen ConvaTec-Repräsentant. Siehe Kontaktliste für Einzelheiten.

Die entsprechenden nationalen Behörden sind über diese Sicherheitskorrekturmaßnahme im MARKT informiert.

Autorisierung:

<u>Name</u> Duncan Rowley	<u>Titel</u> Director, Regulatory Affairs and Quality Assurance, EMEA	<u>Adresse</u> ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, U.K.
<u>Datum</u> 24.08.2018	<u>Unterschrift</u> 	

Rückrufcenter: Spezieller Helpdesk für diese Sicherheitskorrekturmaßnahme im Markt

Tel: 0800-838-239

Fax: +44-207 6601 568

E-Mail: convatecproductrecall@stericycle.com

‘Regionaler Kontakt’ für weiteren Support:

**Österreich / Belgien / Kroatien / Zypern / Estland / Frankreich / Deutschland / Ungarn /
Israel / Malta / Niederlande / Portugal / Rumänien / Schweiz / Irland**

Tel: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

E-Mail: ccc.customerservice@convatec.com

Dänemark

Tel: +45 4816 7030

Fax: +45 8025 3413

E-Mail: customerservicenordic@convatec.com

Finnland

Tel: +358 (0) 20 7659 630

E-Mail: mail.fi@convatec.com

Italien

Tel: 800500190

E-Mail: clienti.convatec@convatec.com

Norwegen

Tel: +47 22686095

Fax: + 47 80019602

E-Mail: customerservicenordic@convatec.com

Schweden

Tel: +46 (0)42 332010

Fax: +46 200887486

Email: customerservicenordic@convatec.com

Truthahn

Tel: +90 530 010 87 33 / +90 312 219 83 61

Fax: +90 312 219 53 21 / +90 216 416 28 30

Email: cigdem.elekonbuket@convatec.com

Großbritannien

Tel: +44 (0) 1244 832206

Fax: 0800 279 9004

E-Mail: unomedical-uk.customerservice@convatec.com

Tschechien, Island, Polen, Slowakei, Spanien,

Tel: + 41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

E-Mail: ccc.customerservice@convatec.com

RÜCKRUF-ANTWORTFORMULAR für ENDNUTZER
DRINGENDE SICHERHEITSANWEISUNG IM MARKT
BITTE VERVOLLSTÄNDIGEN UND ZURÜCKSENDEN per
Fax/E-Mail

Empfänger des Produktes:

Name des Empfängers:	
Adresse des Empfängers:	

Die nachfolgenden Produkte, Absaugkatheter, Gastroenteralen Sonden, Intermittierenden Urologiekatheter, sterilen Urindrainagebeutel sind an Ihre Einrichtung geliefert worden:

Produktcode / REF-Nr.	SAP-Code	LOT-Nr.	Gelieferte Menge (Stückzahl)

Bitte beantworten Sie jeder der folgenden Fragen.

1. Wir haben KEINE betroffenen Produkte.
2. Wir haben die folgenden betroffenen Produkte:

Listen Sie die Menge (Stückzahl) für jedes LOT, das entsorgt werden soll:

LOT-Nr.	Menge vorhanden	LOT-Nr.	Menge vorhanden	LOT-Nr.	Menge vorhanden	LOT-Nr.	Menge vorhanden	LOT-Nr.	Menge vorhanden

FORMULAR vervollständigt und zurückgeschickt von:

Name (GROßBUCHSTABEN):	
Position:	
Firmennamen:	
Adresse:	
Telefonnummer:	
Unterschrift:	
Datum (TT/MMM/JJJJ):	

Rückrufcenter: Spezieller Helpdesk für diese Sicherheitskorrekturmaßnahme im Markt

Tel: 0800-838-239

Fax: +44-207 6601 568

E-Mail: convatecproductrecall@stericycle.com

Anlage 1: Betroffene Produkte: Die nachfolgenden Codes mit einem Herstellungsdatum zwischen 01-07-2013 und 30-06-2018.

REF.-Nr.	Beschreibung
03038022	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/1000) IT
10003181	UNO DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400)INT
07028181	UNO MULLY CATH VCT CH10/53CM(100/600)INT
08011181	UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)INT
07020182	UNO MULLY CATH VCT CH6/53CM(100/600) INT
05074182	UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) EUR
07035181	UNO MULLY MTRC VCT CH16/60CM(100/600)INT
08014181	UNO CATH COUDE MULLY CH18/53(100/800)NUK
02019182	UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) INT
05090182	UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800)INT
08007181	UNO CATHCOUDE MULLY CH12/53(100/800)INT
08005182	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT
10043022	UNO DUODENAL XRAY OT CH12/122(150/450
02017182	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT
05094182	UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)EUR
01007182	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
05086182	UNO SUC CATH MULLY CH14/53CM(100/800)INT
02020182	UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT
01001182	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT
12119182	UNO FEED TBE XRAY CH10/75CM(100/600)AUS
05081182	UNO SUC CATH MULLY CH12/53C(100/800)INT
05086181	UNO SUC CATH MULLY CH14/53CM(100/800)INT
05077182	UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000))INT
02015182	UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) INT
01008182	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT
48 111 1S-10	UNO 4L BLADDER WASH BAG W/PUMP (20) INT
12085182	UNO VACUTIP METRIC CH12/53CM(100/600)INT
05069182	UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT
02016182	UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) INT
03011182	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) AUS
05094181	UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)NEU
02019181	UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) INT
10006181	UNO DUODENAL XRAY CH18/125CM(50/300) INT
01008183	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT
02014181	UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/1000) INT
01013181	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT
05077181	UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000))INT

REF.-Nr.	Beschreibung
01009181	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
02015181	UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) INT
01017181	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT
07032181	UNO MULLY CATH VCT CH14/53CM(100/600)INT
02016181	UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) INT
01007181	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
02020181	UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT
07027181	UNO MULLY CATH VCT CH10/35CM(100/600)INT
01019182	UNO NELATON CH22/40CM (100/600) INT
02012181	UNO FEMALE STR CH06/20CM(100/1000) INT
12028182	UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)AUS
05014182	UNO SUC CATH 0 EYE CH18/53CM(100/800)INT
05082182	UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)EUR
05078182	UNO SUC CATH MULLY CH10/60(100/1000) EUR
01009182	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
10009182	UNO DUODENAL MANDRIN CH16/125(50/300)INT
10010182	UNO DUODENAL MANDRIN CH18/125(50/300)INT
03009182	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) AUS
10008182	UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT
12031182	UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000)INT
01013182	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT
03008182	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT
03013182	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT
01008181	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT
08009181	UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)INT
10005181	UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT
12025181	UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000)INT
11005181	UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300)INT
12030181	UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT
10001181	UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM(100/400)INT
23035181	UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT
23034181	UNO STOMACH CH32/80CM (1/75) INT
07020181	UNO MULLY CATH VCT CH6/53CM(100/600) INT
12034181	UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT
31008181	UNO PURIFEED XRAY CH05/100CM(100/600)INT
10021181	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) INT
10004181	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300)INT

REF.-Nr.	Beschreibung
12046182	UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600) IT
05329022	UNO SUC CATH IDEAL CH10/51(100/1000) INT
10006182	UNO DUODEN XRAY OP CH18/125CM 50/300 INT
10003182	UNO DUODEN XRAY OP CH12/125CM 100/400INT
10004182	UNO DUODEN XRAY OP CH14/125CM 50/300 INT
09037182	UNO MULLY COUDE VCT CH14/60(100/600) IT
05038182	UNO SUCCATH 2 EYE CH06/53CM(100/1000)INT
05044182	UNO SUC CATH 2 EYE CH12/53(100/800) INT
05048182	UNO SUC CATH 2 EYE CH16/53(100/800) INT
05046182	UNO SUC CATH 2 EYE CH14/53(100/800) INT
05068182	UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT
05068181	UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT
08005181	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT
05050182	UNO SUC CATH 2 EYE CH18/53(100/800) INT
12027183	UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000) IT
12037183	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600) IT
10021183	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) INT
12024183	UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000) IT
02019183	UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) IT
02015183	UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) IT
07033182	UNO MULLY CATH VCT CH14/60CM(100/600)AUS
07035182	UNO MULLY CATH VCT CH16/60CM(100/600)AUS
06034023	UNO SUC CATH MARK FTC CH5/53(50/500) INT
05108182	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/53(100/1000)INT
12028183	UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT
03011183	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) IT
12030182	UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT
08009182	UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)EUR
07062022	UNO SOFTVAC CATH CH12/51CM (75/750) ITA
10001183	UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM(100/400)INT
01004183	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) IT
05268022	UNO SUC CATH 2 EYE CH12/51CM(100/1000)IT
08011182	UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)EUR
05105182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/53(100/1000) IT
01017182	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT
253100810120	UNO PROFLO FNL COUDE CH14/60(100/800)INT
03014183	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT
01020182	UNO NELATON CH24/40CM (100/600) INT
01007183	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) IT
12034183	UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT

REF.-Nr.	Beschreibung
05112182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/53(100/800)INT
10001182	UNO DUODEN XRAY OP CH08/125CM 100/400INT
254100110120	UNO PROFLO PLN VCT CH10/60CM(100/600)INT
08001181	UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT
03008183	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) IT
01013183	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) IT
05097182	UNO SUC CATH MULLY CH20/53CM(100/600)INT
05069183	UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000) IT
05115182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800)INT
05110182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800)INT
23001181	UNO STOMACH CH12/80CM(100/400) INT
31002181	UNO PURIFEED XRAY CH06/40CM(100/1000)INT
23030181	UNO STOMACH CH22/80CM(1/100) INT
05067182	UNO SUC CATH MULLY CH6/33CM(100/1000)INT
05076182	UNO SUCCATH MULLY CH10/40CM(100/1000)INT
11001182	UNO RYLES XRAY TIP CH8/125(100/400) AUS
12089182	UNO VACUTIP METRIC CH16/53CM(100/600)INT
07030182	UNO MULLY CATH VCT CH12/53CM(100/600)AUS
23004181	UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT
05067181	UNO SUC CATH MULLY CH6/33CM(100/1000)INT
05073181	UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT
12021182	UNO FEED METRIC XRAY CH4/40(100/1000) IT
12033183	UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) IT
05407181	UNO MULLY FREELINE CH12/53(100/1000) INT
03014181	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT
10047022	UNO DUODENAL XRAY OT CH20/122(80/240) IT
06015183	UNO MULLY CATH FTC CH10/53CM(100/600) IT
23002182	UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT
23004182	UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT
23003182	UNO STOMACH CH16/80CM(50/300) INT
02015184	UNO FEMALE CH10/18CM (100/1000) INT
23001182	UNO STOMACH CH12/80CM(100/400) INT
11003181	UNO RYLES XRAY TIP CH12/125(100/400) INT
12033182	UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) AUS
07029182	UNO MULLY CATH VCT CH10/60CM(100/600)INT
03008184	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT
23030182	UNO STOMACH CH22/80CM(1/100) INT
06019183	UNO MULLY CATH FTC CH14/53CM(100/600) IT
03006181	UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) IT
12033181	UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) INT

REF.-Nr.	Beschreibung
05066182	UNO SUC CATH MULLY CH5/53CM(100/1000)INT
03008181	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT
12036181	UNO VACUTIP METRIC CH04/35CM(100/600)INT
01004184	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT
10009181	UNO DUODENAL MANDRIN CH16/125(50/300)INT
23029182	UNO STOMACH CH20/80CM(1/100) INT
23033185	UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT
12002182	UNO MULLY METRIC CH05/33CM(100/1000) INT
11004181	UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300)INT
12031181	UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000)INT
12003182	UNO MULLY METRIC CH06/33CM(100/1000) INT
03007181	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT
07032182	UNO MULLY CATH VCT CH14/53CM(100/600)AUS
23032181	UNO STOMACH CH28/80CM (1/75) INT
23033181	UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT
06009182	UNO MULLY CATH FTC CH05/53CM(100/600)INT
05094183	UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)SEU
01004181	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT
05077183	UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) IT
02058022	UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/2000) IT
05073182	UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT
02014183	UNO FEM STR CH08/18CM (100/1000) IT
03035022	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/1000) IT
01017184	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT
02014182	UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/1000) INT
12046181	UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600)INT
05069181	UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT
12025183	UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000) IT
12034182	UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT
02017181	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT
10005183	UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) IT
01013184	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT
02017183	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) IT
05029182	UNO SUC CATH 1 EYE CH14/53CM(100/800)INT
23003181	UNO STOMACH CH16/80CM(50/300) INT
12090182	UNO VACUTIP METRIC CH16/60CM(100/600) IT
05090181	UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800)INT
05203022	UNO SUC CATH 2 EYE CH16/51CM(100/1000)IT
05072181	UNO SUC CATH MULLY CH8/33CM(100/1000)INT
02016183	UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) IT

REF.-Nr.	Beschreibung
12086182	UNO VACUTIP METRIC CH12/60CM(100/600) IT
05084181	UNO SUC CATH MULLY CH14/25(100/1000) INT
11005182	UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300)AUS
11006182	UNO RYLES XRAY TIP CH18/125CM(50/300)AUS
23029181	UNO STOMACH CH20/80CM(1/100) INT
01007022	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) IT
07072022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH8/51(75/750) IT
03011181	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT
07076022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH16/51(75/750)IT
12028181	UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT
01015181	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT
11004182	UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300)AUS
05074181	UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) NEU
12037182	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600) IT
12037181	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)INT
07074022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH12/51(75/750)IT
01007184	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
08009242	UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)INT
05081183	UNO SUC CATH MULLY CH12/53CM(100/800) IT
11002181	UNO RYLES XRAY TIP CH10/125(100/400) AUS
12030183	UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000) IT
01015183	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) IT
06021182	UNO MULLY CATH FTC CH16/53CM(100/600)INT
05090183	UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800) IT
03007183	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT
12031183	UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000) IT
05032182	UNO SUC CATH 1 EYE CH16/53CM(100/800)INT
01004022	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) IT
05108242	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/53(100/1000)INT
07045183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH12/60(100/600) IT
05115183	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800) IT
05113182	UNO SUC CATH OPTIMALCH14/60(100/1000)INT
05118049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT
05117182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/53(100/800) IT
05081181	UNO SUC CATH MULLY CH12/53CM(100/800)INT
08003242	UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000)INT
23035182	UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT
23035185	UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT
23004242	UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT
23002181	UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT

REF.-Nr.	Beschreibung
05078049	UNO SUC CATH MULLY CH10/60(100/1000) INT
05109049	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/60(100/1000)INT
08025242	UNO OPTIMAL COUDE CH14/60CM(100/1000)INT
12090185	UNO VACUTIP METRIC CH16/60CM(100/600)INT
08014182	UNO CATH COUDE MULLY CH18/53(100/800)INT
23031181	UNO STOMACH CH25/80CM(1/100) INT
08011242	UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)INT
23033182	UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT
02017185	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT
03007182	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) AUS
08027242	UNO OPTIMAL COUDE CH16/60CM(100/800) INT
01008023	UNO NELATON CH12/40CM (100/1000) IT
10007183	UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM(1/100) INT
10008183	UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT
10018183	UNO DUOD XRAY OPN CH08/125(100/400) INT
03009183	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) IT
07060022	UNO SOFTVAC CATH CH8/51CM(75/750) ITA
10028022	UNO DUODENAL OP TIP CH8/122CM(200/600)IT
07034182	UNO MULLY CATH VCT CH16/53CM(100/600)INT
07050183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH18/60(100/600) IT
12101182	UNO VACUTIP METRIC CH12/60CM(100/600)INT
12040182	UNO VACUTIP METRIC CH07/35CM(100/600)INT
01001183	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT
10003183	UNO DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400) IT
01001181	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT
10031023	UNO DUODENAL OP TIP CH14/122(150/450) IT
05270022	UNO SUC CATH 2 EYE CH16/51CM(100/1000)IT
03013181	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT
31003181	UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000)INT
31011181	UNO PURIFEED XRAY CH10/100CM(100/600)INT
12038183	UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600) IT
12087182	UNO VACUTIP METRIC CH14/53CM(100/600) IT
05065181	UNU SUC CATH IDEAL CH5/33CM(100/1000)INT
12039182	UNO VACUTIP METRIC CH06/53CM(100/600) IT
24 111 1S-20	UNO CARELINE 750ML LEG BAG CV(10/40) INT
31002182	UNO PURIFEED XRAY CH06/40CM(100/1000)INT
12114182	UNO FEED METRIC XRAY CH12/100 (100/600)
03013184	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT
31007181	UNO PURIFEED XRAY CH08/50CM(100/1000)INT
07059022	UNO SOFTVAC CATH SIZE 6 (75/750) ITA

REF.-Nr.	Beschreibung
10008181	UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT
03009184	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT
31001182	UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000)INT
07061022	UNO SOFTVAC CATH CH10/51CM (75/750) ITA
10018182	UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM 100/400 INT
08007182	UNO CATHCOUDE MULLY CH12/53 (100/800)INT
01047022	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) IT
31003182	UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000)INT
254100210120	UNO PROFLO PLAIN VCT CH12/60(100/600) IT
31005181	UNO PURIFEED XRAY CH05/50CM(100/1000)INT
07070022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH5/51(75/750) IT
12115182	UNO FEED TBE XRAY CH4/75CM(100/600)INT
10053022	UNO DUODENAL XRAY CH18/122CM(100/300) IT
10050022	UNO DUODENAL XRAY CH12/122CM(150/450) IT
12118182	UNO FEED TBE XRAY CH8/75CM(100/600) AUS
12022181	UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT
05063182	UNO SUC CATH MULLY CH4/33CM(100/1000)INT
10033022	UNO DUODENAL OP TIP CH18/122(100/300) IT
10004183	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) IT
10042022	UNO DUODENAL XRAY OT CH10/122(200/600)IT
31001181	UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000)INT
12038181	UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600)INT
10024182	UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM 1/100 INT
05089181	UNO SUC CATH MULLY CH16/40CM(100/800)INT
07034181	UNO MULLY CATH VCT CH16/53CM(100/600)INT
03032022	UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) IT
05315022	UNO SUC CATH IDEAL CH18/51CM(100/1000)IT
01013022	UNO NELATON CH16/40CM (100/1000) IT
05089182	UNO SUC CATH MULLY CH16/40CM(100/800)INT
02062022	UNO FEM STR CH18/18CM (100/1000) IT
10007181	UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM(1/100) INT
10002183	UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) IT
01008022	UNO NELATON CH12/40CM (100/1000) IT
12040181	UNO VACUTIP METRIC CH07/35CM(100/600)INT
10031022	UNO DUODENAL OP TIP CH14/122(150/450) IT
12 111 1S-PFM	UNO CARELINE LEG BAG 500ML (10/40) INT
31001022	UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000) IT
12043182	UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT
12038182	UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600) IT
05200022	UNO SUC CATH 2 EYE CH10/51CM(100/1000)IT

REF.-Nr.	Beschreibung
01055022	UNO NELATON CH22/40CM (100/1000) IT
07077022	UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH18/51(75/750)IT
10030023	UNO DUODENAL OP TIP CH12/122(150/450) IT
12 111 15-MECO	MEDIQ CARELINE 500/10CM STER (2042)10X40
12043181	UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT
12088182	UNO VACUTIP METRIC CH14/60CM(100/600)INT
10002181	UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) INT
12022183	UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT
12048182	UNO VACUTIP METRIC CH10/60CM(100/600) IT
31009181	UNO PURIFEED XRAY CH06/100CM(100/600)INT
31010181	UNO PURIFEED XRAY CH08/100CM(100/600)INT
10052022	UNO DUODENAL XRAY CH16/122CM(100/300) IT
01001184	UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT
05113049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/60(100/800)INT
01015369	UNO NELATON CH18/40CM (25/250) INT
12043183	UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600) IT
253101310120	UNO PROFLO FNL MTRC CH16/60(100/800) INT
253100710120	UNO PROFLO FNL COUDE CH12/60(100/800) IT
05311022	UNO SUC CATH IDEAL CH10/51CM(100/1000)IT
05095184	UNO SUC CATH MULLY CH18/60CM(100/800)INT
05006182	UNO SUCCATH 0 EYE CH10/53CM(100/1000)INT
08007242	UNO CATH COUDE MULLY CH12/53(100/800)INT
03033022	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) IT
03036022	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/1000) IT
12043184	UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT
12093182	VACUTIP MTRC OPTM CH12/53CM(100/600)INT
02056022	UNO FEMALE STR CH06/18CM (100/1000) IT
09035182	UNO MULLY COUDE VCT CH12/60(100/600) IT
02012182	UNO FEMALE STR CH06/20CM(100/1000) INT
07033242	UNO MULLY CATH VCT CH14/60CM(100/600)INT
05185022	UNO SUC CATH 0 EYE CH14/51(100/1000) INT
06013183	UNO MULLY CATH FTC CH08/53CM(100/600) IT
05110183	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800) IT
12024181	UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)INT
12024184	UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)INT
10021182	UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) AUS
12024182	UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)AUS
01015022	UNO NELATON CH18/40CM (100/1000) IT
03009181	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT
01015182	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT

REF.-Nr.	Beschreibung
05082602	UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(50/800) INT
12096182	VACUTIP MTRC OPTM CH14/60CM(100/600)INT
08052182	UNO SUC CATH COUDE CH14/53CM(100/800)INT
05354049	UNO SUC CATH MULLY CH18/50CM(100/800)INT
12113182	UNO FEEDING METRIC CH10/100(100/600) AUS
08050182	UNO SUC CATH COUDE CH12/53CM(100/800)INT
12062182	UNO MULLY METRIC CH08/50CM(100/1000) INT
12088185	UNO VACUTIP METRIC CH14/60CM(100/600)INT
02057022	UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/2000) IT
08026242	UNO OPTIMAL COUDE CH16/53CM(100/800) INT
23018182	UNO STOMACH SMANDRIN CH16/110(50/300)INT
08013242	UNO CATH COUDE MULLY CH18/33(100/800)INT
12048185	UNO VACUTIP METRIC CH10/60CM(100/600)INT
05114242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/33(100/800)INT
24 151 1S-20	UNO CARELINE 750ML LEG BAG CV(10/40) INT
05310022	UNO SUC CATH IDEAL CH08/51CM(100/1000)IT
05366049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/50(100/800)INT
05068184	UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT
12027182	UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT
01009184	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
01008184	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT
01004182	Nelaton mužský CH08/ 40 cm - rovný konec
03006182	Tiemann CH 08/36 cm
03005182	Tiemann CH 06/36 cm
03014182	Tiemann CH 20/36 cm
31006741	UNO PURIFEED XRAY CH06/50CM(10/480) INT
31007741	UNO PURIFEED XRAY CH08/50CM(10/480) INT
31005741	UNO PURIFEED XRAY CH05/50CM(10/480) INT
12027181	UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT
02017022	UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/2000) IT
05309022	UNO IDEAL SUC CATH CH06/51CM (1X100) IT
01009022	UNO NELATON CH14/40CM (100/1000) IT
10051022	UNO DUODENAL XRAY CH14/122CM(150/450) IT
02016022	UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/2000) IT
01017183	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) IT
03034022	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/1000) IT
02019022	UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/2000) IT
05112183	UNO OPTIMAL SUC CATH CH14/53CM(1X100) IT
05105183	UNO OPTIMAL SUC CATH CH8/53CM(1X100) IT
05086183	UNO MULLY SUC CATH CH14/53CM (1X100) IT

REF.-Nr.	Beschreibung
02020183	UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT
07047183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH14/60(100/600) IT
07049183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH16/60(100/600) IT
01009183	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
01019183	UNO NELATON CH22/40CM (100/600) IT
05108183	UNO OPTIMAL SUC CATH CH10/53CM(1X100) IT
07043183	UNO OPTIMAL CATH VCT CH10/60(100/600) IT
12046183	UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600) IT
10006183	UNO DUODENAL XRAY CH18/125CM(50/300) IT
05117183	UNO OPTIMAL SUC CATH CH18/53CM(1X100) IT
11005183	UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300) IT
11004183	UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300) IT
05102183	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)SEU
05074183	UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) SEU
06009183	UNO MULLY CATH FTC CH05/53CM(100/600) IT
08003183	UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000) IT
08001183	UNO CATH COUDE MULLY CH06/53(100/1000)IT
07045182	UNO OPTIMAL CATH VCT CH12/60(100/600) IT
23034182	UNO STOMACH CH32/80CM (1/75) IT
03013183	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) IT
05021182	SONDE ASPIRATION DROITE 10EIL 53CM CH08
12004182	SONDE ASPI MULLY GRAD 20EILS OPP. CH08
03006183	S VESIC PVC 1VIA TIEMAN 40CMCH8-100UDS
01020183	S VESIC PVC 1VIA NELATON 40CM/CH24-100UD
12021183	S ALIMENT METRIC./X-RAY CH4/40CM-100UDS
10009183	S DUODEN LEVIN MAND/X-RAY CH16/125CM-50U
12036183	S ASP TRAQUEO M.C/CONTROL CH4/35CM-100UD
03005183	S VESIC PVC 1VIA TIEMAN 40CMCH6-100UDS
05331022	UNO SUC CATH IDEAL CH14/51(100/1000) INT
05332022	UNO SUC CATH IDEAL CH16/51(100/1000) INT
05328022	UNO SUC CATH IDEAL CH8/51CM(100/1000)INT
05330022	UNO SUC CATH IDEAL CH12/51(100/1000) INT
05333022	UNO SUC CATH IDEAL CH18/51(100/1000) INT
10005182	UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT
253101210120	UNO MULLY METRIC CH08/33CM(100/800) INT
05118182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT
23015182	UNO STOMACH MANDRIN CH16/110(60/240)INT
23014182	UNO STOMACH MANDRIN CH14/110(60/240)INT
08027182	UNO OPTIMAL COUDE CH16/60CM(100/800) INT
12025182	UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000)AUS

REF.-Nr.	Beschreibung
05102182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)EUR
08023182	UNO OPTIMAL COUDE CH12/60CM(100/800) INT
05106182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/60(100/1000)INT
05109182	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/60(100/1000)INT
05111182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT
10002182	UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) INT
05186022	UNO SUC CATH 0 EYE CH16/51(100/1000) INT
05193022	UNO SUC CATH 1 EYE CH14/51(100/1000) INT
05183022	UNO SUC CATH 0 EYE CH10/51(100/1000) INT
05181022	UNO SUC CATH 0 EYE CH06/51(100/1000) INT
05087181	UNO SUC CATH MULLY CH14/60(100/1000)INT
08130022	UNO CATH COUDE IDEAL CH14/60(100/600)INT
10026022	UNO DUODENAL MANDRIN CH16/122(50/300)INT
23026022	UNO STOMACH CH14/80CM(150/450) INT
06034022	UNO SUC CATH MARK FTC CH5/53(50/500) INT
08123022	UNO CATHCOUDE IDEAL CH14/51(100/1000)INT
08008242	UNO CATH COUDE MULLY CH12/60(100/800)INT
05087049	UNO SUC CATH MULLY CH14/60CM(100/800)INT
05091049	UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)INT
05082049	UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)INT
05365049	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/50(100/1000)INT
05368049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/50(100/800)INT
08010242	UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT
05349049	UNO SUC CATH MULLY CH8/50CM(100/1000)INT
05115242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800)INT
05111049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT
08006242	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/60(100/1000)INT
08015242	UNO CATH COUDE MULLY CH18/60(100/800)INT
08012242	UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT
08022242	UNO OPTIMAL COUDE CH12/53CM(100/800) INT
253100310120	UNO PROFLO PLN FNL CH14/60(100/1000) INT
05113242	UNO SUC CATH OPTIMALCH14/60(100/1000)INT
05106049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/60(100/1000)INT
01008242	UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT
03011242	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT
05077242	UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000))INT
05350049	UNO SUC CATH MULLY CH10/50(100/1000) INT
05112242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/53(100/800)INT
07035242	UNO MULLY CATH VCT CH16/60CM(100/600)INT
254100310120	UNO PROFLO PLAIN VCT CH14/60(100/600) IT

REF.-Nr.	Beschreibung
253101010120	UNO PROFLO FNL MTRC CH10/60(100/800) IT
08023242	UNO OPTIMAL COUDE CH12/60CM(100/800) INT
05100242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/53(100/1000)INT
05102242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)INT
01009242	UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT
10005242	UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT
23002242	UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT
23016182	UNO STOMACH MANDRIN CH18/110(60/240) IT
05118242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT
253100410120	UNO PROFLO PLN FNL CH16/53(100/800) INT
05119242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH20/53(100/600)INT
05075049	UNO SUC CATH MULLY CH8/60CM(100/1000)INT
253100610120	UNO PROFLO FNL COUDE CH10/60(100/800) IT
03008242	UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT
01013242	UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT
05099242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/33(100/1000)INT
01015242	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT
05364049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/50(100/1000)INT
05110242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800)INT
12 151 1S- PFM	UNO CARELINE 500ML LEGBAG BOCV(10/40)INT
01004242	UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT
05111242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT
23019182	UNO STOMACH SMANDRIN CH18/110(50/300)INT
05351049	UNO SUC CATH MULLY CH12/50CM(100/800)INT
05095049	UNO SUC CATH MULLY CH18/60CM(100/800)INT
12061182	UNO MULLY METRIC CH05/33CM(100/1000) INT
12022182	UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT
05363049	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/50(100/1000)INT
23017182	UNO STOMACH SMANDRIN CH14/110(50/300)INT
253100910120	UNO PROFLO FNL COUDE CH16/60(100/800) IT
05105242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/53(100/1000)INT
08005242	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT
03009242	UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT
12078182	UNO MULLY METRIC CH10/50CM(100/1000) INT
06019182	UNO MULLY CATH FTC CH14/53CM(100/600)INT
06015182	UNO MULLY CATH FTC CH10/53CM(100/600)INT
06013182	UNO MULLY CATH FTC CH8/53CM(100/600) INT
07069022	UNO SV CATH 2 EYE CH16/60CM(75/450) INT
06013022	UNO SUC CATH IDEAL FTC CH8/53(50/500)INT
06015022	UNO SUCCATH IDEAL FTC CH10/53(50/500)INT

REF.-Nr.	Beschreibung
06017022	UNO IDEAL CATH FTC CH12/53CM(50/500)INT
06021022	UNO IDEAL CATH FTC CH16/53CM(50/500)INT
05375022	UNO SUC CATH 2 EYE CH14/51(100/1000) INT
07084022	UNO IDEAL CATH SV CH18/60CM(75/450) INT
07068022	UNO SV CATH 2 EYE CH14/60CM(75/450) INT
23031182	UNO STOMACH CH25/80CM(1/100) INT
01007369	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
01013369	UNO NELATON CH16/40CM (25/250) INT
05072182	UNO SUC CATH MULLY CH8/33CM(100/1000)INT
03009369	UNO TIEMANN CH14/40CM (25/250) INT
01009369	UNO NELATON CH14/40CM (25/250) INT
05082184	UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)PL
03006184	UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) INT
03011184	UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT
03014184	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT
12046184	UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600)INT
05073184	UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT
05076184	UNO SUC CATH MULLY CH10/40(100/1000) INT
05087184	UNO SUC CATH MULLY CH14/60(100/1000)INT
05091184	UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)PL
05065182	UNO SUC CATH MULLY CH5/33CM(100/1000)INT
01015184	UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT
07024184	UNO MULLY CATH VCT CH8/51CM(100/600) INT
12021184	UNO FEED METRIC XRAY CH4/40(100/1000)INT
05078184	UNO SUC CATH MULLY CH10/60CM(50/1000)INT
12027184	UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT
12030184	UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT
12038184	UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600)INT
07037183	UNO MULLY CATH VCT CH18/60CM(100/600)INT
08010182	UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT
08055182	UNO SUC CATH COUDE CH16/60CM(100/800)INT
05091182	UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)EUR
08003182	UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000)INT
08008182	UNO CATH COUDE MULLY CH12/60(100/800)INT
08053182	UNO SUC CATH COUDE CH14/60(100/1000) INT
05047182	UNO SUC CATH 2 EYE CH14/60(100/1000) INT
08012182	UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT
08054182	UNO SUC CATH COUDE CH16/53CM(100/800)INT
05045182	UNO SUC CATH 2 EYE CH12/60(100/800) INT
07028182	UNO MULLY CATH VCT CH10/53CM(100/600)INT



REF.-Nr.	Beschreibung
08095022	UNO SUC CATH COUDE CH12/60CM(100/600)INT
08094022	UNO SUC CATH COUDE CH10/60CM(100/600)INT
12079182	UNO VACUTIP METRIC CH5/53CM (100/600) IT
12116182	UNO FEED TBE XRAY CH5/75CM(100/600)AUS
03005181	UNO TIEMANN CH06/40CM (100/1000) INT
31003022	UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000) IT
08025182	UNO OPTIMAL COUDE CH14/60CM(100/1000)INT
05100182	UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/53(100/1000)INT
23032182	UNO STOMACH CH28/80CM (1/75) INT
09039182	UNO MULLY COUDE VCT CH16/60(100/600) IT
05191022	UNO SUC CATH 1 EYE CH10/51(100/1000) INT
05195022	UNO SUC CATH 1 EYE CH18/51(100/1000) INT
05194022	UNO SUC CATH 1 EYE CH16/51(100/1000) INT
05184022	UNO SUC CATH 0 EYE CH12/51(100/1000) INT
05192022	UNO SUC CATH 1 EYE CH12/51(100/1000) INT
06007022	UNO SUCT CATH FTC CH16/53CM(50/500) INT
05190022	UNO SUC CATH 1 EYE CH08/51(100/1000) INT
06004022	UNO SUCT CATH FTC CH10/53CM(50/500) INT
05197022	UNO SUC CATH 2 EYE CH05/51CM(100/1000)IT
05198022	UNO SUC CATH 2 EYE CH06/51CM(100/1000)IT
05204022	UNO SUC CATH 2 EYE CH18/51(100/1000) INT
07027182	UNO MULLY CATH VCT CH10/35CM(100/600)INT
23027022	UNO STOMACH CH16/80CM(100/300) INT
12077182	UNO MULLY METRIC CH05/50CM(100/1000) INT
05107242	UNO SUC CATH OPTIMALCH10/33(100/1000)INT
01007242	UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT
03014242	UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT
05117242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/53(100/800)INT
12001182	UNO MULLY METRIC CH06/53CM(100/1000) INT
03007242	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT
01017242	UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT
05101242	UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/33(100/1000)INT
03013242	UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT
08001242	UNO CATH COUDE MULLY CH6/53(100/1000)INT
06023182	UNO MULLY CATH FTC CH18/53CM(100/600)INT
06011182	UNO MULLY CATH FTC CH6/53CM(100/600) INT
06023022	UNO IDEAL CATH FCT CH18/53CM(50/500) INT
06011022	UNO SUCCATH IDEAL FTC CH06/53(50/500)INT
10049022	UNO DUODENAL XRAY CH10/122CM(200/600) IT
03008369	UNO TIEMANN CH12/40CM (25/250) INT

REF.-Nr.	Beschreibung
03013369	UNO TIEMANN CH18/40CM (25/250) INT
48 011 15-20	UNO 4L BLADDER WASH BAG W/PUMP (20) INT
03007184	UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT
05425184	UNO SUC CATH MULLY CH20/60CM(100/600)INT
12036184	UNO VACUTIP METRIC CH04/35CM(100/600)INT
12037184	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)INT
01019184	UNO NELATON CH22/40CM (100/600) INT
12033184	UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) INT
08012184	UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT
05075182	UNO SUC CATH MULLY CH8/60CM(100/1000)INT
08010184	UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT
07022182	UNO MULLY CATH VCT CH07/53CM(100/600)INT
12003185	MULLY METRIC CH06/33CM(100/1000) RU
12044185	UNO VACUTIP METRIC CH08/53CM(100/600)INT
12037185	UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)INT
11003182	UNO RYLES XRAY TIP CH12/125(100/400) AUS
12028185	UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT
08096022	UNO SUC CATH COUDE CH14/60CM(100/600)INT
23017185	UNO STOMACH SFT MAND CH14/110(50/300)INT
10003185	DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400) RU
06020182	UNO MULLY CATH FTC CH14/60CM(100/600)INT
08006182	UNO CATHCOUDE MULLY CH10/60(100/1000)INT
08051182	UNO SUC CATH COUDE CH12/60CM(100/800)INT
05079182	UNO SUC CATH MULLY CH12/25CM(100/800)INT
05084182	UNO SUC CATH MULLY CH14/25(100/1000) INT
05189022	UNO SUC CATH 1 EYE CH06/51(100/1000) INT
08098022	UNO SUC CATH COUDE CH18/60CM(100/600)INT
02057559	Female CH08/ 18cm
02077559	Female coudé CH12/ 18cm
03034559	Tiemann CH12/ 40cm
02016559	Female CH12/ 18cm
02017559	Female CH14/ 18cm
01015559	Nelaton CH18/ 40cm
02058559	Female CH10/ 18cm
03035559	Tiemann CH14/ 40cm
01008559	Nelaton CH12/ 40cm
02076559	Female coudé CH10/ 18cm
02078559	Female coudé CH14/ 18cm
01009559	Nelaton CH14/ 40cm
01007559	Nelaton CH10/ 40cm

REF.-Nr.	Beschreibung
02062559	Female CH18/ 18cm
02079559	Female coudé CH16/ 18cm
01013559	Nelaton CH16/ 40cm

REF.-Nr.	Beschreibung
02019559	Female CH16/ 18cm
48 011 1S- BBM	URINBEUTEL 4 L UNOMEDICAL M. PUMPBALL

Anlage 2: Beispiel für Verpackungsbeschriftung

Für das betroffene Produkt	
<p>Das Absender etikett</p>	<p>REF 05042182</p> <p>en: Suction Catheter w/Funnel de: Absaugkatheter m. Trichter fr: Sonde d'Aspir. avec Godet nl: Zuigcatheter met Funnel it: Catetere per Asp. Bronch.</p> <p>Made in Slovakia</p> <p>CH 10 Ø 3.3 mm FG 53 cm</p> <p>10 X 100</p> <p>CE 0086 ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire CH5 2NU, UK</p> <hr/> <p>2017-12-05 LOT 7D00017</p> <p>2022-11-01 SAP 1301774 v6 EAN No.05705243221568</p> <hr/>  <p>(01)05705243221568(17)221101(10)7D00017</p>
<p>Das Markt einheits etikett</p>	<p>en: Suction Catheter w/Funnel de: Absaugkatheter m. Trichter fr: Sonde d'Aspir. avec Godet nl: Zuigcatheter met Funnel it: Catetere per Asp. Bronch.</p> <p>REF 05042182</p> <p>LOT 7D00017</p> <p>2022-11-01</p> <p>2017-12-05</p> <p>SAP 1301774 v6</p> <p>CH 10 Ø 3.3 mm FG 53 cm</p> <p>EAN No. 05705243221551</p> <hr/>  <p>(01)05705243221551(17)221101(10)7D00017</p>