



## Avis de sécurité urgent

### Kit d'équipement IMF pour engranages

Dans le cadre d'un examen visant à vérifier la durabilité et la fiabilité de ses produits, GMM a décidé de prendre des mesures pour améliorer certains composants de ses équipements.

Produits concernés : Tables à partir du numéro de série 010/313 (numéro de série du système 01/135) jusqu'au numéro de série 33130 (numéro de série du système 00819) exclus, selon les noms suivants :

| <i>Nom</i>                      | <i>Marque</i>        |
|---------------------------------|----------------------|
| Clisis (Vers. 90-90)            | Mecall               |
| Clisis access (Vers. 90-90)     | Mecall               |
| Clisis exel (Vers. 90-90)       | Mecall               |
| Clisis (Vers. 90-90) exel DRF   | Mecall               |
| Clisis DRF (Vers. 90-90)        | Mecall               |
| Clisis access DRF (Vers. 90-90) | Mecall               |
| OPERA SOUND (vers. 90-90)       | GMM                  |
| OPERA SOUND DRF (vers. 90-90)   | GMM                  |
| Clisis Verso (vers. 90-90)      | Mecall               |
| Nikaia classic (vers. 90-90)    | Primax International |
| Nikaia access (vers. 90-90)     | Primax International |
| Nikaia exel (vers. 90-90)       | Primax International |
| Nikaia access DRF (vers. 90-90) | Primax International |
| Nikaia exel DRF (vers. 90-90)   | Primax International |
| Connexity                       | General Electric     |

#### Description :

Un engrenage dans la transmission du basculement de la table radiocommandée pourrait avoir une diminution de fiabilité dans le temps, causée par exemple par une collision dans la phase de basculement, une mauvaise utilisation de l'appareil, le chargement d'un poids excessif, une maintenance préventive non effectuée ou effectuée partiellement et/ou incorrectement, ou par une utilisation particulière et à considérer comme extraordinairement intense.

#### Action corrective :

On a créé le code 81744 - kit d'engrenage - afin de le mettre en œuvre sur l'ensemble de la base installée. Le kit contient toutes les pièces et les instructions nécessaires au remplacement des composants.

#### Attention !

**Les instructions doivent être entièrement remplies et retournées au fabricant par courriel ou fax :**

**GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.**

**Email à [luca.bianchessi@gmmspa.com](mailto:luca.bianchessi@gmmspa.com) et [service@gmmspa.com](mailto:service@gmmspa.com)**

**ou par fax au +39 035 29 77 87**

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 775340 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT0802000000663 - Registro Pile: BG-000016

[www.gmmspa.com](http://www.gmmspa.com) - [info@gmmspa.com](mailto:info@gmmspa.com) - Posta Certificata: [rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com](mailto:rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com)



Cert. N.  
9120.GNM1



Cert. N.  
9124.GNM2

Nous tenons à souligner qu'à ce jour, aucun événement n'a été signalé qui aurait pu causer des dommages matériels ou corporels attribuables à ce qui est décrit dans cette communication.

Néanmoins, les mesures décrites doivent être prises pour atténuer un risque potentiel qui pourrait réduire la sécurité du dispositif à l'avenir.

Pour cette raison, le kit fourni doit être mis en œuvre au moment de la première maintenance ordinaire/extraordinaire et, dans tous cas, dans les 6 mois suivant la réception de cette communication, en commençant progressivement par les dispositifs livrés/installés en premier.

GMM décline toute responsabilité en cas de non-application des mesures dans le délai indiqué dans la présente communication.

Le service d'assistance technique de GMM est disponible pour toute autre demande d'information et/ou de support.

[service@gmmspa.com](mailto:service@gmmspa.com)

## General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 775340 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016

[www.gmmspa.com](http://www.gmmspa.com) - [info@gmmspa.com](mailto:info@gmmspa.com) - Posta Certificata: [rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com](mailto:rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com)



Cert. N.  
9120.GNM1



Cert. N.  
9124.GNM2