

**COMMUNICATION
IMPORTANTE
RAPPEL DE LOT**

Opfikon, le 13 décembre 2018

A l'attention du Pharmacien Responsable de la Nutrition Parentérale.

Objets : RAPPEL DE LOT

Code produit	Dénomination	Lot	Date de péremption
E1402OD	Poche pour nutrition parentérale Multicouches 250ml	H069FB	05-mai-23

Baxter Healthcare souhaite vous informer d'une communication importante reçue du fabricant Diffuplast.

Diffuplast procède au **rappel de lot** du dispositif médical listé ci-dessus suite à la constatation de quelques cas de fuite de la poche.

Aucun événement indésirable associé à ce problème n'a été signalé.

Baxter étant distributeur de ce dispositif médical, nous vous remercions de prendre les mesures suivantes :

1. Localisez et isolez toutes les unités concernées par ce rappel que vous pourriez avoir en stock. Le code produit et le numéro de lot peuvent être trouvés sur le produit et sur le carton d'expédition.
2. Complétez le formulaire réponse état des stocks et retournez-le au numéro de fax suivant 044 908 50 40 ou par mail à Switzerland_SHS_CQA@baxter.com.
3. Dès réception de votre formulaire, notre service clientèle prendra contact avec vous afin d'organiser la reprise et le remplacement des produits.
4. Si vous êtes grossistes ou distributeurs de ces dispositifs médicaux, communiquez cette vos clients et centralisez les formulaires des états des stocks.



Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des désagréments que cette action peut entraîner.

Si vous avez des questions sur cette notice, nous vous remercions de nous contacter au 044 908 50 50, ou à l'adresse e-mail Switzerland_SHS_CQA@baxter.com.

Tout incident et/ou tout problème de qualité rencontré lors de l'utilisation de ce produit doivent être signalés au service qualité Baxter Switzerland_SHS_CQA@baxter.com.

Nous vous prions de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Baxter AG

Ursula Kasberger
Sales Manager Nutrition
Baxter Healthcare GmbH

Silvia Anthoine Dietrich
CQA Manager
Country Quality Assurance

Annexe 1: formulaire de réponse

Annexe 1**FORMULAIRE DE REPONSE****(Rappel de lot du 13 décembre 2018– FA 2018-057)****Poche pour nutrition parentérale Multicouches 250ml, code E1402OD, lot H069FB**

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire par FAX ou e-mail au : Fax Nr. 044 908 50 40 Switzerland_SHS_CQA@baxter.com:	
Nom et adresse de l'établissement :	
Réponse complétée par :	
Titre :	
N° de téléphone :	

Nous avons reçu la lettre mentionnée ci-dessus et diffusé cette information auprès de tous les départements ou établissements concernés :

- Nous n'avons plus d'unité dans notre stock.
 Nous avons des unités de ces lots dans notre stock.

Code	Lot	Quantité en stock
E1402OD	H069FB	

Signature / Date <i>Champ obligatoire</i>	
--	--