

An die zuständige Stelle

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
Produktmanagement  
Chirurgische Instrumente  
Containersysteme

November 2019  
Johannes Gulde

Tel.: (07461) 706-347  
Fax: (07461) 706-312  
johannes.gulde@klsmartin.com

## Wichtiger Sicherheitshinweis – Korrosion

### Rückruf Skalpellklingen

**Unser Zeichen: CPL 0553**

Sehr geehrter Kunde und Anwender,

Wir informieren Sie darüber, dass bei den von uns in Verkehr gebrachten Skalpellklingen, Korrosion auf der Metalloberfläche des Produktes in der Sterilverpackung festgestellt wurden.

Es ist unsere Pflicht, Sie über ein mögliches Risiko für Anwender und Patient zu informieren, die im Umgang mit dem betroffenen Produkt von Gebrüder Martin GmbH & Co. KG entstehen können. Die Skalpellklingen dürfen daher nicht mehr zum Einsatz kommen.

Aus unseren Aufzeichnungen geht hervor, dass Ihnen potentiell betroffene Produkte vorliegen. Daher bitten wir Sie die weiteren Abschnitte dieses Sicherheitshinweises zu beachten und zu befolgen.

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen/Germany  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRA 450196  
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777

Gesellschafter:  
Karl Leibinger Medizintechnik,  
Stuckenbrock Medizintechnik

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Martin Verwaltungsgesellschaft mbH  
Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRB 450711  
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Geschäftsführer:  
Karl Leibinger, Christian Leibinger, Donat Stuckelberger

Deutsche Bank Tuttlingen: BLZ 653 700 75 · Kto. 2 184 000  
IBAN DE 25 6537 0075 0218 4000 00 · BIC DEUT DE 33 653  
Kreissparkasse Tuttlingen: BLZ 643 500 70 · Kto. 10234  
IBAN DE 15 6435 0070 0000 0102 34 · BIC SOLADE 33 102  
Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen: BLZ 694 400 07 · Kto. 0 241 215 300  
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 · BIC COBADE33 694

**Sicherheits- und Verhaltenshinweise und Korrekturmaßnahme:**

Um Risiken auszuschließen, muss Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Sie um die Rücksendung aller an Sie gelieferten Skalpellklingen der aufgeführten Figuren und mit einer der unten aufgeführten Chargen ersuchen. Der Auslieferungszeitraum beläuft sich auf 25.07.2019 – 25.11.2019.

Dies betrifft folgende Artikelnummern mit einer der folgenden Chargen:

Artikelnummer	Bezeichnung	Figur
10-155-10-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 10, STERIL	10
10-155-11-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL	11
10-155-12-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 12, STERIL	12
10-155-13-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 13, STERIL	13
10-155-15-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL	15
10-155-18-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 18, STERIL	18
10-155-20-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 20, STERIL	20
10-155-21-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 21, STERIL	21
10-155-22-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 22, STERIL	22
10-155-23-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 23, STERIL	23
10-156-12-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 12D, STERIL	12D
10-156-15-04	SKALPELLKLINGE, FIG. 15C, STERIL	15C

**Chargen:** B10199, B10278, B10304, B10321, B10322, B10323, B10324, B10325, B10326, B10327, B10328, B10329, B10330, B10331, B10332, B10333, B10680, B10683, B10684, B10685, B10690, B10691, B10692, B10693, B10694, B10695, B10705, B10706, B10708, B10709, B10710, B10712, B10713, C10050, C10120, C10121, C10122, C10123, C10124, C10125, C10126, C10154, C10155, C10156, C10158, C10160, C10161, C10162, C10163, C10164, C10165, C10166, C10167, C10168, C10169, C10221, C10223, C10224, C10227, C10228, C10229, C10237, C10684

Eine Übersicht der an Sie gelieferten potentiell betroffenen Produkte finden Sie in **Anlage 1**.

Gerne nehmen wir auch Kontakt mit Ihnen auf, wenn Sie dies wünschen. Hierzu bitten wir um einen entsprechenden Vermerk auf dem anhängenden Antwortschreiben mit Nennung der Telefonnummer und Kontaktperson und Rücksendung per mail an [lejla.tule@klsmartin.com](mailto:lejla.tule@klsmartin.com) oder die Faxadresse +49 7461 706 312.

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen/Germany  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
[info@klsmartin.com](mailto:info@klsmartin.com) · [www.klsmartin.com](http://www.klsmartin.com)

Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRA 450196  
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777

Gesellschafter:  
Karl Leibinger Medizintechnik,  
Stuckenbrock Medizintechnik

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Martin Verwaltungsgesellschaft mbH  
Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRB 450711  
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Geschäftsführer:

Karl Leibinger, Christian Leibinger, Donat Stuckert

Seite 2 von 5  
Deutsche Bank Tuttlingen: BLZ 653 700 75 · Kto. 2 184 000  
IBAN DE 25 6537 0075 0218 4000 00 · BIC DEUT DE SS 653  
Kreissparkasse Tuttlingen: BLZ 643 500 70 · Kto. 10234  
IBAN DE 15 6435 0070 0000 0102 34 · BIC SOLADE S1 TUT  
Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen: BLZ 694 400 07 · Kto. 0 241 215 300  
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 · BIC COBADEFF694

Bitte stellen Sie umgehend sicher, dass Ihre Kunden bzw. der Anwender, sowie die für die Angelegenheit zuständigen Mitarbeiter, Kenntnis von diesem Sicherheitshinweis und den darin enthaltenen Anweisungen erhalten.

Wir bitten Sie, die aufgeführten Skalpellklingen umgehend an uns zurück zu schicken. Bitte geben Sie bei der Rücksendung die CPL Nr. 0553 an. Die betroffenen Produkte werden zu Ihrer Entlastung von uns zurückgenommen.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die wir Ihnen hiermit verursachen. Sollten Sie weitere Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Produktmanagement, Frau Lejla Tule, Tel. +49 7461 706 352 oder per Email lejla.tule@klsmartin.com.

Bitte bewahren Sie diese Information zumindest solange auf, bis die Maßnahme abgeschlossen wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG  
Ein Unternehmen der KLS Martin Group

i.V.

  
Reinhold Bücher

Leiter Qualitätsmanagement  
Sicherheitsbeauftragter nach MPG

i.V.

  
Johannes Gulde

Leiter Produktmanagement  
Chirurgische Instrumente  
Containersysteme

### Anlagen

Anlage 1, Übersichtsliste  
Antwort-Schreiben

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG  
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen/Germany  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRA 450196  
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777

Gesellschafter:  
Karl Leibinger Medizintechnik,  
Stuckenbrock Medizintechnik

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Martin Verwaltungsgesellschaft mbH  
Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRB 450711  
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Geschäftsführer:

Karl Leibinger, Christian Leibinger, Donat Stuck

Seite 3 von 5  
Deutsche Bank Tuttlingen: BLZ 653 700 75 · Kto. 2 184 000  
IBAN DE 25 6537 0075 0218 4000 00 · BIC DEUT DE 33 653  
Kreissparkasse Tuttlingen: BLZ 643 500 70 · Kto. 10234  
IBAN DE 15 6435 0070 0000 0102 34 · BIC SOLADE 31 TUT  
Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen: BLZ 694 400 07 · Kto. 0 241 215 300  
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 · BIC COBADEFF694

**Antwort-Schreiben an +49 7461 706-312 oder per E-Mail an  
lejla.tule@klsmartin.com  
an Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**

**An die zuständige Stelle**

**Wichtiger Sicherheitshinweis | Korrosion | CPL 0553  
Skalpellklingen**

Hiermit bestätigen wir:

den Erhalt und Durchsicht des Schreibens „Wichtiger Sicherheitshinweis - Produktrückruf“ CPL 0553 der Gebrüder Martin GmbH & Co. KG vom November 2019 mit der Anlage 1.

Den Inhalt des Briefes „Wichtiger Sicherheitshinweis“ mit der Anlage 1 an unsere Kunden und/oder betreffende Personen kurzfristig weiterzuleiten mit dem Ziel der Rücksendung der gelieferten Skalpellklingen gemäß Anlage 1.

In unserem Hause / bei unserem Kunden sind noch ..... Stück der genannten Artikel

Bitte veranlassen Sie eine Abholung von der folgenden Adresse:

<b>Name Kunde / Unternehmen / Klinik / Anwender</b>	
<b>Straße, Ort, Land</b>	
<b>Ansprechperson</b>	
<b>Telefon/Email</b>	

**Wir bitten um zusätzliche Kontaktaufnahme durch Gebrüder Martin GmbH & Co. KG mit**

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen/Germany  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRA 450196  
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777

Gesellschafter:  
Karl Leibinger Medizintechnik,  
Stuckenbrock Medizintechnik

Personlich haftende Gesellschafterin:  
Martin Verwaltungsgesellschaft mbH  
Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRB 450711  
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Geschäftsführer:

Karl Leibinger, Christian Leibinger, Donat Stuck  
Seite 4 von 5  
Deutsche Bank Tuttlingen: BLZ 653 700 75 · Kto. 2 184 000  
IBAN DE 25 653/ 0075 0218 4000 00 · BIC DEUT DE SS 653  
Kreissparkasse Tuttlingen: BLZ 643 500 70 · Kto. 10234  
IBAN DE 15 6435 0070 0000 0102 34 · BIC SOLADE S1 TUT  
Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen: BLZ 694 400 07 · Kto. 0 241 215 300  
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 · BIC COBADEFF694

Name:..... Tel: .....

Email:.....

---

Ort, Datum

---

Name / Position des Unterzeichners

---

Firma/Institution / Stempel und Unterschrift

**Gebüder Martin GmbH & Co. KG**  
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen/Germany  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com  
Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRA 450196  
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777

Gesellschafter:  
Karl Leibinger Medizintechnik,  
Stuckenbrock Medizintechnik  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Martin Verwaltungsgesellschaft mbH  
Registergericht: Stuttgart  
Handelsregister: HRB 450711  
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Geschäftsführer:  
Karl Leibinger, Christian Leibinger, Donat Stuck  
Deutsche Bank Tuttlingen: BLZ 653 700 75 · Kto. 2 184 000  
IBAN DE 25 6537 0075 0218 4000 00 · BIC DEUT DE SS 653  
Kreissparkasse Tuttlingen: BLZ 643 500 70 · Kto. 10234  
IBAN DE 15 6435 0070 0000 0102 34 · BIC SOLADE S1 TUT  
Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen: BLZ 694 400 07 · Kto. 0 241 215 300  
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 · BIC COBADEFF694

Material	Charge	Materialkurztext
10-155-15-04	B10199	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10278	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10304	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-12-04	B10321	SKALPELLKLINGE, FIG. 12, STERIL
10-155-15-04	B10322	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10323	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10324	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10325	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10326	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10327	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10328	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10329	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10330	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10331	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10332	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10333	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-10-04	B10680	SKALPELLKLINGE, FIG. 10, STERIL
10-155-11-04	B10683	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-11-04	B10684	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-11-04	B10685	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-15-04	B10690	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10691	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10692	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10693	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10694	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	B10695	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-156-12-04	B10705	SKALPELLKLINGE, FIG. 12D, STERIL
10-156-15-04	B10706	SKALPELLKLINGE, FIG. 15C, STERIL
10-155-20-04	B10708	SKALPELLKLINGE, FIG. 20, STERIL
10-155-20-04	B10709	SKALPELLKLINGE, FIG. 20, STERIL
10-155-21-04	B10710	SKALPELLKLINGE, FIG. 21, STERIL
10-155-22-04	B10712	SKALPELLKLINGE, FIG. 22, STERIL
10-155-23-04	B10713	SKALPELLKLINGE, FIG. 23, STERIL
10-155-12-04	C10050	SKALPELLKLINGE, FIG. 12, STERIL
10-155-10-04	C10120	SKALPELLKLINGE, FIG. 10, STERIL
10-155-10-04	C10121	SKALPELLKLINGE, FIG. 10, STERIL
10-155-11-04	C10122	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-11-04	C10123	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-15-04	C10124	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	C10125	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	C10126	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-11-04	C10154	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-11-04	C10155	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-11-04	C10156	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-12-04	C10158	SKALPELLKLINGE, FIG. 12, STERIL
10-155-15-04	C10160	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	C10161	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	C10162	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	C10163	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL

Material	Charge	Materialkurztext
10-155-15-04	C10164	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	C10165	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	C10166	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-156-15-04	C10167	SKALPELLKLINGE, FIG. 15C, STERIL
10-156-15-04	C10168	SKALPELLKLINGE, FIG. 15C, STERIL
10-155-20-04	C10169	SKALPELLKLINGE, FIG. 20, STERIL
10-155-11-04	C10221	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-11-04	C10223	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-155-11-04	C10224	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL
10-156-12-04	C10227	SKALPELLKLINGE, FIG. 12D, STERIL
10-155-15-04	C10228	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-155-15-04	C10229	SKALPELLKLINGE, FIG. 15, STERIL
10-156-15-04	C10237	SKALPELLKLINGE, FIG. 15C, STERIL
10-155-11-04	C10684	SKALPELLKLINGE, FIG. 11, STERIL