

**Information zum Rückruf von Produkten:**

RE: Anti-C4d-Antikörper, Kat.# BI-RC4D von Lot# RCD191 / RCD191C

19. Dezember 2019

Sehr geehrter Kunde,

Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass Sie Fläschchen vom Anti-C4d-Antikörper Kat.# BI-RC4D von Lot# RCD191 und RCD191C erhalten haben.

Wenn Sie der Endanwender dieses Produkts sind, beachten Sie bitte die folgenden Informationen. Wenn Sie nicht der Endanwender sind, leiten Sie bitte eine Kopie dieses Schreibens zusammen mit dem beigefügten Formular an den Endanwender weiter.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Antikörper Anti C4d von den spezifischen Lot# RCD191 und RCD191C, keine ausreichende Leistung erbringt und Biomedica daher einen Rückruf des betreffenden Lots unternommen hat.

Diese spezifische Anti-C4d Lot# RCD191 und RCD191C wurde im März 2019 auf dem Markt gebracht. Sie können Ihren vorherigen Ergebnissen vertrauen, wenn die positive Kontrolle zu einer positiven Färbung führte.

Wenn Sie nicht verwendete Reagenzien auf Lager haben, teilen Sie uns bitte die Anzahl der nicht verwendeten Fläschchen in Ihrem Inventar mit dem beigefügten Formular mit, damit wir Ihnen einen Ersatz zusenden. Wir bitten Sie, die nicht verwendeten Fläschchen vor Ort zu zerstören.

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sein könnten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Biomedica Medizinprodukte unter T +43-1-29107-45, F +43-1-29107-6389 oder per E-Mail an: [info@bmgrp.com](mailto:info@bmgrp.com).

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriela Berg  
Wissenschaftliches Marketing

**Bestätigung der Vernichtung der betroffenen Produkte**

Produktrückruf: Anti-C4d-Antikörper (Kat.# BI-RC4D)

Rückrufdatei #: RC-BI-RC4D-191217

Betroffene Antikörperchargen: # RCD191, # RCD191C

Sie haben Fläschchen mit Anti-C4d-Antikörper von der obigen Charge erhalten.

Um die Konformität nachzuweisen und für unsere Unterlagen, füllen Sie bitte dieses Dokument aus, unterschreiben und faxen Sie es oder senden Sie es per E-Mail an:

**Customer Services - Biomedica Immunoassays****Biomedica Medizinprodukte GmbH**

Fax: +43-1-29107-6389 oder e-mail to [info@bmgrp.com](mailto:info@bmgrp.com)

Anti-C4d Lot#	# Fläschchen Verwendet	# Fläschchen auf Lager
RCD191/RCD191C		

Institut: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_