

19 June 2020

NCR200617-1

## Avis urgent de sécurité sur site

**CIMPAX ELECTRODE Conization 13x20mm**

**REF C31-18-121 - Batch 182402**

*Cher Client et utilisateur final,*

### **Description :**

*Le présent Avis de sécurité sur site a pour but de vous informer que nous avons, par erreur, conditionné le mauvais modèle d'électrodes pour conisation dans les boîtes portant le code de référence C31-18-121, lot 182402.*

*Le mauvais modèle d'électrodes pour conisation inclus dans ce lot est le cône 10x15 mm de taille plus petite. La taille correcte du cône selon l'étiquette aurait dû être 13x20 mm.*



**C31-18-120**  
Conization electrode 10x15mm/120mm



**C31-18-121**  
Conization electrode 13x20mm/120mm

**Risque potentiel:**

*L'utilisation du dispositif concerné pourrait entraîner un traitement insuffisant du patient, qui pourrait éventuellement nécessiter un traitement supplémentaire.*

**Mesures à prendre par l'utilisateur :**

*Les utilisateurs finaux sont tenus de retourner les dispositifs concernés à leur distributeur, lequel est tenu de les renvoyer au fabricant.*

*N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.*

*Cordialement,*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Busch-Madsen'.

Michael Busch-Madsen  
Vice President  
International Sales



Lille Pilevang 4  
DK-3550 Slangerup  
Denmark  
CVR/VAT: DK 31 36 37 99  
Tel.: +45 55 380 381  
Mobile: +45 23 93 60 01  
E-mail: [mbm@cimpax.com](mailto:mbm@cimpax.com)  
[www.cimpax.com](http://www.cimpax.com)