



16.07.2020

## Vorsorglicher Rückruf von Hygienemasken

Die Armeeapotheke führt einen vorsorglichen Rückruf der folgenden Produkte durch:


a) Artikelnummer

2582.2862 / HYGIENEMASKE 175X100MM VLIES, EN14683 TYP 2, MIT 2 GUMMIBANDER FREMDE (Lot (09-12/2007-) WH 365/1-13)

2545.4257 / HYGIENEMASKE 175X100MM VLIES, EN14683 TYP 2, MIT 2 GUMMIBANDER

(Lot (09-12/2007-) WH 365/1-13)

Hersteller: WIROS GmbH, D-47798 Krefeld, Deutschland



b) Artikelnummer (3M)

5124.1010 / HYGIENEMASKE

(Lot, sämtliche Lot's / Chargen)

Hersteller: 3M Health Care, D-4153 Neuss, Deutschland



### Problembeschreibung

Bei einzelnen der oben erwähnten Produkte wurde durch Anwender ein spezieller Geruch wahrgenommen. Dies veranlasste einen Kanton, Muster der Produkte mikrobiologisch untersuchen zu lassen. Das Resultat ergab, dass einzelne Proben positiv auf Aspergillus fumigatus getestet wurden.

Eingegrenzt wurde dieser Befall ausschliesslich auf Produkte, die ab Februar 2020 von der Armeeapotheke ausgeliefert wurden. Masken, die vor diesem Datum, insbesondere auch via Grossverteiler verkauft wurden, sind von diesem vorsorglichen Rückruf nicht betroffen.

### **Zu treffende Massnahmen**

- a) Die oben beschriebenen Produkte sind vom Anwender zu separieren und für die Verwendung zu sperren.
- b) Zentral gelagerte Produkte, welche noch nicht beim Anwender sind, müssen separiert und für die Verwendung gesperrt werden.
- c) Sollten Sie die Produkte weitervertrieben haben, ermitteln Sie bitte die jeweiligen Anwender und benachrichtigen Sie diese sofort über diesen vorsorglichen Rückruf und die damit verbundenen Massnahmen.
- d) Die gesperrten Artikel werden in die Armeeapotheke zurückgezogen, der genaue Ablauf dazu wird durch die Armeeapotheke noch kommuniziert. Eine direkte Vernichtung der Produkte durch den Endanwender ist vorläufig nicht vorgesehen.

Thomas Holenweg

Logistikbasis der Armee LBA  
Armeeapotheke  
Chef Bereich Medizinprodukte und –technik  
Worbentalstrasse 36  
CH-3063 Ittigen  
e-mail: : [triage-log-aapot.astab@vtg.admin.ch](mailto:triage-log-aapot.astab@vtg.admin.ch)