

DRINGEND – Sicherheitsmitteilung

Philips EPIQ und Affiniti Ultraschallsysteme Patientendaten-Fehler

Sehr geehrter Vertriebspartner,

Philips führt eine Maßnahme im Zusammenhang mit den Patientendaten der Philips EPIQ und Affiniti Systeme durch.

Mit der beigefügten Sicherheitsmitteilung möchten wir die Kunden darüber informieren,

- worin das Problem genau besteht und unter welchen Umständen es auftreten kann
- welche Maßnahmen von einem Kunden oder Anwender ergriffen werden sollten, um eine Gefährdung der Patienten zu vermeiden, und
- welche Maßnahmen von Philips geplant sind, um das Problem zu beheben.

Es ist unbedingt erforderlich, dass alle betroffenen Endbenutzer von EPIQ und Affiniti Ultraschallsystemen die beigefügte Sicherheitsmitteilung erhalten. Da Philips diese Produkte über Vertriebspartner – so auch über Ihr Unternehmen – verkauft, liegen uns möglicherweise nicht alle erforderlichen Daten vor, um alle Benutzer zu kontaktieren. Deshalb bitten wir Sie, die beigefügte Sicherheitsmitteilung an alle Kunden zu senden, an die Sie eines der betroffenen Geräte abgegeben haben. Eine Beschreibung des betroffenen Geräts befindet sich in der Sicherheitsmitteilung.

Vielen Dank für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen

Ron Nolte
Head of Quality & Regulatory
Ultrasound

Anlagen:

FSN79500532