

«Name»  
«Adresse»  
«PLZ» «Ort»

St. Gallen, 23.12.2020

**Dringende Sicherheitsinformation – DERMAGRIPP Ellbogen Handschuhe  
SWISSMEDIC Fall Nr. Vk\_20201208\_08**

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Sinne der Sicherheit für Patienten und Personal informieren wir Sie über einen Materialdefekt.

Es wurde in einem Fall festgestellt, dass mehrere Handschuhe derselben Charge an den gefalteten Stellen spröde sind und Risse aufweisen. Es handelt sich um nachfolgendes Produkt

<b>Artikel Nr</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Grösse</b>	<b>LOT</b>
D3965-15	DERMAGRIP Ellbogen-Handschuh	Small	60301149

Wir bitten Sie, alle Handschuhe aus diesem LOT an uns zurückzusenden. Selbstverständlich werden wir Ihnen kostenlosen Ersatz senden.

Bitte stellen Sie in Ihrer Organisation sicher, dass alle Anwender der aufgeführten Handschuhe Kenntnis von dieser Sicherheitsinformation erhalten und senden Sie uns bitte die beiliegende Bestätigung unterzeichnet zurück.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und bitten Sie um Verständnis für diese Umtriebe.

Mit freundlichen Grüssen  
SMEDICO AG

Manfred Sennhauser  
*Head of Department Operating Theatre*

## Bestätigung der Kenntnisnahme

### Dringende Sicherheitsinformation – DERMAGRIPP Ellbogen Handschuhe SWISSMEDIC Fall Nr. Vk\_20201208\_08

Rückantwort bis spätestens 31.12.2020 an:

Fax +41 71 282 12 10 oder E-Mail [manfred.sennhauser@smedico.ch](mailto:manfred.sennhauser@smedico.ch)

Adressat: SMEDICO  
Rorschacher Strasse 304  
CH-9016 Sankt Gallen  
Telefon: +41 71 282 12 12

Absender: «Nr»  
«Name»  
«Adresse»  
«PLZ» «Ort»

Der Unterzeichnende bestätigt:

- Ich habe die Sicherheitsinformation gelesen und verstanden.
- Ich habe die Information innerhalb meiner Einrichtung an alle Abteilungen weitergeleitet, die möglicherweise davon betroffen sind.

Name in Druckbuchstaben: \_\_\_\_\_

Position: \_\_\_\_\_

Abteilung: \_\_\_\_\_

Telefon und E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift: \_\_\_\_\_