

«Name»
«Adresse»
«PLZ» «Ort»

St. Gallen, 23.12.2020

Informations urgentes sur la sécurité – Gants de coude DERMAGRIPP
Affaire SWISSMEDIC No. Vk_20201208_08

Madame, Monsieur,

Dans l'intérêt de la sécurité des patients et du personnel, nous vous informerons d'un défaut matériel.

Dans un cas, plusieurs gants du même lot se sont révélés fragiles et fissurés aux endroits où ils étaient pliés. Le produit concerné est le suivant.

Article No.	Désignation	Taille	LOT
D3965-15	DERMAGRIP gants de coude	Small	60301149

Nous vous demandons de nous retourner tous les gants de ce LOT. Bien entendu, nous vous enverrons un remplaçant gratuit.

Veuillez assurer, que dans votre organisation tous les utilisateurs de ces gants sont conscients de ces informations de sécurité et veuillez renvoyer la confirmation signée ci-jointe.

Nous vous remercions d'avance pour votre soutien et vous demandons votre compréhension pour ces activités.

Meilleurs salutations
SMEDICO AG

Manfred Sennhauser
Head of Department Operating Theatre

Confirmation de Réception

Informations urgentes sur la sécurité – Gants de coude DERMAGRIPP Affaire SWISSMEDIC No. Vk_20201208_08

Réponse pour le 31.12.2020 au plus tard:

Fax +41 71 282 12 10 ou E-Mail manfred.sennhauser@smedico.ch

Destinataire: SMEDICO
Rorschacher Strasse 304
CH-9016 St.Gallen
Telefon : +41 71 282 12 12

Expéditeur: «Nr»
«Name»
«Adresse»
«PLZ» «Ort»

Le soussigné confirme:

- J'ai lu et compris les informations sur la sécurité
- J'ai diffusé l'information au sein de mon institution à tous les services susceptibles d'être concernés.

Nom en lettres majuscules: _____

Position: _____

Département: _____

Téléphone et E-Mail: _____

Date / Signature: _____