

Avis d'action corrective de sécurité

Fibres optiques stériles - AVIS D'ACTION CORRECTIVE DE SÉCURITÉ - FSCA-02-2021

Samarate, 16/04/2021

Cette lettre contient des informations importantes qui nécessitent votre attention immédiate.

Cher client,

Nous, Quanta System SpA, menons une action corrective de sécurité concernant les lots de fibres optiques mentionnés à l'**annexe 1 " Liste des lots concernés"**

Contexte

Quanta System SpA est le fabricant légal de fibres optiques destinées à être utilisées conjointement avec des systèmes laser.

Ces produits sont fournis stérile sur le marché, à la suite d'un processus de stérilisation à l'oxyde d'éthylène effectué par Steril Milano Srl, l'un des plus grands fournisseurs de services de stérilisation EO en Italie.

Quanta System SpA a reçu des rapports de Steril Milano informant sur des écarts des paramètres dans le processus de stérilisation.

Selon notre enquête, soutenue par une société de conseil spécialisée, nous avons identifié certains lots pour lesquels nous ne sommes pas en mesure de garantir la stérilité, même si, pour l'instant, sur la base de nos résultats d'essais, nous n'avons aucune preuve de l'état non stérile de ces produits. Ces lots sont énumérés dans l'**annexe 1 ci-jointe « Liste des lots concernés »**.

Comme la défaillance a peut-être eu une incidence sur le processus de stérilisation, seuls les appareils inutilisés et dans leur emballage d'origine sont concernés. Les fibres déjà utilisées et restérilisées par le client sont sûres et ne sont pas concernées par cette action corrective.

Impact clinique

L'utilisation de dispositifs non stériles en milieu hospitalier ou en établissement de soin pourrait entraîner un risque accru d'infection chez le patient.

Quanta System SpA n'a jamais été avisée à ce jour d'événements indésirables ou de d'événement indésirables graves causés aux patients qui pourraient être associés à cette action corrective de sécurité. Aucune activité de suivi spécifique des patients n'est requise si le produit a déjà été utilisé.

L'ensemble des lots de fibres optiques identifiées comme potentiellement non stériles livrées à votre Société sont énumérés à l'annexe 1 « Liste des lots concernés par l'action corrective de sécurité».

Mesures à mettre en œuvre par les distributeurs et les opérateurs économiques :

1. Arrêtez **immédiatement la livraison**, identifiez **et placer en quarantaine** tous les dispositifs appartenant à la liste de **l'annexe 1 « Liste des lots concernés »**, toujours disponibles dans vos locaux.
 2. Faites circuler cet avis de sécurité sur le terrain à tous les responsables de votre organisation, qui doivent être informés. Si vous avez également distribué le produit, veuillez identifier ces installations et leur transmettre immédiatement cette notification, en communiquant à chaque établissement la liste détaillée des marchandises soumises à cette action qu'ils ont reçues de vous, en utilisant le modèle de **l'annexe 2 – Accusé de réception pour Distributeurs**.
- S'il vous plaît assurez-vous de remplir **le tableau A1** mentionnant pour chaque établissement les numéros de pièce précis et les lots qu'ils ont reçu. Si une traduction de votre langue nationale est nécessaire, veuillez procéder à sa traduction, le cas échéant.
3. Remplissez et signez la lettre d'accusé de réception fournie à **l'annexe 3 « Lettre d'accusé de réception pour distributeurs**», précisant le nombre d'appareils mis en quarantaine, y compris leur numéro de lot et leur numéro de pièce, et retournez-la à Quanta System en envoyant un courriel à FSCA@quantasystem.com dès que possible ou au plus tard 5 jours calendiques à compter de la réception de cette lettre.
 4. Quanta System vous contactera pour organiser le retour de ces marchandises. Quanta System remplacera les produits dès que possible.

Mesures à mettre en œuvre par les hôpitaux et les établissements de soins de santé :

1. Cesser **immédiatement l'utilisation, identifier et mettre en quarantaine** toutes les marchandises appartenant à la liste communiquée par le **distributeur dans le tableau A1**, toujours disponible dans vos locaux, qui ne sont pas utilisés (nouveau, dans l'emballage d'origine).
2. Remplissez et signez l'accusé de réception fourni à **l'annexe 4 « Lettre d'accusé de réception pour hôpitaux et les établissements de soins** » précisant le nombre d'appareils mis en quarantaine, y compris leur numéro de lot et leur numéro de pièce, et retournez-le à Quanta System en envoyant un courriel à FSCA@quantasystem.com dès que possible ou au plus tard 5 jours civils à compter de la réception de cette lettre.
3. L'ensemble des dispositifs encore en votre possession concernés par cette action corrective de sécurité doivent être retourné auprès de Quanta System.

Mesures correctives en cours

Quanta System travaille à qualifier une nouvelle installation de stérilisation pour ses fibres laser.

Contact de référence

Si vous avez des questions au sujet de cette action corrective de sécurité, veuillez communiquer avec le service client de Quanta System au numéro de téléphone +390331376797 ou par email FSCA@quantasystem.com.

Nous confirmons que les organismes de réglementation appropriés ont été informés de ces mesures.

Encore une fois, nos principaux objectifs sont la sécurité des patients et des utilisateurs.

Nous sommes conscients d'avoir entrepris une approche conservatrice à cet égard, tout en publiant cette FSCA.

Nous faisons confiance à votre compréhension et à votre plein soutien à nos actions et nous nous excusons pour les inconvénients que cette situation peut causer à vous et à vos clients.

Merci d'avance de nous avoir aidés à résoudre cette question le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Nous restons à votre disposition pour toute autre demande.

Annexe 2 – Modèle de lettre des distributeurs aux hôpitaux

Avis de sécurité Fibres optiques stériles - FSCA-02-2021

lieu, date

Cette lettre qui nécessite votre **attention immediate** contient des informations importantes.

Cher client,

Nous, Distributeur de Quanta System SpA, conduisons un avis de sécurité concernant les lots de fibres optiques mentionnés en annexe 1 “**liste des lots impactés**” de cette lettre.

Explication du problème

Quanta System SpA est le fabricant légal de fibres optiques destinées à être utilisées avec des dispositifs lasers.

Ces produits sont mis sur le marché à l'état stérile, suivant un procédé de stérilisation à l'oxyde d'éthylène réalisé par Steril Milano Srl, un des plus importants prestataire de stérilisation à l'oxyde d'éthylène en Italie.

Quanta System SpA a reçu de la part de Steril Milano une information concernant des dérives au niveau des paramètres du procédé de stérilisation.

Sur la base de cette information, avec le support d'une société de consulting experte dans le domaine, nous avons réalisé des investigations complémentaires avec plusieurs tests par échantillonnage et avons identifié certains lots pour lesquels nous ne sommes pas en mesure de garantir la stérilité primaire, bien que, pour le moment, sur la base des résultats de nos tests, nous n'avons aucune preuve de l'état non stérile des produits.

Ces lots sont listés dans le **tableau A1 ci-joint**.

Comme la supposée non conformité, peut avoir un impact sur le procédé de stérilisation primaire, seulement les dispositifs inutilisés et conditionnés dans leur conditionnement d'origine sont impliqués dans cet avis de sécurité. Les fibres déjà utilisées et restérilisées par les utilisateurs sont à considérer comme sûres et non impactées par cet avis de sécurité.

Impact Clinique

L'utilisation de dispositifs non stériles en milieu clinique peut entraîner une augmentation du risque d'infection pour le patient.

Au cours des dernières années, Quanta System SpA n'a jamais été notifié d'un tel événement indésirable ou préjudice grave pour le patient qui pourrait être associé à une telle action corrective de sécurité sur le terrain.

Aucune activité spécifique de suivi patient est nécessaire si le produit a déjà été utilisé.

Tout les lots de fibres optiques identifiés comme potentiellement non stériles qui vous ont été livrés sont listés dans le tableau A1 de ce présent avis de sécurité.

Action exigée par les hôpitaux et établissements de santé:

1. **Cessez immédiatement d'utiliser, identifiez et isolez** les produits présents dans la liste communiquée par le distributeur dans le **tableau A1**, et toujours présents dans vos locaux, qui n'ont pas été utilisés (toujours dans leur conditionnement d'origine).

-
2. Complétez et signez la lettre d'accusé reception de l'**annexe 4 "Lettre accusé de reception pour les hôpitaux et établissements de santé"**, spécifiant la quantité de dispositifs mis en quarantaine, incluant leur numéro de lot et référence et retournez le document PDF par email à Quanta System à l'adresse FSCA@quantasystem.com dès que possible ou au plus tard 5 jours calendaires après la reception de cette lettre.
 3. Attendez les directives de Quanta System pour le traitement de la marchandise concernée.

Actions correctives en cours

Quanta System finalise la qualification d'un nouveau prestataire de stérilisation pour ses fibres laser.

Personne à contacter

Si vous avez des questions à propos de cet avis de sécurité, veuillez contacter le service client de Quanta System par téléphone au +390331376797 ou par email à l'adresse FSCA@quantasystem.com.

Nous confirmons que les autorités compétentes nécessaires ont été informées de ces actions.

Une fois de plus, nous confirmons que notre objectif principal est de garantir la sécurité des patients et des utilisateurs. Lors de la publication de ce FSCA, nous sommes conscients d'avoir adopté une approche conservatrice de la question et nous comptons sur votre compréhension et votre soutien total pour garantir le suivi rapide et efficace de notre action de sécurité.

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que cette situation pourrait vous occasionner ainsi qu'à vos clients et nous restons à votre disposition pour toute autre recommandation ou demande.

Cordialement

Name, adresse, contacts

Tableau A1 – Liste des produits livrés à votre hôpital / établissement de santé

Référence	Numéro de lot	Quantité livrée

Annexe 3 – Accusé de réception pour Distributeurs

Après avoir pris connaissance du document « FIELD SAFETY NOTICE FSCA-02-2021 », prière de retourner le présent formulaire complété et signé au plus tôt ou dans un délai de 5 jours après réception à l'adresse suivante : FSCA@quantasystem.com.

Cocher les cases qui s'appliquent à votre situation	
<input type="checkbox"/> Je confirme que cet avis a été lu, compris et que l'ensemble des mesures recommandées ont été mis en œuvre le cas échéant	Compléter et signer ou indiquer N/A (Client / Distributeur / Importateur)
<input type="checkbox"/> La vérification de l'inventaire et la mise en quarantaine des produits ont été effectué.	Compléter et signer ou indiquer N/A (Client / Distributeur / Importateur)
<input type="checkbox"/> J'ai identifié toutes les Etablissement de soin et tous les utilisateurs finaux où les appareils concernés à l'annexe 1 ont été expédiés et sur lesquels cette action a un impact.	Compléter et signer ou indiquer N/A (Client / Distributeur / Importateur)
<input type="checkbox"/> J'ai joint la liste des établissements de soin et des utilisateurs finaux.	Compléter et signer ou indiquer N/A (Client / Distributeur / Importateur)
<input type="checkbox"/> J'ai informé tous les établissements de soin identifiée et tous les utilisateurs finaux de cette action corrective de sécurité.	Date de communication:
<input type="checkbox"/> J'ai reçu les accusés de réception de tous les établissements de soin identifiées et de tous les utilisateurs finaux.	Date de réception de la dernière réponse :
<input type="checkbox"/> Le Tableau 1 ci-dessous a été complété avec le nombre de dispositifs restants et mis en quarantaine dans nos locaux.	Ajouter quantités, numéro de lot, date de retour
<input type="checkbox"/> Nous confirmons que les marchandises mentionnées à l'annexe 1 qui ont quitté notre inventaire ont été distribuées comme indiqué dans le Tableau 2.	Ajouter quantités, numéro de lot, date de retour
<input type="checkbox"/> Aucun des dispositifs concernés par cette action corrective de sécurité n'est actuellement en notre possession.	
<input type="checkbox"/> Aucun des dispositifs concernés par cette action corrective de sécurité n'est actuellement en notre possession de nos clients (Etablissement de soin ou utilisateurs finaux).	

Commentaires

Nom du Distributeur			
Adresse			
Code Postal		Pays	
Numéro de téléphone		Adresse email	
Nom du fournisseur			
Nom, titre et signature de la personne ayant compléter ce formulaire			

Prière de lister tous les établissements de soin/hôpitaux couverts par votre réponse.

Etablissement de soin	Code postal	Pays

Il est crucial que votre établissement prenne les mesures détaillées dans l'action corrective de sécurité et en confirme la réception. La réponse de votre établissement est la preuve dont nous avons besoin pour suivre l'évolution des mesures correctives.

Tableau 1 – Détails de l'inventaire

Tableau 1 – Détails des dispositifs distribués

Annexe 4 – Accusé de réception pour Hôpitaux et Etablissements de Soins

Après avoir pris connaissance du document « FIELD SAFETY NOTICE FSCA-02-2021 », prière de retourner le présent formulaire complété et signé au plus tôt ou dans un délai de 5 jours après réception à l'adresse suivante : FSCA@quantasystem.com.

Cocher les cases qui s'appliquent à votre situation		
<input type="checkbox"/>	Je confirme que cet avis a été lu, compris et que l'ensemble des mesures recommandées ont été mis en œuvre le cas échéant	Compléter et signer ou indiquer N/A (Client / Distributeur / Importateur.
<input type="checkbox"/>	La vérification de l'inventaire et la mise en quarantaine des produits ont été effectué.	Compléter et signer ou indiquer N/A (Client / Distributeur / Importateur.
<input type="checkbox"/>	Le Tableau 2 ci-dessous a été complété avec le nombre de dispositifs restants et mis en quarantaine dans nos locaux.	Ajouter quantités, numéro de lot, date de retour
<input type="checkbox"/>	Nous confirmons que toutes les marchandises concernées par cette action corrective de sécurité et qui ne figurent pas dans le Tableau 2 ont déjà été utilisé.	
<input type="checkbox"/>	Aucun des dispositifs concernés par cette action corrective de sécurité n'est actuellement en notre possession.	

Commentaires

Nom de l'Hôpital ou de l'Etablissement de soin	
Adresse	
Code Postal	Pays
Numéro de téléphone	Adresse email
Nom du fournisseur	
Nom, titre et signature de la personne ayant compléter ce formulaire	

Il est crucial que votre établissement prenne les mesures détaillées dans la FSN et en confirme la réception. La réponse de votre établissement est la preuve dont nous avons besoin pour suivre l'évolution des mesures correctives.

Tableau 2 – Liste des produits mis en quarantaine dans l'Hôpital ou l'Etablissement de soin

Annex 1: List of Impacted Batches

FIELD SAFETY NOTICE FSCA-02-2021

Part Number	Batch number	UDI	Quantity (pieces)	Country of distribution
HAF005001	A200980	(01)08059173390618(17)250224(10)A200980	40	[REDACTED]
OAF002011	E194525	(01)03700512965015(17)241103(10)E194525	100	[REDACTED]
OAF002011	E193911	(01)03700512965015(17)240922(10)E193911	100	[REDACTED]
OAF002011	E184018	(01)03700512965015(17)231001(10)E184018	50	[REDACTED]
OAF002011	E184017	(01)03700512965015(17)231001(10)E184017	100	[REDACTED]
OAF002011	E182501	(01)03700512965015(17)230617(10)E182501	50	[REDACTED]
OAF002011	E181350	(01)03700512965015(17)230329(10)E181350	50	[REDACTED]
OAF002011	E181350	(01)03700512965015(17)230329(10)E181350	1	[REDACTED]
OAF002011	A201002	(01)08033945933487(17)250301(10)A201002	19	[REDACTED]
OAF002011	A201002	(01)08033945933487(17)250301(10)A201002	10	[REDACTED]
OAF002011	A201002	(01)08033945933487(17)250301(10)A201002	1	[REDACTED]
OAF002011	A201002	(01)08033945933487(17)250301(10)A201002	20	[REDACTED]
OAF002011	A201002	(01)08033945933487(17)250301(10)A201002	50	[REDACTED]
OAF002011	A201001	(01)08033945933487(17)250301(10)A201001	100	[REDACTED]
OAF002011	A194529	(01)08033945933487(17)241104(10)A194529	100	[REDACTED]
OAF002011	A194529	(01)08033945933487(17)241104(10)A194529	1	[REDACTED]
OAF002011	A194528	(01)08033945933487(17)241104(10)A194528	50	[REDACTED]
OAF002011	A194528	(01)08033945933487(17)241104(10)A194528	50	[REDACTED]
OAF002011	A194208	(01)08033945933487(17)241015(10)A194208	25	[REDACTED]
OAF002011	A194208	(01)08033945933487(17)241015(10)A194208	5	[REDACTED]
OAF002011	A194208	(01)08033945933487(17)241015(10)A194208	20	[REDACTED]
OAF002011	A194208	(01)08033945933487(17)241015(10)A194208	50	[REDACTED]
OAF002011	A194207	(01)08033945933487(17)241015(10)A194207	100	[REDACTED]
OAF002011	A194206	(01)08033945933487(17)241015(10)A194206	80	[REDACTED]
OAF002011	A194206	(01)08033945933487(17)241015(10)A194206	20	[REDACTED]
OAF002011	A192117	(01)08033945933487(17)240520(10)A192117	5	[REDACTED]
OAF002011	A192117	(01)08033945933487(17)240520(10)A192117	15	[REDACTED]
OAF002011	A192117	(01)08033945933487(17)240520(10)A192117	80	[REDACTED]
OAF002011	A182414	(01)08033945933487(17)230611(10)A182414	15	[REDACTED]
OAF002011	A182414	(01)08033945933487(17)230611(10)A182414	5	[REDACTED]
OAF002011	A182414	(01)08033945933487(17)230611(10)A182414	60	[REDACTED]
OAF002011	A182414	(01)08033945933487(17)230611(10)A182414	20	[REDACTED]
OAF002011	A181400	(01)08033945933487(17)230404(10)A181400	100	[REDACTED]
OAF002011	A180330	(01)08033945933487(17)230114(10)A180330	30	[REDACTED]
OAF002013	E194511	(01)03700512965022(17)241103(10)E194511	30	[REDACTED]
OAF002013	E193915	(01)03700512965022(17)240922(10)E193915	60	[REDACTED]
OAF002013	E184019	(01)03700512965022(17)231001(10)E184019	15	[REDACTED]
OAF002013	E181350	(01)03700512965022(17)230329(10)E181350	50	[REDACTED]
OAF002013	A201003	(01)08033945933463(17)250301(10)A201003	5	[REDACTED]
OAF002013	A201003	(01)08033945933463(17)250301(10)A201003	5	[REDACTED]
OAF002013	A201003	(01)08033945933463(17)250301(10)A201003	10	[REDACTED]
OAF002013	A201003	(01)08033945933463(17)250301(10)A201003	20	[REDACTED]
OAF002013	A201003	(01)08033945933463(17)250301(10)A201003	60	[REDACTED]
OAF002013	A181350	(01)08033945933463(17)230327(10)A181350	3	[REDACTED]
OAF002013	A181350	(01)08033945933463(17)230327(10)A181350	2	[REDACTED]
OAF002013	A181350	(01)08033945933463(17)230327(10)A181350	2	[REDACTED]
OAF002013	A181350	(01)08033945933463(17)230327(10)A181350	3	[REDACTED]
OAF002013	A181350	(01)08033945933463(17)230327(10)A181350	40	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	2	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	1	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	10	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	10	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	10	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	5	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	1	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	3	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	2	[REDACTED]
OAF002013	A180250	(01)08033945933463(17)230108(10)A180250	1	[REDACTED]
OAF002713	A193620	(01)08033945933456(17)240902(10)A193620	50	[REDACTED]
OAF003613	A183625	(01)08033945933470(17)230905(10)A183625	2	[REDACTED]
OAF003613	A183625	(01)08033945933470(17)230905(10)A183625	10	[REDACTED]
OAF003613	A183625	(01)08033945933470(17)230905(10)A183625	2	[REDACTED]
OAF003613	A183625	(01)08033945933470(17)230905(10)A183625	6	[REDACTED]
OAF003613	A183625	(01)08033945933470(17)230905(10)A183625	4	[REDACTED]

OAF702711	E182504	(01)03700512965039(17)230617(10)E182504	100	
OAF702711	E182503	(01)03700512965039(17)230617(10)E182503	100	
OAF702711	E182502	(01)03700512965039(17)230617(10)E182502	50	
OAF702711	E182005	(01)03700512965039(17)230513(10)E182005	60	
OAF702711	E182005	(01)03700512965039(17)230513(10)E182005	100	
OAF702711	A195010	(01)08033945936723(17)241207(10)A195010	100	
OAF702711	A194532	(01)08033945936723(17)241104(10)A194532	100	
OAF702711	A194211	(01)08033945936723(17)241015(10)A194211	3	
OAF702711	A194211	(01)08033945936723(17)241015(10)A194211	2	
OAF702711	A194211	(01)08033945936723(17)241015(10)A194211	5	
OAF702711	A194211	(01)08033945936723(17)241015(10)A194211	10	
OAF702711	A194211	(01)08033945936723(17)241015(10)A194211	80	
OAF702711	A194108	(01)08033945936723(17)241007(10)A194108	100	
OAF702711	A194108	(01)08033945936723(17)241007(10)A194108	1	
OAF702711	A193112	(01)08033945936723(17)240728(10)A193112	50	
OAF702711	A193111	(01)08033945936723(17)240728(10)A193111	80	
OAF702711	A193111	(01)08033945936723(17)240728(10)A193111	5	
OAF702711	A193111	(01)08033945936723(17)240728(10)A193111	15	
OAF702711	A193110	(01)08033945936723(17)240728(10)A193110	50	
OAF702711	A193110	(01)08033945936723(17)240728(10)A193110	50	
OAF702711	A192906	(01)08033945936723(17)240715(10)A192906	5	
OAF702711	A192906	(01)08033945936723(17)240715(10)A192906	65	
OAF702711	A192906	(01)08033945936723(17)240715(10)A192906	30	
OAF702711	A192113	(01)08033945936723(17)240520(10)A192113	5	
OAF702711	A192113	(01)08033945936723(17)240520(10)A192113	5	
OAF702711	A192113	(01)08033945936723(17)240520(10)A192113	10	
OAF702711	A192113	(01)08033945936723(17)240520(10)A192113	80	
OAF702711	A190301	(01)08033945936723(17)240113(10)A190301	10	
OAF702711	A190301	(01)08033945936723(17)240113(10)A190301	50	
OAF702711	A190301	(01)08033945936723(17)240113(10)A190301	5	
OAF702711	A190301	(01)08033945936723(17)240113(10)A190301	5	
OAF702711	A190301	(01)08033945936723(17)240113(10)A190301	30	
OAF702711	A184631	(01)08033945936723(17)231115(10)A184631	5	
OAF702711	A184631	(01)08033945936723(17)231115(10)A184631	40	
OAF702711	A184631	(01)08033945936723(17)231115(10)A184631	30	
OAF702711	A184631	(01)08033945936723(17)231115(10)A184631	10	
OAF702711	A184631	(01)08033945936723(17)231115(10)A184631	5	
OAF702711	A184631	(01)08033945936723(17)231115(10)A184631	10	SWITZERLAND
OAF702713	F192120	(01)08033945936662(17)240520(10)F192120	20	
OAF702713	E194518	(01)03700512965046(17)241103(10)E194518	100	
OAF702713	E184026	(01)03700512965046(17)231001(10)E184026	70	
OAF702713	E184026	(01)03700512965046(17)231001(10)E184026	1	
OAF702713	E182507	(01)03700512965046(17)230617(10)E182507	50	
OAF702713	E182006	(01)03700512965046(17)230513(10)E182006	5	
OAF702713	E182006	(01)03700512965046(17)230513(10)E182006	100	
OAF702713	E181350	(01)03700512965046(17)230329(10)E181350	50	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	2	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	2	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	1	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	1	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	10	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	10	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	10	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	5	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	1	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	1	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	5	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	50	
OAF702713	A194723	(01)08033945936662(17)241119(10)A194723	2	
OAF702713	A194722	(01)08033945936662(17)241119(10)A194722	40	
OAF702713	A194722	(01)08033945936662(17)241119(10)A194722	30	
OAF702713	A194722	(01)08033945936662(17)241119(10)A194722	15	
OAF702713	A194722	(01)08033945936662(17)241119(10)A194722	15	
OAF702713	A194109	(01)08033945936662(17)241007(10)A194109	1	
OAF702713	A194109	(01)08033945936662(17)241007(10)A194109	2	
OAF702713	A194109	(01)08033945936662(17)241007(10)A194109	2	

OFH002011	H184519	(01)08033945938413(17)231106(10)H184519	100	
OFH002011	H184518	(01)08033945938413(17)231106(10)H184518	100	
OFH002011	H184517	(01)08033945938413(17)231106(10)H184517	100	
OFH002011	H184005	(01)08033945938413(17)230930(10)H184005	100	
OFH002011	H184004	(01)08033945938413(17)230930(10)H184004	100	
OFH002011	H184003	(01)08033945938413(17)230930(10)H184003	100	
OFH002011	H182010	(01)08033945937676(17)230514(10)H182010	100	
OFH002011	H181600	(01)08033945937676(17)230418(10)H181600	60	
OFH002013	H183618	(01)08033945937706(17)230903(10)H183618	100	
OFH002013	H183616	(01)08033945937706(17)230903(10)H183616	100	
OFH002711	H204134	(01)08033945938529(17)251008(10)H204134	100	
OFH002711	H204117	(01)08033945938529(17)251005(10)H204117	100	
OFH002711	H204116	(01)08033945938529(17)251005(10)H204116	100	
OFH002711	H204115	(01)08033945938529(17)251005(10)H204115	100	
OFH002711	H204114	(01)08033945938529(17)251005(10)H204114	100	
OFH002711	H204113	(01)08033945938529(17)251005(10)H204113	100	
OFH002711	H182709	(01)08033945938222(17)230701(10)H182709	100	
OFH002711	H182704	(01)08033945938222(17)230701(10)H182704	100	
OFH002711	H182703	(01)08033945938222(17)230701(10)H182703	100	
OFH002711	H182702	(01)08033945938222(17)230701(10)H182702	100	
OFH002711	H182701	(01)08033945938222(17)230701(10)H182701	100	
OFH002711	H182609	(01)08033945938222(17)230624(10)H182609	100	
OFH002711	H182608	(01)08033945938222(17)230624(10)H182608	100	
OFH002711	H182607	(01)08033945938222(17)230624(10)H182607	100	
OFH002711	H182606	(01)08033945938222(17)230624(10)H182606	100	
OFH002713	H202824	(01)08033945938536(17)250708(10)H202824	100	
OFH002713	H202823	(01)08033945938536(17)250708(10)H202823	100	
OFH002713	H194101	(01)08033945938536(17)241005(10)H194101	100	
OFH002713	H193018	(01)08033945938536(17)240721(10)H193018	100	
OFH002713	H193017	(01)08033945938536(17)240721(10)H193017	100	
OFH002713	H193016	(01)08033945938536(17)240721(10)H193016	100	
OFH002713	H193015	(01)08033945938536(17)240721(10)H193015	100	
OFH002713	H193014	(01)08033945938536(17)240721(10)H193014	100	
OFH002713	H193012	(01)08033945938536(17)240721(10)H193012	100	
OFH005511	H204509	(01)08033945938444(17)251102(10)H204509	100	
OFH005511	H202814	(01)08033945938444(17)250706(10)H202814	100	
OFH005511	H202813	(01)08033945938444(17)250706(10)H202813	100	
OFH005511	H195020	(01)08033945938444(17)241209(10)H195020	100	
OFH005511	H195019	(01)08033945938444(17)241209(10)H195019	100	
OFH005511	H195018	(01)08033945938444(17)241209(10)H195018	100	
OFH005511	H195017	(01)08033945938444(17)241209(10)H195017	100	
OFH005511	H195016	(01)08033945938444(17)241209(10)H195016	100	
OFH005511	H184014	(01)08033945938444(17)231001(10)H184014	100	
OFH005511	H184013	(01)08033945938444(17)231001(10)H184013	100	
OFH005511	H184012	(01)08033945938444(17)231001(10)H184012	100	
OFH005511	H182012	(01)08033945937799(17)230514(10)H182012	100	
OFH005513	H181600	(01)08033945937829(17)230418(10)H181600	10	
OFH009911	H204204	(01)08033945938451(17)251011(10)H204204	100	
OFH009911	H204203	(01)08033945938451(17)251011(10)H204203	100	
OFH009911	H204202	(01)08033945938451(17)251011(10)H204202	100	
OFH009911	H202820	(01)08033945938451(17)250707(10)H202820	100	
OFH009911	H202819	(01)08033945938451(17)250707(10)H202819	100	
OFH009911	H202817	(01)08033945938451(17)250707(10)H202817	100	
OFH009911	H202816	(01)08033945938451(17)250707(10)H202816	100	
OFH009911	H202020	(01)08033945938451(17)250510(10)H202020	100	
OFH009911	H202019	(01)08033945938451(17)250510(10)H202019	100	
OFH009911	H202018	(01)08033945938451(17)250510(10)H202018	100	
OFH009911	H191509	(01)08033945938451(17)240406(10)H191509	100	
OFH009911	H191508	(01)08033945938451(17)240406(10)H191508	100	
OFH009911	H191507	(01)08033945938451(17)240406(10)H191507	100	
OFH009911	H191506	(01)08033945938451(17)240406(10)H191506	100	
OFH009911	H191505	(01)08033945938451(17)240406(10)H191505	100	
OFH009911	H191504	(01)08033945938451(17)240406(10)H191504	100	
OFH009911	H191503	(01)08033945938451(17)240406(10)H191503	100	
OFH009911	H191502	(01)08033945938451(17)240406(10)H191502	100	
OFH009911	H191501	(01)08033945938451(17)240406(10)H191501	100	
OFH009911	H184523	(01)08033945938451(17)231106(10)H184523	100	

OFH009911	H184522	(01)08033945938451(17)231106(10)H184522	100	
OFH009911	H184015	(01)08033945938451(17)231001(10)H184015	100	
OFH009911	H181600	(01)08033945937911(17)230418(10)H181600	25	
OFH302711	H204826	(01)08033945938468(17)251125(10)H204826	100	
OFH302711	H204201	(01)08033945938468(17)251011(10)H204201	100	
OFH302711	H204122	(01)08033945938468(17)251006(10)H204122	100	
OFH302711	H204121	(01)08033945938468(17)251006(10)H204121	100	
OFH302711	H204120	(01)08033945938468(17)251006(10)H204120	100	
OFH302711	H200837	(01)08033945938468(17)250219(10)H200837	100	
OFH302711	H200836	(01)08033945938468(17)250219(10)H200836	100	
OFH302711	H200835	(01)08033945938468(17)250219(10)H200835	100	
OFH302711	H200834	(01)08033945938468(17)250219(10)H200834	100	
OFH302711	H200833	(01)08033945938468(17)250219(10)H200833	100	
OFH302711	H200832	(01)08033945938468(17)250219(10)H200832	100	
OFH302711	H200831	(01)08033945938468(17)250219(10)H200831	100	
OFH302711	H194324	(01)08033945938468(17)241021(10)H194324	100	
OFH302711	H194323	(01)08033945938468(17)241021(10)H194323	100	
OFH302711	H194322	(01)08033945938468(17)241021(10)H194322	100	
OFH302711	H194321	(01)08033945938468(17)241021(10)H194321	100	
OFH302711	H194320	(01)08033945938468(17)241021(10)H194320	100	
OFH302711	H194319	(01)08033945938468(17)241021(10)H194319	100	
OFH302711	H194124	(01)08033945938468(17)241007(10)H194124	100	
OFH302711	H194123	(01)08033945938468(17)241007(10)H194123	100	
OFH302711	H194122	(01)08033945938468(17)241007(10)H194122	100	
OFH302711	H194121	(01)08033945938468(17)241007(10)H194121	100	
OFH302711	H194120	(01)08033945938468(17)241007(10)H194120	100	
OFH302711	H194119	(01)08033945938468(17)241007(10)H194119	100	
OFH302711	H194118	(01)08033945938468(17)241007(10)H194118	100	
OFH302711	H194117	(01)08033945938468(17)241007(10)H194117	100	
OFH302711	H194116	(01)08033945938468(17)241006(10)H194116	100	
OFH302711	H194115	(01)08033945938468(17)241006(10)H194115	100	
OFH302711	H194114	(01)08033945938468(17)241006(10)H194114	100	
OFH302711	H194113	(01)08033945938468(17)241006(10)H194113	100	
OFH302711	H194112	(01)08033945938468(17)241006(10)H194112	100	
OFH302711	H194111	(01)08033945938468(17)241006(10)H194111	100	
OFH302711	H194035	(01)08033945938468(17)241001(10)H194035	100	
OFH302711	H194034	(01)08033945938468(17)241001(10)H194034	100	
OFH302711	H194033	(01)08033945938468(17)241001(10)H194033	100	
OFH302711	H194032	(01)08033945938468(17)241001(10)H194032	100	
OFH302711	H194031	(01)08033945938468(17)241001(10)H194031	100	
OFH302711	H190312	(01)08033945938468(17)240113(10)H190312	100	
OFH302711	H190311	(01)08033945938468(17)240113(10)H190311	100	
OFH302711	H190310	(01)08033945938468(17)240113(10)H190310	100	
OFH302711	H190309	(01)08033945938468(17)240113(10)H190309	100	
OFH302711	H184002	(01)08033945938468(17)230930(10)H184002	100	
OFH302711	H184001	(01)08033945938468(17)230930(10)H184001	100	
OFH302711	H182011	(01)08033945937973(17)230514(10)H182011	100	
OFH302711	H181600	(01)08033945937973(17)230418(10)H181600	75	
OFH302721	H204112	(01)08033945938543(17)251005(10)H204112	100	
OFH302721	H204111	(01)08033945938543(17)251005(10)H204111	100	
OFH302721	H204110	(01)08033945938543(17)251005(10)H204110	100	
OFH302721	H204109	(01)08033945938543(17)251004(10)H204109	100	
OFH302721	H184521	(01)08033945938543(17)231106(10)H184521	100	
OFH302721	H182605	(01)08033945938284(17)230624(10)H182605	100	
OFH302721	H182604	(01)08033945938284(17)230624(10)H182604	100	
OFH702711	H204905	(01)08033945938420(17)251130(10)H204905	100	
OFH702711	H204904	(01)08033945938420(17)251130(10)H204904	100	
OFH702711	H204903	(01)08033945938420(17)251130(10)H204903	100	
OFH702711	H204902	(01)08033945938420(17)251130(10)H204902	100	
OFH702711	H204901	(01)08033945938420(17)251130(10)H204901	100	
OFH702711	H204130	(01)08033945938420(17)251007(10)H204130	100	
OFH702711	H204129	(01)08033945938420(17)251007(10)H204129	100	
OFH702711	H204128	(01)08033945938420(17)251007(10)H204128	100	
OFH702711	H204127	(01)08033945938420(17)251007(10)H204127	100	
OFH702711	H204126	(01)08033945938420(17)251007(10)H204126	100	
OFH702711	H204125	(01)08033945938420(17)251007(10)H204125	100	
OFH702711	H204124	(01)08033945938420(17)251007(10)H204124	100	

OFH702711	H204123	(01)08033945938420(17)251007(10)H204123	100	
OFH702711	H203814	(01)08033945938420(17)250914(10)H203814	100	
OFH702711	H203813	(01)08033945938420(17)250914(10)H203813	100	
OFH702711	H203812	(01)08033945938420(17)250914(10)H203812	100	
OFH702711	H203811	(01)08033945938420(17)250914(10)H203811	100	
OFH702711	H203810	(01)08033945938420(17)250914(10)H203810	100	
OFH702711	H203809	(01)08033945938420(17)250914(10)H203809	100	
OFH702711	H203807	(01)08033945938420(17)250913(10)H203807	100	
OFH702711	H203806	(01)08033945938420(17)250913(10)H203806	100	
OFH702711	H203805	(01)08033945938420(17)250913(10)H203805	100	
OFH702711	H203804	(01)08033945938420(17)250913(10)H203804	100	
OFH702711	H203803	(01)08033945938420(17)250913(10)H203803	100	
OFH702711	H200924	(01)08033945938420(17)250222(10)H200924	100	
OFH702711	H200923	(01)08033945938420(17)250222(10)H200923	100	
OFH702711	H200922	(01)08033945938420(17)250222(10)H200922	100	
OFH702711	H200921	(01)08033945938420(17)250222(10)H200921	100	
OFH702711	H200920	(01)08033945938420(17)250222(10)H200920	100	
OFH702711	H200919	(01)08033945938420(17)250222(10)H200919	100	
OFH702711	H200918	(01)08033945938420(17)250222(10)H200918	100	
OFH702711	H200917	(01)08033945938420(17)250222(10)H200917	100	
OFH702711	H200916	(01)08033945938420(17)250222(10)H200916	100	
OFH702711	H200412	(01)08033945938420(17)250118(10)H200412	100	
OFH702711	H200411	(01)08033945938420(17)250118(10)H200411	100	
OFH702711	H194618	(01)08033945938420(17)241109(10)H194618	100	
OFH702711	H194617	(01)08033945938420(17)241109(10)H194617	100	
OFH702711	H194616	(01)08033945938420(17)241109(10)H194616	100	
OFH702711	H194325	(01)08033945938420(17)241022(10)H194325	100	
OFH702711	H194205	(01)08033945938420(17)241013(10)H194205	100	
OFH702711	H194204	(01)08033945938420(17)241013(10)H194204	100	
OFH702711	H194203	(01)08033945938420(17)241013(10)H194203	100	
OFH702711	H194202	(01)08033945938420(17)241013(10)H194202	100	
OFH702711	H194201	(01)08033945938420(17)241013(10)H194201	100	
OFH702711	H194106	(01)08033945938420(17)241005(10)H194106	100	
OFH702711	H194105	(01)08033945938420(17)241005(10)H194105	100	
OFH702711	H194104	(01)08033945938420(17)241005(10)H194104	100	
OFH702711	H194103	(01)08033945938420(17)241005(10)H194103	100	
OFH702711	H194102	(01)08033945938420(17)241005(10)H194102	100	
OFH702711	H184630	(01)08033945938420(17)231114(10)H184630	100	
OFH702711	H184629	(01)08033945938420(17)231114(10)H184629	100	
OFH702711	H184008	(01)08033945938420(17)230930(10)H184008	100	
OFH702711	H184007	(01)08033945938420(17)230930(10)H184007	100	
OFH702711	H184006	(01)08033945938420(17)230930(10)H184006	100	
OFH702711	H182002	(01)08033945938062(17)230513(10)H182002	100	
OFH702711	H182001	(01)08033945938062(17)230513(10)H182001	100	
OFH702711	H181602	(01)08033945938062(17)230418(10)H181602	60	
OFH702711	H181601	(01)08033945938062(17)230418(10)H181601	100	
OFH702711	H181600	(01)08033945938062(17)230418(10)H181600	100	
OFH702713	H181600	(01)08033945938093(17)230418(10)H181600	15	
OFH703611	H204133	(01)08033945938437(17)251008(10)H204133	100	
OFH703611	H204132	(01)08033945938437(17)251008(10)H204132	100	
OFH703611	H204131	(01)08033945938437(17)251008(10)H204131	100	
OFH703611	H202812	(01)08033945938437(17)250706(10)H202812	100	
OFH703611	H202811	(01)08033945938437(17)250706(10)H202811	100	
OFH703611	H202809	(01)08033945938437(17)250705(10)H202809	100	
OFH703611	H202808	(01)08033945938437(17)250705(10)H202808	100	
OFH703611	H202039	(01)08033945938437(17)250514(10)H202039	100	
OFH703611	H202038	(01)08033945938437(17)250514(10)H202038	100	
OFH703611	H202037	(01)08033945938437(17)250514(10)H202037	100	
OFH703611	H202036	(01)08033945938437(17)250514(10)H202036	100	
OFH703611	H202035	(01)08033945938437(17)250514(10)H202035	100	
OFH703611	H202034	(01)08033945938437(17)250514(10)H202034	100	
OFH703611	H202033	(01)08033945938437(17)250514(10)H202033	100	
OFH703611	H202032	(01)08033945938437(17)250514(10)H202032	100	
OFH703611	H202031	(01)08033945938437(17)250514(10)H202031	100	
OFH703611	H202030	(01)08033945938437(17)250514(10)H202030	100	
OFH703611	H194615	(01)08033945938437(17)241109(10)H194615	100	
OFH703611	H194614	(01)08033945938437(17)241109(10)H194614	100	

OFH703611	H194613	(01)08033945938437(17)241109(10)H194613	100	
OFH703611	H194612	(01)08033945938437(17)241109(10)H194612	100	
OFH703611	H194611	(01)08033945938437(17)241109(10)H194611	100	
OFH703611	H194610	(01)08033945938437(17)241109(10)H194610	100	
OFH703611	H194609	(01)08033945938437(17)241109(10)H194609	100	
OFH703611	H194318	(01)08033945938437(17)241020(10)H194318	100	
OFH703611	H194317	(01)08033945938437(17)241020(10)H194317	100	
OFH703611	H194316	(01)08033945938437(17)241020(10)H194316	100	
OFH703611	H194315	(01)08033945938437(17)241020(10)H194315	100	
OFH703611	H194314	(01)08033945938437(17)241020(10)H194314	100	
OFH703611	H184628	(01)08033945938437(17)231114(10)H184628	100	
OFH703611	H184627	(01)08033945938437(17)231114(10)H184627	100	
OFH703611	H184626	(01)08033945938437(17)231114(10)H184626	100	
OFH703611	H184625	(01)08033945938437(17)231114(10)H184625	100	
OFH703611	H184515	(01)08033945938437(17)231106(10)H184515	100	
OFH703611	H184514	(01)08033945938437(17)231106(10)H184514	100	
OFH703611	H184011	(01)08033945938437(17)230930(10)H184011	100	
OFH703611	H184010	(01)08033945938437(17)230930(10)H184010	100	
OFH703611	H184009	(01)08033945938437(17)230930(10)H184009	100	
OFH703611	H183924	(01)08033945938437(17)230926(10)H183924	100	
OFH703611	H183923	(01)08033945938437(17)230926(10)H183923	100	
OFH703611	H183922	(01)08033945938437(17)230926(10)H183922	100	
OFH703611	H183921	(01)08033945938437(17)230926(10)H183921	100	
OFH703611	H183920	(01)08033945938437(17)230926(10)H183920	100	
OFH703611	H183919	(01)08033945938437(17)230926(10)H183919	100	
OFH703611	H182009	(01)08033945938123(17)230514(10)H182009	100	
OFH703611	H182004	(01)08033945938123(17)230513(10)H182004	100	
OFH703611	H182003	(01)08033945938123(17)230513(10)H182003	100	
OFH703611	H181600	(01)08033945938123(17)230418(10)H181600	80	
OFH703613	H204119	(01)08033945938499(17)251006(10)H204119	100	
OFH703613	H204118	(01)08033945938499(17)251006(10)H204118	100	
OFH703613	H183622	(01)08033945938154(17)230904(10)H183622	100	
OFH703613	H183621	(01)08033945938154(17)230904(10)H183621	100	
OFH703613	H183620	(01)08033945938154(17)230904(10)H183620	100	
OFH703613	H183619	(01)08033945938154(17)230904(10)H183619	100	