CeMed GmbH Im Oberdorf 41 D 72419 Neufra Fon Fax Web +49.7574.9348-0 +49.7574.9348-50 www.cemed.de

Ansprechpartner Peter Lang Office +49.7574.9348-12
Mail peter.lang@cemed.de

CeMed GmbH · Im Oberdorf 41 · D-72419 Neufra

z.Hd.



Chère cliente, Cher client,

Nous souhaitons vous informer d'un avis de sécurité sur le composant suivant, stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO). Le produit non conforme est un cathéter veineux périphérique : BD Venflon TM Pro Safety

Un avis de sécurité urgent a été émis : MDS-20-3801 avec rappel de produit par l'entreprise BD du 29/04/2021.

Après discussion avec les autorités de santé européennes et la réévaluation de l'avis de sécurité, la société BD a confirmé le rappel du produit.

Nous renvoyons à la lettre ci-jointe de BD

En conséquence, la société CEMED GMELL vous de nande de bien vouloir détruire les produits concernés (BD Venflon TM Pro Safety) dans vos packs existants.

Nous vous fournirons ces produits stériles à l'unité da remplacement.

Vous trouverez ci-dessous la liste des packs concernés.

La société CEMED GMBH s'engage à ne plus utiliser ce composant pour les confections futures de ces packs.

Merci de nous renvoyer le formulaire joint signé attestant de la réception de cette notification.

Avec notre meilleure considération.

William Bert

SetNr	Set-Bezeichnung	ChB/LOT
0041140	Innova-Set PDT Jules Gonin	69099
0041083	Innova-Set, Voie veineuse Vision Clinique	66596
0041083	Innova-Set, Voie veineuse Vision Clinique	67244
0041083	Innova-Set, Voie veineuse Vision Clinique	68163
0041083	Innova-Set, Voie veineuse Vision Clinique	70156
0041083	Innova-Set, Voie veineuse Vision Clinique	71063
0041083	Innova-Set, Voie veineuse Vision Clinique	71218
0041083	Innova-Set, Voie veineuse Vision Clinique	71239
	S#1 + 391	

with a state