

Ver. 2: febbraio 2020

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R



SOL-MILLENNIUM®
Building a Healthier Tomorrow

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

Data: 2022.03.17

Avviso di sicurezza (Field Safety Notice)
SOL-M™ Blunt Fill Needle/
SOL-M™ Ago da trasferimento con punta smussa

Destinatari*: Distributori; Ospedali; Personale del servizio sanitario

Recapiti del rappresentante locale (nome e cognome, e-mail, n. di telefono, indirizzo ecc.)*

Importatore dall'UE:

Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Ul. Twarda 18
00-105 Varsavia
Polonia
e-mail: EMEA_QRA@sol-m.com

Avviso di sicurezza (FSN)
SOL-M™ Blunt Fill Needle/
SOL-M™ Ago da trasferimento con punta smussa

1. Informazioni sui prodotti che sono oggetto del presente avviso*	
1.	1. Tipo(i) prodotti*
	SOL-M™ Ago da trasferimento con punta smussa sterile
1.	2. Nome/i commerciale/i*
	SOL-M™ Ago da trasferimento con punta smussa
1.	3. Identificatore(i) unico(i) del prodotto (UDI-DI)
	Vedi Allegato A al presente FSN.
1.	4. Destinazione clinica base del prodotto / dei prodotti*
	SOL-M™ Ago da trasferimento con punta smussa è utilizzato per perforare il tappo di una fiala o di un flacone con farmaco e aspirare lo stesso nella siringa. Il contenuto aspirato nella siringa può essere iniettato nel sistema infusivo oppure attraverso una membrana che ricopre il punto di introduzione del farmaco. SOL-M™ ago da trasferimento con punta smussa può essere tolto e sostituito con un ago normale per poter iniettare direttamente il contenuto della siringa. SOL-M™ Ago da trasferimento con punta smussa non è destinato per effettuare iniezioni dirette.
1.	5. Modello del prodotto / numero di catalogo / numero(i) dei particolari*
	Vedi Allegato A al presente FSN.
1.	6. Versione software
	Non applicabile
1.	7. Numeri di serie o numeri dei lotti impattati
	Vedi Allegato A al presente FSN.
1.	8. Dispositivi interessati
	Non applicabile

2. Motivo delle azioni esterne correttive di sicurezza (FSAC)*	
2.	1. Descrizione del problema che interessa il prodotto*
	La Sol-Millennium Medical Inc. con l'emissione del presente Avviso di Sicurezza (FSN) inizia un ritiro volontario dal mercato del dispositivo SOL-M™ ago con punta smussa sterile (l'elenco dei codici di riferimento e dei numeri dei lotti è compreso nell'Allegato A), con effetto immediato. La Sol-Millennium ha rilevato l'aumento dei casi di carotaggio dei tappi delle fiale di farmaco durante il dosaggio del diluente e l'accesso al contenuto delle fiale. Dopo la diluizione del farmaco, sono stati rilevati casi di frammenti di gomma, presenti e visibili nel farmaco, o dentro la siringa utilizzata per aspirare il farmaco, o dentro la sacca da infusione utilizzata per somministrare il farmaco. Il prodotto impattato veniva consegnato nel periodo dall'aprile 2020 al gennaio 2022.
2.	2. Il rischio a base delle FSAC*

	Ogniqualevolta per aspirare il farmaco da una fiala con tappo di gomma viene utilizzato un ago da trasferimento con punta smussa, esiste il rischio di rompere, strappare o tagliare la gomma durante il passaggio dell'ago attraverso il tappo. Quanto sopra può causare la presenza dei frammenti di gomma dentro la fiala col farmaco, o dentro l'ago o la cannula, a seguito del fenomeno di frammentazione / carotaggio. Durante l'introduzione dell'ago la sua punta smussa può anche strappare frammenti del tappo [gomma] più grossi. Un frammento di gomma, presente in un liquido da iniezione, potrebbe essere effettivamente iniettato nell'organismo umano se è più piccolo dal diametro interno dell'ago / catetere utilizzato per l'iniezione. Il rischio può essere ridotto dall'utente finale durante la procedura di preparazione dei farmaci. E' una procedura standard che l'utente finale sia tenuto a controllare il farmaco aspirato dentro la siringa, osservando un'eventuale presenza di scolorimenti o corpi estranei, prima di introdurre il farmaco nell'organismo del paziente. Qualora si rilevi la presenza di qualsiasi particelle, la fiala o la siringa deve essere buttata e non può essere utilizzata.
2.	3. Probabilità dell'insorgere del problema Nella letteratura a disposizione non sono stati rilevati casi di traumi gravi, relativi ai frammenti formati a seguito di carotaggio del tappo. In pochi report si parla di situazioni potenzialmente pericolose, che poi effettivamente non hanno causato alcune lesioni, nella maggioranza dei report si analizzano casi teorici indesiderati in base alle conoscenze mediche di pubblico dominio, ma senza conferme di essersi effettivamente verificati. Visto quanto sopra, la probabilità che il prodotto possa provocare una situazione pericolosa, che diventi poi causa di un trauma, è molto bassa / poco probabile.
2.	4. Potenziale rischio per pazienti / utilizzatori Sulla base delle indagini interne ed esterne, della procedura di valutazione dei pericoli per la salute (HHE), dove il rischio implicato è teorico, e vista l'inesistenza di studi riguardanti casi di carotaggio che abbiano provocato eventi indesiderati, nonché l'inesistenza di notifiche indirizzate alla Sol-Millennium riguardanti traumi causati dal danneggiamento dei tappi, la situazione è tale che un eventuale utilizzo o contatto con l'ago con punta smussa con tutta probabilità non provocherà conseguenze negative per la salute. Tuttavia la Sol-Millennium procederà al ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
2.	5. Informazioni aggiuntive che descrivono il problema Il carotaggio del tappo avviene quando l'ago taglia la gomma del tappo mentre lo sta perforando. Il carotaggio può essere determinato da: tipo del tappo, dell'ago e la tecnica d'introduzione. Il carotaggio può essere altresì favorito da vari tipi di gomma e dal processo di sterilizzazione. Inoltre sono rilevanti: la dimensione dell'ago, la sua acutezza e l'angolo di smussatura. Un altro fattore rilevante può essere la tecnica d'introduzione dell'ago.
2.	6. Informazioni sul problema I clienti hanno segnalato un aumento dei casi di danneggiamento dei tappi di gomma delle fiale con farmaci durante la diluizione del farmaco e l'accesso alle fiale. Dopo aver aggiunto il diluente al farmaco, sono stati rilevati i casi di frammenti di gomma, presenti e visibili nel farmaco, o dentro la siringa utilizzata per aspirare il farmaco, o dentro la sacca da infusione utilizzata per somministrare il farmaco. In nessuno dei reclami non sono state segnalate conseguenze indesiderate per i pazienti.

2.	7. Altre informazioni rilevanti per FSCA
	È necessario cessare l'utilizzo dei prodotti coinvolti.

3. Azione mirata alla riduzione del rischio*

3. 1. Azioni da svolgere da parte dell'utente *

- ☒ Identificazione del dispositivo
 ☒ Quarantena del dispositivo
 ☐ Restituzione del dispositivo
 ☒ Distruzione del dispositivo
- ☐ Modifica / controllo del dispositivo sul posto
- ☒ Azioni come da indicazioni riguardanti azioni da svolgere nei confronti del paziente
- ☐ Presentare le modifiche / l'integrazione delle Istruzioni d'Uso (IFU)
- ☐ Altro ☐ Nessuna

Vi saremo grati per la seguente collaborazione:

- Vi chiediamo di **leggere** attentamente la parte **"2.1. Descrizione del problema che interessa il prodotto"** per poter comprendere pienamente il problema.
- Vi chiediamo di **controllare** immediatamente il Vostro inventario per accertare l'eventuale presenza dei prodotti impattati.
- È necessario **cessare la vendita e distribuzione** dei prodotti coinvolti, contrassegnati con i relativi numeri di riferimento e numeri dei lotti.
- Per facilitare l'identificazione degli SOL-M™ aghi da trasferimento con punta smussa si presentano le immagini di sotto. I lotti coinvolti sono identificati con un numero di riferimento e un numero del lotto, presenti sul blister, sulla confezione secondaria (scatola) e sulla confezione di trasporto (cartone).

Etichetta sul blister

SOL-M™ BLUNT FILL NEEDLE QTY: 1

18G x 1 1/2"
(1.2mm x 40mm)

Sol-Millennium Medical, Inc.
1735 North Brown Road, Suite 120,
Lawrenceville, GA 30043, USA 404-973-2200
Obello s.p.a. Bd. Général Waha 53, 1030
Brussels, Belgium

DE: Stumpfe Aufziehkanüle
ES: Aguja de punta roma
FR: Aiguille de remplissage biseautée
IT: Ago da trasferimento con punta smussa
PT: Agulha de enchimento romba
SE: Trubbig uppdragningskanyl

Non-toxic
Not made with natural rubber latex

FI: Tylppä täyttöneula
NO: Butt opptrekkingskanyle
DK: Stump optrækningskanyle
NL: Stompe optreknald
PL: Igła tępa
GR: Αμβλεια Βελόνα πλήρωσης

STERILE EO

3759 REV2
Made in China


EC REP

REF 110022
LOT XXXXXXX
YYYY-MM-DD

Il numero di riferimento sta qui

Il numero della serie sta qui

Etichetta sulla confezione unitaria



Il numero di riferimento sta qui



Il numero di riferimento sta qui

Il numero della serie sta qui

Etichetta sulla confezione multipla

- Condurre** un inventario fisico e compilare il Modello di risposta del distributore / importatore (applicabile ai distributori / importatori) oppure il Modello di risposta del cliente (applicabile agli ospedali / cliniche ecc.) allegati al presente Avviso.
- Smaltire** prodotti coinvolti, riciclare le confezioni, **documentare** quanto sopra nel Modello di risposta del distributore / importatore o nel Modello di risposta del cliente, allegati al presente Avviso. Se non è possibile eliminare il prodotto svolgendo le azioni indicate sopra, lo si può restituire ad un rappresentante locale, con le modalità usuali.
- Distributori / importatori – inviare** il Modello di risposta del distributore / importatore all'indirizzo e-mail EMEA_QRA@sol-m.com. Il modello deve essere compilato anche quando nel Vostro inventario non sono presenti i prodotti coinvolti. Vi chiediamo di assicurarsi di aver indicato il nome e cognome della persona di riferimento e messo la firma.
- Ospedali / cliniche / clienti finali – inviare** il Modello di risposta del cliente all'indirizzo e-mail del vostro [distributore locale o di un ufficio di vendita locale](#). Il modello deve essere compilato anche quando nel Vostro inventario non sono presenti i prodotti

	<u>coinvolti</u> . Vi chiediamo di assicurarsi di aver indicato il nome e cognome della persona di riferimento e messo la firma. 9. Contattare il rappresentante locale o l'Ufficio Assistenza Clienti della Sol-Millennium all'indirizzo kszewczyk@sol-m.com per concordare la procedura di emissione di una nota di credito relativa ai prodotti impattati. 10. Tenere presente l'Avviso fino al completamento della distruzione / restituzione di tutti i prodotti impattati. 11. Trasmettere il presente Avviso a tutte le persone interessate presso la Vostra struttura o presso strutture a cui potenzialmente sono stati consegnati i prodotti impattati. 12. Eventuali domande riguardanti la procedura di ritiro dei prodotti dal mercato vanno indirizzate all'e-mail della Sol-Millennium EMEA_ORA@sol-m.com oppure ad un ufficio di vendita locale.	
3.	2. Entro quando devono essere svolte le azioni?	Le azioni devono essere realizzate entro 30 giorni dalla trasmissione del presente Avviso di sicurezza.
3.	Note particolari: Non applicabile Si raccomanda un'ulteriore osservazione dei pazienti o il controllo dei referti precedenti? Non applicabile	
3.	3. È necessaria la risposta del cliente? * (In caso positivo allegare il modello ed indicare il termine per la restituzione)	Sì Il modello di risposta del distributore / importatore oppure il Modello di risposta del cliente deve essere compilato e restituito entro 30 giorni dal ricevimento del presente Avviso di sicurezza.
3.	4. Azioni da svolgere da parte del produttore * ☒ Eliminazione del prodotto ☐ Software update ☐ Altro ☐ Modifica/controllo del prodotto sul posto ☐ Modifica dell'IFU o dell'etichetta ☐ Nessuna La Sol-Millennium ha svolto una ricerca per individuare la causa primaria ed ha intrapreso le azioni correttive immediate. Non esistono altri lotti del prodotto coinvolti. La qualità di altri lotti è stata controllata direttamente a completamento del processo di produzione. Quanto sopra sono le azioni volontarie della Sol-Millennium.	
3.	5. Entro quando devono essere svolte le azioni?	Le azioni devono essere realizzate entro 30 giorni dalla trasmissione del presente Avviso di sicurezza.
3.	6. Il FSN deve essere trasmesso al paziente / all'utente finale?	No

3.	7. In caso positivo, il produttore ha fornito informazioni aggiuntive al paziente / all'utente finale che non è specialista del settore consegnando una lettera / un'informativa per il paziente / l'utente finale che non è specialista del settore o utilizzatore professionale?
	Non applicabile

4. Informazioni generali*		
4.	1. Tipo FSN*	Nuovo
4.	2. In caso di un FSN aggiornato, il numero di riferimento e la data del FSN precedente	Non applicabile
4.	3. In caso di un FSN aggiornato, le nuove informazioni devono essere indicate nel modo seguente:	
	Non applicabile	
4.	4. Sono attese ulteriori indicazioni o informazioni nei FSN successivi? *	Al momento non sono programmate
4.	5. Se sono attesi ulteriori FSN, a che cosa devono riferirsi ulteriori indicazioni:	
	Non applicabile	
4.	6. Limiti di tempo previsti per ulteriori azioni FSN	Non applicabile
4.	7. Informazioni sul produttore (I recapiti del rappresentante locale sono indicati alla pagina 1 del presente FSN)	
	a. Nome della ditta	Sol-Millennium Medical Inc.
	b. Indirizzo	1735 North Brown Rd, Suite 120; Lawrenceville, Georgia 30043; USA
	c. Sito web	www.sol-m.com
4.	8. L'autorità competente nazionale (di regolamentazione) nel Vostro Stato è stata informata del presente avviso ai clienti. *	
	Sì	
4.	9. Elenco allegati:	1. Allegato A – elenco numeri di riferimento dei prodotti, dei lotti e dei codici UDI 2. Modello di risposta del distributore / importatore 3. Modello di risposta del Cliente
4.	10. Nome e cognome / firma	Manu Kalia Direttore Assicurazione Qualità /-/ firma

Trasmissione del presente Avviso di sicurezza (FSN)	
	Il presente Avviso deve essere trasmesso a tutte le persone interessate presso la Vostra struttura o presso strutture a cui sono stati consegnati i prodotti impattati.
	Per assicurare l'efficacia delle azioni correttive è necessario tener presente il presente Avviso e le relative azioni per un periodo di tempo opportuno.

Ver. 2: febbraio 2020

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R



SOL-MILLENNIUM®
Building a Healthier Tomorrow

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

	Qualsiasi incidente relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore (EMA_QRA@sol-m.com), al distributore o rappresentante locale, nonché, in caso di bisogno, ad un'autorità competente nazionale, in quanto è un'informazione di ritorno di particolare importanza.*
--	---

Allegato 1 – elenco dei numeri di riferimento dei prodotti, dei lotti e dei codici UDI

Numero di riferimento	Numero del lotto	Nome del prodotto	Codice UDI-DI
110021	05007020	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1"	81839201390
110021	08106082	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1"	81839201390
110021	08106082	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1"	81839201390
110022	05003027	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05006007	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05006034	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05009065	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05011033	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05012033	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05012034	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05012041	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05012043	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05012045	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05012046	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05012056	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05012057	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05103013	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05105009	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05105009	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05108026	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05108027	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05108029	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05108030	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05108031	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05108032	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05108034	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05109097	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05110031	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	08106075	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	08106076	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
110022	05109040	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	81839201529
BN1815	00201225	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	35168807575
BN1815	00210305	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	35168807575
BN1815	00210308	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	35168807575
BN1815	00210310	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	35168807575
BN1815	00210312	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"	35168807575

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

Avviso di sicurezza (Field Safety Notice)
SOL-M™ Blunt Fill Needle/
SOL-M™ Ago da trasferimento con punta smussa

Modello risposta del Cliente

1. Informazioni sull'Avviso di Sicurezza (FSN)	
N. di riferimento FSN*	3014312726-2/16/15-001-R
Data FSN*	17.03.2022
Nome prodotto / dispositivo*	SOL-M™ Blunt Fill Needle/ SOL-M™ ago da trasferimento con punta smussa
Codice(i) del prodotto	Vedi: Allegato 1 al presente modello
Numero(i) del lotto / della serie	Vedi: Allegato 1 al presente modello

2. Dati del Cliente	
Numero cliente	
Nome dell'organizzazione sanitaria*	
Indirizzo dell'organizzazione*	
Dipartimento / unità	
Indirizzo per la spedizione, se diverso	
Nome e cognome della persona referente*	
Carica o funzione	
Numero di telefono*	
Indirizzo e-mail*	

3. Azioni del Cliente intraprese a nome dell'organizzazione sanitaria		
☐	*Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l'Avviso di Sicurezza (FSN).	<i>Da compilare da parte del Cliente, eventualmente compilare con "Non applicabile"</i>
☐	*Ho svolto tutte le azioni richieste dal FSN.	<i>Da compilare da parte del Cliente, eventualmente compilare con "Non applicabile"</i>
☐	*A tutti gli utilizzatori interessati sono state comunicate le informazioni ed inoltre le azioni richieste, le quali sono state realizzate.	<i>Da compilare da parte del Cliente, eventualmente compilare con "Non applicabile"</i>
☐	Ho restituito i prodotti impattati – indicare la quantità dei prodotti restituiti e la data della restituzione.	<i>Indicare la quantità, il numero del lotto / della serie / la data della restituzione come da Allegato n. 1 al presente modello</i>

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

☐	*Ho distrutto i prodotti coinvolti – indicare la quantità dei prodotti distrutti e la data della distruzione.	<i>Indicare la quantità, il numero del lotto / della serie / la data della distruzione come da Allegato n. 1 al presente modello</i>
☐	*Non esistono prodotti coinvolti restituibili o distruggibili	<i>Da compilare da parte del Cliente, eventualmente compilare con “Non applicabile”</i>
☐	Altro (indicare):	
☐	*Non possiedo nel mio inventario prodotti coinvolti.	<i>Da compilare da parte del Cliente, eventualmente compilare con “Non applicabile”</i>
☐	Ho domande da fare – chiedo di voler contattarmi (p. es. necessità di sostituzione del prodotto)	<i>Indicare i recapiti, se diversi da quelli indicati sopra, formulare sinteticamente le domande</i>
Nome e cognome in stampatello*		<i>Nome e cognome del Cliente in stampatello</i>
Firma*		<i>Firma del Cliente</i>
Data*		

4. Invio ricevuta al mittente	
E-mail	<i>Compilato in via preliminare da parte del mittente / richiedente</i>
Numero verde del Cliente	<i>Compilato in via preliminare da parte del mittente / richiedente</i>
Indirizzo per la corrispondenza	<i>Compilato in via preliminare da parte del mittente / richiedente</i>
Portale internet	<i>Compilato in via preliminare da parte del mittente / richiedente</i>
Fax	<i>Compilato in via preliminare da parte del mittente / richiedente</i>
Termine per la restituzione del modello di risposta del Cliente*	<i>Compilato in via preliminare da parte del mittente / richiedente</i>

Campi obbligatori sono contrassegnati con *

È di particolare importanza che la Vostra organizzazione svolga le azioni indicate dal FSN e confermi la ricezione del FSN.

La risposta della Vostra organizzazione costituisce la conferma a noi indispensabile per poter monitorare l'andamento delle azioni correttive.

Ver. 1: luglio 2018

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

Allegato 1 – elenco dei numeri di riferimento dei prodotti, dei lotti

Numero di riferimento	Numero del lotto	Nome prodotto	Eliminazione prodotto: D-distruzione R-restituzione NA-non applicabile	Data eliminazione prodotto (data distruzione/ o data restituzione)	Numero delle unità distrutte / restituite	Note
110021	05007020	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1"				
110021	08106082	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1"				
110021	08106082	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1"				
110022	05003027	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05006007	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05006034	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05009065	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05011033	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05012033	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05012034	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05012041	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1				

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

Numero di riferimento	Numero del lotto	Nome prodotto	Eliminazione prodotto: D-distruzione R-restituzione NA-non applicabile	Data eliminazione prodotto (data distruzione/ o data restituzione)	Numero delle unità distrutte / restituite	Note
		1/2"				
110022	05012043	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05012045	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05012046	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05012056	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05012057	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05103013	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05105009	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05105009	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05108026	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05108027	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1				

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

Numero di riferimento	Numero del lotto	Nome prodotto	Eliminazione prodotto: D-distruzione R-restituzione NA-non applicabile	Data eliminazione prodotto (data distruzione/ o data restituzione)	Numero delle unità distrutte / restituite	Note
		1/2"				
110022	05108029	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05108030	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05108031	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05108032	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05108034	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05109097	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05110031	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	08106075	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	08106076	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
110022	05109040	SOL-M Blunt Fill Needle 18G*1				

N. FSN: 3014312726-2/16/15-001-R

N. FSCA: 3014312726-2/16/15-001-R

Numero di riferimento	Numero del lotto	Nome prodotto	Eliminazione prodotto: D-distruzione R-restituzione NA-non applicabile	Data eliminazione prodotto (data distruzione/ o data restituzione)	Numero delle unità distrutte / restituite	Note
		1/2"				
BN1815	00201225	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
BN1815	00210305	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
BN1815	00210308	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
BN1815	00210310	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				
BN1815	00210312	Blunt Fill Needle 18G*1 1/2"				