



17/10/2022

URGENTE: Avviso di sicurezza sul campo

Si prega di leggere il presente avviso nella sua interezza e di confermare di averlo ricevuto e di averne compreso il contenuto.

Gentile Referente medico,

con la presente intendiamo comunicarLe importanti informazioni sulla sicurezza riguardanti il Personal Diabetes Manager (PDM) Omnipod DASH®. Abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni utenti di Omnipod DASH® in merito a problemi con la batteria del PDM, in particolare rigonfiamento della batteria, fuoriuscite di liquido dalla batteria e, in rari casi, estremo surriscaldamento che può rappresentare un pericolo di incendio.

L'avviso disponibile alla pagina <http://omnipod.com/it-ch/fsn-10-2022> è stato inviato come Avviso di sicurezza sul campo volontario a tutti gli utenti noti del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®.

Azione da intraprendere:

1. La preghiamo di esaminare l'Avviso di sicurezza sul campo allegato e di condividere le informazioni in esso contenute con il personale clinico pertinente presso la Sua struttura.
2. La preghiamo inoltre di condividere il presente Avviso di sicurezza sul campo con i Suoi pazienti che utilizzano il sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®.
3. Se sono in Suo possesso o in possesso della struttura sanitaria esemplari campione o dimostrativi del dispositivo Omnipod DASH®, La invitiamo a seguire le istruzioni riportate nell'Avviso di sicurezza sul campo per garantirne il corretto funzionamento.
4. La preghiamo di confermare elettronicamente di aver compreso il presente Avviso di sicurezza sul campo cliccando il link sottostante e seguendo le istruzioni sullo schermo.

[Link per la conferma](#)

Grazie per la Sua collaborazione per questo importante avviso. In caso di domande, La preghiamo di contattarci telefonicamente al numero 0800 89 76 18 (dall'estero: +41 44 585 9019).

Cordiali saluti,

Trang Ly
Insulet Corporation



Vicepresidente senior,
Affari clinici e medici

Produttore del sistema per la gestione insulinica **Omnipod®**