

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

7 février 2023

«Customer Name»

Madame, Monsieur,

Par le biais du présent document, Avanos Medical publie une Action corrective de sécurité (FSCA – Field Safety Corrective Action) concernant certains lots de produits pour soins de bouche de la gamme Ballard* d'Avanos* qui ont été distribués alors qu'une date de péremption erronée figurait sur l'étiquette. Ces produits servent lors de l'application d'un dispositif d'humidification de la bouche ainsi que pour essuyer les lèvres, la bouche, les dents et les tissus mous de patients nécessitant une assistance en matière d'hygiène buccale.

Jusqu'à présent, **aucun incident** de type lésion ni aucun décès n'a été associé à ces dates de péremption erronées signalées à Avanos Medical, Inc.

Les numéros de lots et références comportant des dates de péremption erronées figurent à l'Annexe 2 (Tableau 1, Tableau 2 et Tableau 3).

JUSTIFICATION DE LA FSCA VOLONTAIRE

Cette action corrective de sécurité a été lancée car sur certains lots figurent des dates de péremption erronées. Sur les produits concernés, les dates de péremption mentionnées correspondent à un délai de 10 ans avant péremption alors que la durée de conservation de ces produits a été établie à 5 ans.

RISQUES SANITAIRES

À l'heure actuelle, il n'y a **aucun produit périmé** dans les lots concernés ; les patients ne sont donc exposés à aucun risque immédiat et tous les produits figurant à l'**Annexe 2** peuvent être **utilisés en toute sécurité pour les patients**. Cependant, il ne faut pas utiliser les produits concernés au-delà de leurs dates réelles de péremption.

Avanos Medical, Inc. a à cœur la sécurité des patients et l'amélioration des résultats pour les patients, c'est pourquoi nous avons pris l'initiative de cette action corrective de sécurité.

Le risque avec les produits périmés est qu'un élément puisse se rompre ou se détacher. Une telle situation pourrait entraîner un risque mineur d'étouffement.

La présente notification de sécurité vise à garantir que vous soyez bien informés des dates de péremption exactes des produits concernés ; ainsi, vous serez sûrs de pouvoir les utiliser en toute sécurité sur des patients, avant la péremption. Il n'est pas nécessaire de renvoyer les produits concernés à Avanos.

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

TYPE DE MESURES PRISES PAR AVANOS

Avanos a pris des mesures correctives du processus interne afin de rectifier cette anomalie. Les mentions figurant sur les produits fabriqués après le 3 mai 2022 comportent la bonne date de péremption.

QUE DOIVENT FAIRE LES CLIENTS ?

D'après nos dossiers, votre établissement a reçu un ou plusieurs lot(s) du produit concerné. Vous pouvez utiliser ce produit en toute sécurité sur des patients jusqu'à la date de péremption exacte figurant aux Tableau 1, Tableau 2 et Tableau 3 ci-dessous (Annexe 2). Avanos vous demande néanmoins de prendre les mesures suivantes :

- **ASSUREZ-VOUS** que les lots du produit concerné seront utilisés avant la date de péremption fixée à 5 ans.
- **COMPLÉTEZ** et **RENVOYEZ** le Formulaire de confirmation ci-joint (**Annexe 1**) à Avanos par e-mail à l'adresse : emeafieldaction@avanos.com.
- **VEUILLEZ TRANSMETTRE CETTE NOTICE** à tous les services et annexes de votre établissement susceptibles d'avoir réceptionné le produit concerné.
- Si votre établissement a connaissance d'événements indésirables associés à cette anomalie, veuillez contacter piq.emea@avanos.com.

Veillez répondre dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception de ce courrier.

Si vous vous posez des questions ou avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter Avanos par e-mail à l'adresse emeafieldaction@avanos.com.

Les instances compétentes de votre pays ont été informées de la présente Notification de sécurité.

Veillez conserver une copie de la présente lettre dans vos dossiers.

Nous vous remercions de votre collaboration. Nous apprécions que vous fassiez preuve de réactivité dans ces circonstances et vous demandons de bien vouloir nous excuser pour les éventuels désagréments que cela a pu entraîner au sein de votre établissement.

Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations,

Klien van Dam
Director, Quality and Regulatory Affairs
Avanos Medical Belgium BV

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

Annexe 1– Formulaire de confirmation du communiqué volontaire relatif au produit.

Annexe 2 – Liste des lots d'applicateurs pour soins de bouche comportant une date de péremption erronée.

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

Annexe 1– Formulaire de confirmation du communiqué volontaire relatif au produit.

Veillez remplir ce formulaire, même si vous n'avez aucun produit concerné dans votre établissement, afin de confirmer que vous avez reçu et compris la Notification de sécurité, puis envoyez-le à l'adresse emeafieldaction@avanos.com.

D'après nos dossiers, vous avez reçu le produit défectueux mentionné ci-dessous (en outre, veuillez contrôler l'éventuelle présence de produits concernés dans le stock à l'aide de la liste complète des produits concernés figurant à l'**Annexe 2**).

| Réf. produit concerné | Description du produit | Numéro de lot | Quantité expédiée | Quantité présente dans l'établissement |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|--|
| 12241 | APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD*, en vrac (Qté. : 500) | <Numéro de lot> | <Quantité> | |
| 12243 | APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD*, en vrac (Qté. : 1000) | <Numéro de lot> | <Quantité> | |
| 12251 | APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD*, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000) | <Numéro de lot> | <Quantité> | |

Nous confirmons avoir reçu la Notification de sécurité en date du 7 février 2023.

| Veillez fournir toute information complémentaire éventuellement nécessaire | | | |
|--|--|-------|--|
| | | | |
| Nom de l'interlocuteur | | Titre | |
| Nom de l'établissement | | | |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

**Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos*
FCA-2023-001**

| | | | |
|------------------|--|-------------|--|
| E-mail | | | |
| Téléphone | | Date | |

Veuillez renvoyer un exemplaire du présent Formulaire de confirmation à Avanos dans un délai de **5 jours** ouvrés après réception de cette notification, à l'adresse e-mail emeafieldaction@avanos.com.

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

**Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos*
FCA-2023-001**

Annexe 2

Liste des lots d'applicateurs pour soins de bouche concernés, comportant une date de péremption erronée

Tableau 1 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS*, en vrac (Qté. : 500)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS*, en vrac (Qté. : 500) | | | |
|---|---|---|---|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687003 | | Référence produit Avanos : 12241 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20067528 | 12-07-21 | 06-07-31 | 06-07-26 |
| 20069614 | 13-07-21 | 13-07-31 | 13-07-26 |
| 20077132 | 27-09-21 | 22-09-31 | 22-09-26 |
| 20079287 | 10-11-21 | 03-11-31 | 03-11-26 |
| 20079286 | 10-11-21 | 10-11-31 | 10-11-26 |
| 20079285 | 17-11-21 | 17-11-31 | 17-11-26 |
| 20079284 | 23-11-21 | 23-11-31 | 23-11-26 |
| 20079283 | 01-12-21 | 01-12-31 | 01-12-26 |
| 20079282 | 10-11-21 | 08-11-31 | 08-11-26 |
| 20082126 | 27-12-21 | 27-12-31 | 27-12-26 |
| 20082118 | 10-01-22 | 10-01-32 | 10-01-27 |
| 20082119 | 12-01-22 | 12-01-32 | 12-01-27 |
| 20082120 | 19-01-22 | 19-01-32 | 19-01-27 |
| 20082121 | 26-01-22 | 26-01-32 | 26-01-27 |
| 20082122 | 02-02-22 | 02-02-32 | 02-02-27 |
| 20086314 | 23-03-22 | 20-03-32 | 20-03-27 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

Tableau 2 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS*, en vrac (Qté. : 1000)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac (Qté. : 1000) | | | |
|---|---|---|---|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687204 | | Référence produit Avanos : 12243 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20050262 | 13-04-21 | 13-04-31 | 13-04-26 |
| 20050263 | 13-04-21 | 13-04-31 | 13-04-26 |
| 20050261 | 13-04-21 | 13-04-31 | 13-04-26 |
| 20050264 | 20-04-21 | 20-04-31 | 20-04-26 |
| 20050265 | 26-04-21 | 20-04-31 | 20-04-26 |
| 20058683 | 27-04-21 | 27-04-31 | 27-04-26 |
| 20058689 | 27-04-21 | 27-04-31 | 27-04-26 |
| 20061145 | 05-05-21 | 05-05-31 | 05-05-26 |
| 20061947 | 11-05-21 | 11-05-31 | 11-05-26 |
| 20061946 | 28-05-21 | 25-08-31 | 25-08-26 |
| 20062596 | 18-05-21 | 18-05-31 | 18-05-26 |
| 20062597 | 18-05-21 | 18-05-31 | 18-05-26 |
| 20063681 | 25-05-21 | 25-05-31 | 25-05-26 |
| 20063682 | 01-06-21 | 25-05-31 | 25-05-26 |
| 20064346 | 01-06-21 | 25-05-31 | 25-05-26 |
| 20064347 | 25-05-21 | 30-05-31 | 30-05-26 |
| 20064363 | 01-06-21 | 01-06-31 | 01-06-26 |
| 20064364 | 01-06-21 | 01-06-31 | 01-06-26 |
| 20064656 | 08-06-21 | 08-06-31 | 08-06-26 |
| 20064657 | 08-06-21 | 08-06-31 | 08-06-26 |
| 20065662 | 22-06-21 | 22-06-31 | 22-06-26 |
| 20065663 | 22-06-21 | 22-06-31 | 22-06-26 |
| 20065667 | 22-06-21 | 22-06-31 | 22-06-26 |
| 20065668 | 22-06-21 | 22-06-31 | 22-06-26 |
| 20067519 | 28-06-21 | 28-06-31 | 28-06-26 |
| 20067520 | 26-06-21 | 26-06-31 | 26-06-26 |
| 20067478 | 06-07-21 | 06-07-31 | 06-07-26 |
| 20069597 | 13-07-21 | 13-07-31 | 13-07-26 |
| 20069598 | 20-07-21 | 20-07-31 | 20-07-26 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 20069601 | 20-07-21 | 20-07-31 | 20-07-26 |
| 20072177 | 28-07-21 | 28-07-31 | 28-07-26 |
| 20072184 | 28-07-21 | 28-07-31 | 28-07-26 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

Tableau 2 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS*, en vrac (Qté. : 1000)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac (Qté. : 1000) | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687204 | | Référence produit Avanos : 12243 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20072181 | 25-08-21 | 25-08-31 | 25-08-26 |
| 20072182 | 31-08-21 | 25-08-31 | 25-08-26 |
| 20072183 | 01-09-21 | 01-09-31 | 01-09-26 |
| 20072189 | 01-09-21 | 01-09-31 | 01-09-26 |
| 20075102 | 08-09-21 | 08-09-31 | 08-09-26 |
| 20075104 | 08-09-21 | 08-09-31 | 08-09-26 |
| 20077212 | 23-09-21 | 23-09-31 | 23-09-26 |
| 20075105 | 22-09-21 | 22-09-31 | 22-09-26 |
| 20077328 | 29-09-21 | 29-09-31 | 29-09-26 |
| 20077391 | 06-10-21 | 06-10-31 | 06-10-26 |
| 20077403 | 17-11-21 | 17-11-31 | 17-11-26 |
| 20077407 | 17-11-21 | 17-11-31 | 17-11-26 |
| 20079296 | 17-11-21 | 17-11-31 | 17-11-26 |
| 20079297 | 17-11-21 | 17-11-31 | 17-11-26 |
| 20079312 | 23-11-21 | 23-11-31 | 23-11-26 |
| 20079313 | 23-11-21 | 23-11-31 | 23-11-26 |
| 20079260 | 01-12-21 | 01-12-31 | 01-12-26 |
| 20079261 | 01-12-21 | 01-12-31 | 01-12-26 |
| 20079299 | 08-12-21 | 08-12-31 | 08-12-26 |
| 20079300 | 08-12-21 | 08-12-31 | 08-12-26 |
| 20079301 | 08-12-21 | 08-12-31 | 08-12-26 |
| 20079315 | 08-12-21 | 08-12-31 | 08-12-26 |
| 20084389 | 19-01-22 | 19-01-32 | 19-01-27 |
| 20084390 | 19-01-22 | 19-01-32 | 19-01-27 |
| 20082130 | 09-02-22 | 09-02-32 | 09-02-27 |
| 20082175 | 09-02-22 | 09-02-32 | 09-02-27 |
| 20082176 | 22-02-22 | 22-02-32 | 22-02-27 |
| 20082177 | 22-02-22 | 22-02-32 | 22-02-27 |
| 20086318 | 22-02-22 | 22-02-32 | 22-02-27 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 20086319 | 02-03-22 | 02-03-32 | 02-03-27 |
| 20082179 | 02-03-22 | 02-03-32 | 02-03-27 |
| 20086271 | 08-03-22 | 08-03-32 | 08-03-27 |
| 20086272 | 08-03-22 | 08-03-32 | 08-03-27 |

Tableau 2 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS*, en vrac (Qté. : 1000)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac (Qté. : 1000) | | | |
|---|---|---|---|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687204 | | Référence produit Avanos : 12243 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20088628 | 09-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20088600 | 09-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20089012 | 09-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20089015 | 09-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20090190 | 26-04-22 | 23-04-32 | 23-04-27 |
| 20090206 | 26-04-22 | 23-04-32 | 23-04-27 |
| 20090191 | 26-04-22 | 23-04-32 | 23-04-27 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000) | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804 | | Référence produit Avanos : 12251 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20054925 | 10-03-21 | 10-03-31 | 10-03-26 |
| 20054926 | 10-03-21 | 10-03-31 | 10-03-26 |
| 20056744 | 26-03-21 | 29-03-31 | 29-03-26 |
| 20056745 | 13-04-21 | 13-04-31 | 13-04-26 |
| 20057662 | 13-04-21 | 13-04-31 | 13-04-26 |
| 20057664 | 13-04-21 | 13-04-31 | 13-04-26 |
| 20057663 | 20-04-21 | 20-04-31 | 20-04-26 |
| 20057665 | 20-04-21 | 20-04-31 | 20-04-26 |
| 20058694 | 27-04-21 | 27-04-31 | 27-04-26 |
| 20058695 | 27-04-21 | 27-04-31 | 27-04-26 |
| 20058696 | 05-05-21 | 05-05-31 | 05-05-26 |
| 20058697 | 05-05-21 | 05-05-31 | 05-05-26 |
| 20061147 | 11-05-21 | 11-05-31 | 11-05-26 |
| 20061148 | 11-05-21 | 11-05-31 | 11-05-26 |
| 20061149 | 11-05-21 | 11-05-31 | 11-05-26 |
| 20061951 | 18-05-21 | 18-05-31 | 18-05-26 |
| 20061952 | 18-05-21 | 18-05-31 | 18-05-26 |
| 20061953 | 25-05-21 | 25-05-31 | 25-05-26 |
| 20062605 | 01-06-21 | 01-06-31 | 01-06-26 |
| 20062608 | 01-06-21 | 01-06-31 | 01-06-26 |
| 20062609 | 01-06-21 | 01-06-31 | 01-06-26 |
| 20063691 | 08-06-21 | 08-06-31 | 08-06-26 |
| 20063692 | 08-06-21 | 08-06-31 | 08-06-26 |
| 20063693 | 08-06-21 | 08-06-31 | 08-06-26 |
| 20064348 | 16-06-21 | 16-06-31 | 16-06-26 |
| 20064349 | 16-06-21 | 16-06-31 | 16-06-26 |
| 20064350 | 16-06-21 | 16-06-31 | 16-06-26 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 20065664 | 16-06-21 | 16-06-31 | 16-06-26 |
| 20065665 | 16-06-21 | 16-06-31 | 16-06-26 |
| 20065666 | 22-06-21 | 22-06-31 | 22-06-26 |
| 20067479 | 28-06-21 | 28-06-31 | 28-06-26 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000) | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804 | | Référence produit Avanos : 12251 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20067501 | 28-06-21 | 28-06-31 | 28-06-26 |
| 20067502 | 28-06-21 | 28-06-31 | 28-06-26 |
| 20067500 | 06-07-21 | 06-07-31 | 06-07-26 |
| 20067503 | 06-07-21 | 06-07-31 | 06-07-26 |
| 20067504 | 06-07-21 | 06-07-31 | 06-07-26 |
| 20069599 | 13-07-21 | 13-07-31 | 13-07-26 |
| 20069602 | 13-07-21 | 13-07-31 | 13-07-26 |
| 20069603 | 13-07-21 | 13-07-31 | 13-07-26 |
| 20069600 | 20-07-21 | 20-07-31 | 20-07-26 |
| 20069604 | 20-07-21 | 20-07-31 | 20-07-26 |
| 20069605 | 20-07-21 | 20-07-31 | 20-07-26 |
| 20072178 | 28-07-21 | 28-07-31 | 28-07-26 |
| 20072188 | 28-07-21 | 28-07-31 | 28-07-26 |
| 20072190 | 28-07-21 | 28-07-31 | 28-07-26 |
| 20072179 | 03-08-21 | 03-08-31 | 03-08-26 |
| 20072191 | 03-08-21 | 03-08-31 | 03-08-26 |
| 20072180 | 10-08-21 | 10-08-31 | 10-08-26 |
| 20072187 | 18-08-21 | 18-08-31 | 18-08-26 |
| 20075101 | 25-08-21 | 25-08-31 | 25-08-26 |
| 20075097 | 01-09-21 | 01-09-31 | 01-09-26 |
| 20075098 | 01-09-21 | 01-09-31 | 01-09-26 |
| 20075099 | 01-09-21 | 01-09-31 | 01-09-26 |
| 20075100 | 01-09-21 | 01-09-31 | 01-09-26 |
| 20075085 | 08-09-21 | 08-09-31 | 08-09-26 |
| 20075086 | 08-09-21 | 08-09-31 | 08-09-26 |
| 20075087 | 08-09-21 | 08-09-31 | 08-09-26 |
| 20075088 | 08-09-21 | 08-09-31 | 08-09-26 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 20076648 | 15-09-21 | 15-09-31 | 15-09-26 |
| 20075089 | 15-09-21 | 15-09-31 | 15-09-26 |
| 20075090 | 22-09-21 | 22-09-31 | 22-09-26 |
| 20075094 | 22-09-21 | 22-09-31 | 22-09-26 |
| 20077330 | 29-09-21 | 29-09-31 | 29-09-26 |

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000) | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804 | | Référence produit Avanos : 12251 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20075095 | 22-09-21 | 22-09-31 | 22-09-26 |
| 20077384 | 29-09-21 | 29-09-31 | 29-09-26 |
| 20077383 | 06-10-21 | 06-10-31 | 06-10-26 |
| 20077385 | 06-10-21 | 06-10-31 | 06-10-26 |
| 20077375 | 13-10-21 | 13-10-31 | 13-10-26 |
| 20077376 | 13-10-21 | 13-10-31 | 13-10-26 |
| 20077397 | 13-10-21 | 13-10-31 | 13-10-26 |
| 20077377 | 20-10-21 | 20-10-31 | 20-10-26 |
| 20077378 | 20-10-21 | 20-10-31 | 20-10-26 |
| 20077398 | 20-10-21 | 20-10-31 | 20-10-26 |
| 20077379 | 28-10-21 | 28-10-31 | 28-10-26 |
| 20077380 | 28-10-21 | 28-10-31 | 28-10-26 |
| 20077381 | 28-10-21 | 28-10-31 | 28-10-26 |
| 20077382 | 28-10-21 | 28-10-31 | 28-10-26 |
| 20079226 | 03-11-21 | 03-11-31 | 03-11-26 |
| 20079227 | 03-11-21 | 03-11-31 | 03-11-26 |
| 20079228 | 03-11-21 | 03-11-31 | 03-11-26 |
| 20079229 | 03-11-21 | 03-11-31 | 03-11-26 |
| 20079243 | 10-11-21 | 10-11-31 | 10-11-26 |
| 20079250 | 10-11-21 | 10-11-31 | 10-11-26 |
| 20079252 | 17-11-21 | 17-11-31 | 17-11-26 |
| 20079253 | 17-11-21 | 17-11-31 | 17-11-26 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 20079255 | 23-11-21 | 23-11-31 | 23-11-26 |
| 20079256 | 23-11-21 | 23-11-31 | 23-11-26 |
| 20079235 | 01-12-21 | 01-12-31 | 01-12-26 |
| 20079236 | 01-12-21 | 01-12-31 | 01-12-26 |
| 20079237 | 01-12-21 | 01-12-31 | 01-12-26 |
| 20079239 | 08-12-21 | 08-12-31 | 08-12-26 |
| 20079240 | 08-12-21 | 08-12-31 | 08-12-26 |
| 20079241 | 08-12-21 | 08-12-31 | 08-12-26 |
| 20079242 | 08-12-21 | 08-12-31 | 08-12-26 |
| 20082076 | 23-12-21 | 23-12-31 | 23-12-26 |

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000) | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804 | | Référence produit Avanos : 12251 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20082077 | 23-12-21 | 23-12-31 | 23-12-26 |
| 20082078 | 04-01-22 | 04-01-32 | 04-01-27 |
| 20082079 | 04-01-22 | 04-01-32 | 04-01-27 |
| 20082080 | 04-01-22 | 04-01-32 | 04-01-27 |
| 20082082 | 12-01-22 | 12-01-32 | 12-01-27 |
| 20082083 | 12-01-22 | 12-01-32 | 12-01-27 |
| 20082084 | 12-01-22 | 12-01-32 | 12-01-27 |
| 20082086 | 19-01-22 | 19-01-32 | 19-01-27 |
| 20082087 | 19-01-22 | 19-01-32 | 19-01-27 |
| 20082090 | 26-01-22 | 26-01-32 | 26-01-27 |
| 20082091 | 26-01-22 | 26-01-32 | 26-01-27 |
| 20082092 | 26-01-22 | 26-01-32 | 26-01-27 |
| 20082103 | 26-01-22 | 26-01-32 | 26-01-27 |
| 20082093 | 02-02-22 | 02-02-32 | 02-02-27 |
| 20082094 | 02-02-22 | 02-02-32 | 02-02-27 |
| 20082095 | 02-02-22 | 02-02-32 | 02-02-27 |
| 20082073 | 16-02-22 | 16-02-32 | 16-02-27 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 20082074 | 16-02-22 | 16-02-32 | 16-02-27 |
| 20082075 | 16-02-22 | 16-02-32 | 16-02-27 |
| 20082098 | 16-02-22 | 16-02-32 | 16-02-27 |
| 20082070 | 22-02-22 | 22-02-32 | 22-02-27 |
| 20082071 | 22-02-22 | 22-02-32 | 22-02-27 |
| 20082072 | 22-02-22 | 22-02-32 | 22-02-27 |
| 20086306 | 02-03-22 | 02-03-32 | 02-03-27 |
| 20086309 | 02-03-22 | 02-03-32 | 02-03-27 |
| 20086310 | 02-03-22 | 02-03-32 | 02-03-27 |
| 20086305 | 08-03-22 | 05-03-32 | 05-03-27 |
| 20086307 | 08-03-22 | 05-03-32 | 05-03-27 |
| 20086308 | 08-03-22 | 08-03-32 | 08-03-27 |
| 20086275 | 15-03-22 | 12-03-32 | 12-03-27 |
| 20086276 | 15-03-22 | 12-03-32 | 12-03-27 |
| 20086277 | 15-03-22 | 12-03-32 | 12-03-27 |

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

| APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000) | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804 | | Référence produit Avanos : 12251 | |
| N° de lot(s) | Date de fabrication (JJ-MM-AA) | Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA) | Date de péremption réelle (JJ-MM-AA) |
| 20086278 | 15-03-22 | 12-03-32 | 12-03-27 |
| 20086279 | 15-03-22 | 12-03-32 | 12-03-27 |
| 20086300 | 15-03-22 | 12-03-32 | 12-03-27 |
| 20086301 | 23-03-22 | 20-03-32 | 20-03-27 |
| 20086302 | 23-03-22 | 20-03-32 | 20-03-27 |
| 20086303 | 23-03-22 | 20-03-32 | 20-03-27 |
| 20086304 | 23-03-22 | 20-03-32 | 20-03-27 |
| 20088253 | 23-03-22 | 20-03-32 | 20-03-27 |
| 20088256 | 23-03-22 | 20-03-32 | 20-03-27 |
| 20088254 | 28-03-22 | 25-03-32 | 25-03-27 |
| 20088257 | 28-03-22 | 25-03-32 | 25-03-27 |
| 20088258 | 28-03-22 | 25-03-32 | 25-03-27 |

Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

Applicateurs pour soins de bouche Ballard* d'Avanos* FCA-2023-001

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 20088259 | 28-03-22 | 25-03-32 | 25-03-27 |
| 20088260 | 28-03-22 | 25-03-32 | 25-03-27 |
| 20088261 | 28-03-22 | 25-03-32 | 25-03-27 |
| 20088255 | 05-04-22 | 02-04-32 | 02-04-27 |
| 20088262 | 05-04-22 | 02-04-32 | 02-04-27 |
| 20088263 | 05-04-22 | 02-04-32 | 02-04-27 |
| 20088264 | 05-04-22 | 02-04-32 | 02-04-27 |
| 20088265 | 05-04-22 | 02-04-32 | 02-04-27 |
| 20088266 | 05-04-22 | 02-04-32 | 02-04-27 |
| 20088619 | 12-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20088620 | 12-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20088621 | 12-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20088622 | 12-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20088623 | 12-04-22 | 09-04-32 | 09-04-27 |
| 20089019 | 19-04-22 | 16-04-32 | 16-04-27 |
| 20089080 | 19-04-22 | 16-04-32 | 16-04-27 |
| 20089081 | 19-04-22 | 16-04-32 | 16-04-27 |
| 20089082 | 19-04-22 | 16-04-32 | 16-04-27 |