

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

7 février 2023

#### «Customer Name»

Madame, Monsieur,

Par le biais du présent document, Avanos Medical publie une Action corrective de sécurité (FSCA – Field Safety Corrective Action) concernant certains lots de produits pour soins de bouche de la gamme Ballard\* d'Avanos\* qui ont été distribués alors qu'une date de péremption erronée figurait sur l'étiquette. Ces produits servent lors de l'application d'un dispositif d'humidification de la bouche ainsi que pour essuyer les lèvres, la bouche, les dents et les tissus mous de patients nécessitant une assistance en matière d'hygiène buccale.

Jusqu'à présent, **aucun incident** de type lésion ni aucun décès n'a été associé à ces dates de péremption erronées signalées à Avanos Medical, Inc.

Les numéros de lots et références comportant des dates de péremption erronées figurent à l'Annexe 2 (Tableau 1, Tableau 2 et Tableau 3).

#### **JUSTIFICATION DE LA FSCA VOLONTAIRE**

Cette action corrective de sécurité a été lancée car sur certains lots figurent des dates de péremption erronées. Sur les produits concernés, les dates de péremption mentionnées correspondent à un délai de 10 ans avant péremption alors que la durée de conservation de ces produits a été établie à 5 ans.

#### **RISQUES SANITAIRES**

À l'heure actuelle, il n'y a **aucun produit périmé** dans les lots concernés ; les patients ne sont donc exposés à aucun risque immédiat et tous les produits figurant à l'**Annexe 2** peuvent être **utilisés en toute sécurité pour les patients**. Cependant, il ne faut pas utiliser les produits concernés au-delà de leurs dates réelles de péremption.

Avanos Medical, Inc. a à cœur la sécurité des patients et l'amélioration des résultats pour les patients, c'est pourquoi nous avons pris l'initiative de cette action corrective de sécurité.

Le risque avec les produits périmés est qu'un élément puisse se rompre ou se détacher. Une telle situation pourrait entraîner un risque mineur d'étouffement.

La présente notification de sécurité vise à garantir que vous soyez bien informés des dates de péremption exactes des produits concernés ; ainsi, vous serez sûrs de pouvoir les utiliser en toute sécurité sur des patients, avant la péremption. Il n'est pas nécessaire de renvoyer les produits concernés à Avanos.

## **Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit**

### **Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001**

#### **TYPE DE MESURES PRISES PAR AVANOS**

Avanos a pris des mesures correctives du processus interne afin de rectifier cette anomalie. Les mentions figurant sur les produits fabriqués après le 3 mai 2022 comportent la bonne date de péremption.

#### **QUE DOIVENT FAIRE LES CLIENTS ?**

D'après nos dossiers, votre établissement a reçu un ou plusieurs lot(s) du produit concerné. Vous pouvez utiliser ce produit en toute sécurité sur des patients jusqu'à la date de péremption exacte figurant aux Tableau 1, Tableau 2 et Tableau 3 ci-dessous (Annexe 2). Avanos vous demande néanmoins de prendre les mesures suivantes :

- Il n'est pas nécessaire de renvoyer les produits concernés.
- **COMPLÉTEZ** et **RENVOYEZ** le Formulaire de confirmation ci-joint (**Annexe 1**) à Avanos par e-mail à l'adresse [emeafieldaction@avanos.com](mailto:emeafieldaction@avanos.com).
- **VEUILLEZ TRANSMETTRE LA LETTRE DESTINÉE AU CLIENT CI-JOINTE** ainsi que la **liste des lots d'applicateurs pour soins de bouche concernés – (Annexe 2)** à chacun de vos clients susceptibles d'avoir reçu ou de recevoir de votre part une livraison du produit concerné.
- Si votre établissement a connaissance d'événements indésirables associés à cette anomalie, veuillez contacter [piq.emea@avanos.com](mailto:piq.emea@avanos.com).

**Veillez répondre dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception de ce courrier.**

Si vous vous posez des questions ou avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter Avanos par e-mail à l'adresse [emeafieldaction@avanos.com](mailto:emeafieldaction@avanos.com).

Les instances compétentes de votre pays ont été informées de la présente Notification de sécurité.

Veillez conserver une copie de la présente lettre dans vos dossiers.

Nous vous remercions de votre collaboration. Nous apprécions que vous fassiez preuve de réactivité dans ces circonstances et vous demandons de bien vouloir nous excuser pour les éventuels désagréments que cela a pu entraîner au sein de votre établissement.

Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations,

Klien van Dam  
Director, Quality and Regulatory Affairs  
Avanos Medical Belgium BV

## **Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit**

### **Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001**

Annexe 1– Formulaire de confirmation du communiqué volontaire relatif au produit.

Annexe 2 – Liste des lots d'applicateurs pour soins de bouche comportant une date de péremption erronée.

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

#### Annexe 1– Formulaire de confirmation du communiqué volontaire relatif au produit.

Veillez remplir ce formulaire, même si vous n'avez aucun produit concerné dans votre établissement, afin de confirmer que vous avez reçu et compris la Notification de sécurité, puis envoyez-le à l'adresse [emeafieldaction@avanos.com](mailto:emeafieldaction@avanos.com).

D'après nos dossiers, vous avez reçu le produit défectueux mentionné ci-dessous (en outre, veuillez contrôler l'éventuelle présence de produits concernés dans le stock à l'aide de la liste complète des produits concernés figurant à l'**Annexe 2**).

Réf. produit concerné	Description du produit	Numéro de lot	Quantité expédiée	Quantité présente dans l'établissement
12241	APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD*, en vrac (Qté. : 500)	<Numéro de lot>	<Quantité>	
12243	APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD*, en vrac (Qté. : 1000)	<Numéro de lot>	<Quantité>	
12251	APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD*, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)	<Numéro de lot>	<Quantité>	

Nous confirmons avoir reçu la Notification de sécurité en date du 7 février 2023.

En complétant et renvoyant le **Formulaire de confirmation de la réception du communiqué volontaire relatif au produit** ci-dessous, vous vous engagez également à transmettre un exemplaire de la Lettre destinée au client ci-jointe ainsi qu'à assurer, le cas échéant, le suivi des éventuels clients ayant reçu de votre part le produit concerné.

Veillez fournir toute information complémentaire éventuellement nécessaire			
<b>Nom de l'interlocuteur</b>		<b>Titre</b>	
<b>Nom de l'établissement</b>			

## **Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit**

**Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\*  
FCA-2023-001**

<b>E-mail</b>			
<b>Téléphone</b>		<b>Date</b>	

Veuillez renvoyer un exemplaire du présent Formulaire de confirmation à Avanos dans un délai de **5 jours** ouvrés après réception de cette notification, à l'adresse e-mail [emeafieldaction@avanos.com](mailto:emeafieldaction@avanos.com).

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

#### Annexe 2

### Liste des lots d'applicateurs pour soins de bouche concernés, comportant une date de péremption erronée

Tableau 1 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS\*, en vrac (Qté. : 500)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS*, en vrac (Qté. : 500)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687003</b>		<b>Référence produit Avanos : 12241</b>	
N° de lot(s)	Date de fabrication (JJ-MM-AA)	Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)	Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)
20067528	12-07-21	06-07-31	06-07-26
20069614	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20077132	27-09-21	22-09-31	22-09-26
20079287	10-11-21	03-11-31	03-11-26
20079286	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079285	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079284	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079283	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079282	10-11-21	08-11-31	08-11-26
20082126	27-12-21	27-12-31	27-12-26
20082118	10-01-22	10-01-32	10-01-27
20082119	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082120	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082121	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082122	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20086314	23-03-22	20-03-32	20-03-27

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

Tableau 2 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS\*, en vrac (Qté. : 1000)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac (Qté. : 1000)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687204</b>		<b>Référence produit Avanos : 12243</b>	
N° de lot(s)	Date de fabrication (JJ-MM-AA)	Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)	Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)
20050262	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050263	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050261	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050264	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20050265	26-04-21	20-04-31	20-04-26
20058683	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058689	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20061145	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20061947	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061946	28-05-21	25-08-31	25-08-26
20062596	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20062597	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20063681	25-05-21	25-05-31	25-05-26
20063682	01-06-21	25-05-31	25-05-26
20064346	01-06-21	25-05-31	25-05-26
20064347	25-05-21	30-05-31	30-05-26
20064363	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20064364	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20064656	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20064657	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20065662	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065663	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065667	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065668	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20067519	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067520	26-06-21	26-06-31	26-06-26
20067478	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20069597	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069598	20-07-21	20-07-31	20-07-26

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

20069601	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20072177	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072184	28-07-21	28-07-31	28-07-26

Tableau 2 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS\*, en vrac (Qté. : 1000)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac (Qté. : 1000)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687204</b>		<b>Référence produit Avanos : 12243</b>	
<b>N° de lot(s)</b>	<b>Date de fabrication (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)</b>
20072181	25-08-21	25-08-31	25-08-26
20072182	31-08-21	25-08-31	25-08-26
20072183	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20072189	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075102	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075104	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20077212	23-09-21	23-09-31	23-09-26
20075105	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20077328	29-09-21	29-09-31	29-09-26
20077391	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077403	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20077407	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079296	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079297	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079312	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079313	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079260	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079261	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079299	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079300	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079301	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079315	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20084389	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20084390	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082130	09-02-22	09-02-32	09-02-27



## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

20082175	09-02-22	09-02-32	09-02-27
20082176	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082177	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086318	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086319	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20082179	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086271	08-03-22	08-03-32	08-03-27
20086272	08-03-22	08-03-32	08-03-27

Tableau 2 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS\*, en vrac (Qté. : 1000)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac (Qté. : 1000)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687204</b>		<b>Référence produit Avanos : 12243</b>	
<b>N° de lot(s)</b>	<b>Date de fabrication (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)</b>
20088628	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20088600	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20089012	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20089015	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20090190	26-04-22	23-04-32	23-04-27
20090206	26-04-22	23-04-32	23-04-27
20090191	26-04-22	23-04-32	23-04-27

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804</b>		<b>Référence produit Avanos : 12251</b>	
<b>N° de lot(s)</b>	<b>Date de fabrication (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)</b>
20054925	10-03-21	10-03-31	10-03-26
20054926	10-03-21	10-03-31	10-03-26
20056744	26-03-21	29-03-31	29-03-26
20056745	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057662	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057664	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057663	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20057665	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20058694	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058695	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058696	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20058697	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20061147	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061148	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061149	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061951	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20061952	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20061953	25-05-21	25-05-31	25-05-26
20062605	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20062608	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20062609	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20063691	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20063692	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20063693	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20064348	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20064349	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20064350	16-06-21	16-06-31	16-06-26

## **Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit**

### **Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001**

20065664	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20065665	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20065666	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20067479	28-06-21	28-06-31	28-06-26

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804</b>		<b>Référence produit Avanos : 12251</b>	
<b>N° de lot(s)</b>	<b>Date de fabrication (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)</b>
20067501	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067502	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067500	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20067503	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20067504	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20069599	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069602	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069603	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069600	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20069604	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20069605	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20072178	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072188	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072190	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072179	03-08-21	03-08-31	03-08-26
20072191	03-08-21	03-08-31	03-08-26
20072180	10-08-21	10-08-31	10-08-26
20072187	18-08-21	18-08-31	18-08-26
20075101	25-08-21	25-08-31	25-08-26
20075097	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075098	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075099	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075100	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075085	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075086	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075087	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075088	08-09-21	08-09-31	08-09-26

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

20076648	15-09-21	15-09-31	15-09-26
20075089	15-09-21	15-09-31	15-09-26
20075090	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20075094	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20077330	29-09-21	29-09-31	29-09-26

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804</b>		<b>Référence produit Avanos : 12251</b>	
<b>N° de lot(s)</b>	<b>Date de fabrication (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)</b>
20075095	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20077384	29-09-21	29-09-31	29-09-26
20077383	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077385	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077375	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077376	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077397	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077377	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077378	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077398	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077379	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077380	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077381	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077382	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20079226	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079227	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079228	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079229	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079243	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079250	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079252	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079253	17-11-21	17-11-31	17-11-26

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

20079255	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079256	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079235	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079236	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079237	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079239	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079240	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079241	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079242	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20082076	23-12-21	23-12-31	23-12-26

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804</b>		<b>Référence produit Avanos : 12251</b>	
<b>N° de lot(s)</b>	<b>Date de fabrication (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)</b>
20082077	23-12-21	23-12-31	23-12-26
20082078	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082079	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082080	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082082	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082083	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082084	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082086	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082087	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082090	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082091	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082092	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082103	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082093	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082094	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082095	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082073	16-02-22	16-02-32	16-02-27

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

20082074	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082075	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082098	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082070	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082071	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082072	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086306	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086309	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086310	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086305	08-03-22	05-03-32	05-03-27
20086307	08-03-22	05-03-32	05-03-27
20086308	08-03-22	08-03-32	08-03-27
20086275	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086276	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086277	15-03-22	12-03-32	12-03-27

Tableau 3 – APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD\* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)

<b>APPLICATEURS POUR SOINS DE BOUCHE BALLARD* D'AVANOS, en vrac, manche plastique de 15 cm (Qté. :1000)</b>			
<b>Numéro de matériel Avanos Medical : 109687804</b>		<b>Référence produit Avanos : 12251</b>	
<b>N° de lot(s)</b>	<b>Date de fabrication (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption figurant dans les mentions (JJ-MM-AA)</b>	<b>Date de péremption réelle (JJ-MM-AA)</b>
20086278	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086279	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086300	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086301	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086302	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086303	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086304	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088253	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088256	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088254	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088257	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088258	28-03-22	25-03-32	25-03-27

## Notification de sécurité urgente – Communiqué volontaire relatif au produit

### Applicateurs pour soins de bouche Ballard\* d'Avanos\* FCA-2023-001

20088259	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088260	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088261	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088255	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088262	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088263	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088264	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088265	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088266	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088619	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088620	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088621	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088622	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088623	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20089019	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089080	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089081	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089082	19-04-22	16-04-32	16-04-27