

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo**Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale
FCA-2023-001**

7 febbraio 2023

«Customer Name»

Gentile e stimato cliente,

Con la presente si comunica che Avanos Medical Inc. sta conducendo un'azione correttiva di sicurezza sul campo (FSCA) volontaria che interessa alcuni lotti di prodotti per igiene orale Avanos* Ballard* distribuiti con date di scadenza errate indicate sull'etichetta. Tali prodotti sono concepiti per l'applicazione di un idratante del cavo orale e per la pulizia di labbra, cavo orale, denti e tessuti molli dei pazienti che necessitano di assistenza per l'igiene orale.

Ad oggi Avanos Medical, Inc. non ha ricevuto **alcuna segnalazione di incidenti** quali lesioni o decessi associati alle date di scadenza errate.

I numeri di lotto e i codici con date di scadenza errate sono elencati nell'Allegato 2 (Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3).

MOTIVI DELL'AZIONE CORRETTIVA VOLONTARIA

La presente azione correttiva di sicurezza sul campo è stata avviata a causa dell'etichettatura di alcuni lotti con date di scadenza errate. Le date di scadenza indicate sull'etichetta dei prodotti interessati sono state stampate con una data di scadenza di 10 anni; tuttavia, la durata di conservazione prevista di questi prodotti è di 5 anni.

RISCHIO PER LA SALUTE

Attualmente **non ci sono prodotti scaduti** nei lotti interessati, pertanto non vi è alcun rischio immediato per il paziente e tutti i prodotti elencati nell'**Allegato 2** sono **sicuri per l'uso nei pazienti**. Tuttavia, i prodotti interessati non devono essere utilizzati dopo la data di scadenza effettiva.

Avanos Medical, Inc. ha a cuore la sicurezza del paziente e si impegna a migliorarne il recupero e, per questo motivo, ha avviato la presente azione correttiva di sicurezza sul campo.

La pericolosità dei prodotti scaduti è rappresentata dalla possibilità di rottura/distacco dei componenti. In tale situazione sussiste un possibile minimo rischio di soffocamento.

Lo scopo della presente azione correttiva di sicurezza sul campo è di accertare che siate a conoscenza delle date di scadenza corrette dei prodotti interessati affinché possiate utilizzarli nei pazienti in sicurezza prima della scadenza. Non è necessario restituire il prodotto interessato ad Avanos.

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

TIPO DI AZIONE INTRAPRESA DA AVANOS

Avanos ha apportato le correzioni pertinenti al processo interno al fine di correggere l'incidente. L'etichettatura del prodotto realizzato dopo il 3 maggio 2022 contiene la corretta data di scadenza.

AZIONI DA ADOTTARE DA PARTE DEI CLIENTI

Dai dati in nostro possesso risulta che la vostra struttura ha ricevuto uno o più lotti del prodotto interessato. Questo prodotto può essere utilizzato in sicurezza nei pazienti fino alla corretta data di scadenza riportata nelle Tabelle 1, 2 e 3 di seguito (Allegato 2). Tuttavia, Avanos vi chiede di adottare le seguenti misure:

- Non è necessario restituire il prodotto interessato.
- **COMPILARE** e **RISPEDIRE** ad Avanos il modulo di conferma accluso (**Allegato 1**) all'indirizzo e-mail emeafieldaction@avanos.com.
- **VI PREGHIAMO DI INOLTARE LA LETTERA PER IL CLIENTE ACCLUSA** e il documento **Elenco dei lotti interessati di tamponi per igiene orale (Allegato 2)** ai vostri clienti che potrebbero aver ricevuto o che riceveranno da voi il prodotto interessato.
- Se la vostra struttura è a conoscenza di eventi avversi associati a questo problema, vi preghiamo di contattare piq.emea@avanos.com.

Vi preghiamo di rispondere entro cinque (5) giorni feriali dal ricevimento della presente.

Per domandare informazioni o richiedere ulteriore assistenza, vi preghiamo di contattare Avanos all'indirizzo e-mail emeafieldaction@avanos.com.

Abbiamo già trasmesso questo avviso di sicurezza alle autorità competenti del vostro paese.

Conservare una copia della presente in archivio.

Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il vostro interessamento per questa situazione e ci scusiamo per qualsiasi disagio che questo problema potrebbe causare alla vostra struttura.

Cordiali saluti,

Klien van Dam
Director, Quality and Regulatory Affairs
Avanos Medical Belgium BV

Allegato 1– Modulo di conferma di ricevimento dell'avviso di richiamo.

Allegato 2 – Elenco dei lotti interessati di tamponi per igiene orale con data di scadenza errata.

Pagina 2 di 15

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

Allegato 1 – Modulo di conferma di ricevimento dell'avviso di richiamo

Vi preghiamo di compilare il presente modulo anche se non disponete del prodotto interessato, per confermare di aver ricevuto e compreso il presente avviso di sicurezza, quindi di inviarlo all'indirizzo e-mail emeafieldaction@avanos.com.

Dai dati in nostro possesso risulta che avete ricevuto il seguente prodotto interessato (vi preghiamo di effettuare anche un controllo in magazzino in base all'elenco completo dei prodotti interessati riportato nell'**Allegato 2**).

Codice del prodotto difettoso	Descrizione del prodotto	Numero di lotto	Quantità inviata	Quantità presso la struttura
12241	BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 500)	<Numero di lotto>	<Quantità>	
12243	BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 1000)	<Numero di lotto>	<Quantità>	
12251	BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)	<Numero di lotto>	<Quantità>	

Si conferma di aver ricevuto il presente avviso di sicurezza datato 7 febbraio 2023.

Compilando e restituendo il seguente **Modulo di conferma di ricevimento dell'avviso di richiamo**, vi impegnate inoltre a inviare una copia della Lettera per il cliente acclusa ai clienti che hanno ricevuto da voi il prodotto interessato e a darvi seguito, ove pertinente.

Vi preghiamo di fornire ulteriori informazioni, ove pertinente			
Nome del contatto		Titolo	
Nome della struttura			
E-mail			

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

Telefono		Data	
-----------------	--	-------------	--

Vi preghiamo di inviare una copia del presente modulo di conferma ad Avanos entro **5 giorni feriali** dal ricevimento del presente avviso all'indirizzo e-mail emeafieldaction@avanos.com.

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

Allegato 2

Elenco dei lotti interessati di tamponi per igiene orale Con data di scadenza errata

Tabella 1 – AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 500)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 500)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687003		Codice prodotto Avanos: 12241	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20067528	12-07-21	06-07-31	06-07-26
20069614	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20077132	27-09-21	22-09-31	22-09-26
20079287	10-11-21	03-11-31	03-11-26
20079286	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079285	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079284	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079283	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079282	10-11-21	08-11-31	08-11-26
20082126	27-12-21	27-12-31	27-12-26
20082118	10-01-22	10-01-32	10-01-27
20082119	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082120	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082121	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082122	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20086314	23-03-22	20-03-32	20-03-27

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

Tabella 2 – AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 1000)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 1000)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687204		Codice prodotto Avanos: 12243	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20050262	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050263	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050261	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050264	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20050265	26-04-21	20-04-31	20-04-26
20058683	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058689	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20061145	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20061947	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061946	28-05-21	25-08-31	25-08-26
20062596	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20062597	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20063681	25-05-21	25-05-31	25-05-26
20063682	01-06-21	25-05-31	25-05-26
20064346	01-06-21	25-05-31	25-05-26
20064347	25-05-21	30-05-31	30-05-26
20064363	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20064364	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20064656	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20064657	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20065662	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065663	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065667	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065668	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20067519	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067520	26-06-21	26-06-31	26-06-26
20067478	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20069597	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069598	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20069601	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20072177	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072184	28-07-21	28-07-31	28-07-26

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

Tabella 2 – AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 1000)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 1000)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687204		Codice prodotto Avanos: 12243	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20072181	25-08-21	25-08-31	25-08-26
20072182	31-08-21	25-08-31	25-08-26
20072183	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20072189	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075102	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075104	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20077212	23-09-21	23-09-31	23-09-26
20075105	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20077328	29-09-21	29-09-31	29-09-26
20077391	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077403	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20077407	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079296	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079297	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079312	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079313	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079260	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079261	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079299	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079300	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079301	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079315	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20084389	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20084390	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082130	09-02-22	09-02-32	09-02-27
20082175	09-02-22	09-02-32	09-02-27
20082176	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082177	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086318	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086319	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20082179	02-03-22	02-03-32	02-03-27

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

20086271	08-03-22	08-03-32	08-03-27
20086272	08-03-22	08-03-32	08-03-27

Tabella 2 – AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 1000)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso (qtà 1000)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687204		Codice prodotto Avanos: 12243	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20088628	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20088600	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20089012	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20089015	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20090190	26-04-22	23-04-32	23-04-27
20090206	26-04-22	23-04-32	23-04-27
20090191	26-04-22	23-04-32	23-04-27

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

Tabella 3 – BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687804		Codice prodotto Avanos: 12251	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20054925	10-03-21	10-03-31	10-03-26
20054926	10-03-21	10-03-31	10-03-26
20056744	26-03-21	29-03-31	29-03-26
20056745	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057662	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057664	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057663	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20057665	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20058694	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058695	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058696	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20058697	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20061147	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061148	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061149	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061951	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20061952	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20061953	25-05-21	25-05-31	25-05-26
20062605	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20062608	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20062609	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20063691	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20063692	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20063693	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20064348	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20064349	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20064350	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20065664	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20065665	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20065666	22-06-21	22-06-31	22-06-26

AVANOS

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

20067479	28-06-21	28-06-31	28-06-26
----------	----------	----------	----------

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

Tabella 3 – BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687804		Codice prodotto Avanos: 12251	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20067501	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067502	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067500	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20067503	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20067504	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20069599	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069602	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069603	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069600	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20069604	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20069605	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20072178	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072188	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072190	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072179	03-08-21	03-08-31	03-08-26
20072191	03-08-21	03-08-31	03-08-26
20072180	10-08-21	10-08-31	10-08-26
20072187	18-08-21	18-08-31	18-08-26
20075101	25-08-21	25-08-31	25-08-26
20075097	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075098	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075099	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075100	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075085	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075086	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075087	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075088	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20076648	15-09-21	15-09-31	15-09-26
20075089	15-09-21	15-09-31	15-09-26
20075090	22-09-21	22-09-31	22-09-26

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

20075094	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20077330	29-09-21	29-09-31	29-09-26

Tabella 3 – BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687804		Codice prodotto Avanos: 12251	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20075095	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20077384	29-09-21	29-09-31	29-09-26
20077383	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077385	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077375	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077376	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077397	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077377	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077378	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077398	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077379	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077380	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077381	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077382	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20079226	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079227	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079228	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079229	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079243	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079250	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079252	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079253	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079255	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079256	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079235	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079236	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079237	01-12-21	01-12-31	01-12-26

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

20079239	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079240	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079241	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079242	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20082076	23-12-21	23-12-31	23-12-26

Tabella 3 – BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687804		Codice prodotto Avanos: 12251	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20082077	23-12-21	23-12-31	23-12-26
20082078	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082079	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082080	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082082	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082083	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082084	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082086	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082087	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082090	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082091	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082092	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082103	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082093	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082094	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082095	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082073	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082074	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082075	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082098	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082070	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082071	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082072	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086306	02-03-22	02-03-32	02-03-27

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

20086309	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086310	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086305	08-03-22	05-03-32	05-03-27
20086307	08-03-22	05-03-32	05-03-27
20086308	08-03-22	08-03-32	08-03-27
20086275	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086276	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086277	15-03-22	12-03-32	12-03-27

Tabella 3 – BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)

AVANOS* BALLARD* TAMPONE PER IGIENE ORALE, confezionato sfuso, con impugnatura di plastica da 15 cm (qtà 1000)			
Numero di materiale medico Avanos: 109687804		Codice prodotto Avanos: 12251	
Numero di lotto	Data di produzione (GG-MM-AA)	Data di scadenza indicata sull'etichetta (GG-MM-AA)	Data di scadenza corretta (GG-MM-AA)
20086278	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086279	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086300	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086301	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086302	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086303	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086304	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088253	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088256	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088254	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088257	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088258	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088259	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088260	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088261	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088255	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088262	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088263	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088264	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088265	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088266	05-04-22	02-04-32	02-04-27

Avviso di sicurezza urgente – Avviso di richiamo

Avanos* Ballard* Tampone per igiene orale FCA-2023-001

20088619	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088620	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088621	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088622	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088623	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20089019	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089080	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089081	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089082	19-04-22	16-04-32	16-04-27