

**AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO**  
Solo informazioni ( ) / Azione richiesta ( X )

 All'attenzione di: **MK-MED Medizintechnik AG**

Data: 23 agosto 2023

Assicurarsi che tutti i potenziali utenti siano messi al corrente del presente avviso e che vengano seguite le istruzioni riportate di seguito.

**Prodotti interessati**

Descrizione/Nome del prodotto: Sacca pregelificata, ripiegata 2000 ml

Codice prodotto: 57567-0

Numero di lotto: 1109986

Volume di fornitura: 4224 pezzi

Data: 3.8.2023

Fattura di riferimento / Consegna: 400005022

Riferimento d'acquisto: 23014075


Il riferimento del prodotto e il numero di lotto si trovano su ogni singola confezione e sulle scatole per il trasporto.

**Descrizione del problema**

Serres è venuta a conoscenza del fatto che di recente Le abbiamo spedito prodotti con informazioni errate sulle etichette dei prodotti. I prodotti interessati hanno una data di scadenza errata sulle etichette del prodotto. Di seguito è riportato un esempio di etichetta del prodotto con informazioni errate, come la data di scadenza.

Questo problema riguarda solo un singolo lotto descritto sopra.

Le sacche di aspirazione interessate non causano rischi diretti per i pazienti o gli utenti.



**AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO**

Solo informazioni ( ) / Azione richiesta ( X )

**AZIONI DI SICUREZZA**

**Interrompere l'uso di questo lotto interessato.**

Le chiediamo gentilmente di mettere in quarantena i prodotti interessati nel Suo inventario. Le chiediamo inoltre di recuperare e sostituire i prodotti interessati negli inventari dei clienti finali.

Una volta verificato l'inventario, La preghiamo di compilare il modulo di risposta al Richiamo allegato e restituirlo a Serres entro sette giorni dal ricevimento del presente Avviso di sicurezza sul campo. Se non ha ancora ricevuto la merce interessata da Serres, la preghiamo di rispedirci il modulo entro sette giorni dalla ricezione della fornitura con la merce interessata da Serres. La restituzione del presente modulo ci consente di confermare che ha preso visione del presente avviso e ha intrapreso le azioni appropriate.


Se i prodotti interessati sono già stati utilizzati dal cliente finale, non è necessario intraprendere ulteriori azioni.

**Informazioni di contatto**

|  |
|--|
| <b>Serres Oy</b>   |
| Kauhajoki 23<br>61850 Kauhajoki as, Finland  |
| <b>Persona di contatto: Ville Vuorinen</b>   |
| <b>Telefono: +358 40 565 2004</b>  |
| email : <a href="mailto:complaint@serres.com">complaint@serres.com</a> e<br><a href="mailto:ville.vuorinen@serres.com">ville.vuorinen@serres.com</a> |

Serres Oy conferma che il presente avviso è stato comunicato all'Agenzia di regolamentazione competente.

Cordiali saluti,



Katriina Kottelin

Direttore della qualità

Serres Oy