

«Anrede»

Gerne möchten wir Sie über folgende Produkt Änderungen informieren, welche im Zuge der MDR-Zertifizierung vorgenommen wurden:

Ambu SPUR II Einweg Beatmungsbeutel

Alle SPUR II Varianten werden neu mit Druckbegrenzungsventil, Manometeranschluss und M-Port produziert. Bitte beachten Sie bei manchen Ausführungen die neue Artikel-Nummer.

Ambu Einweg PEEP Ventile und Ambu Einweg Manometer

Neue Verpackungseinheiten

Unter folgendem Link finden Sie die Tabelle mit den Produkt Informationen:

[MDR SPUR-PEEP-Manometer](#)

Wir bitten Sie, diese Informationen an die zuständigen Mitarbeiter*innen resp. Abteilungen weiterzuleiten.

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ambu AG

Laura Tebaldi

Laura Tebaldi | Marketing Manager

Phone: [+41 44 551 97 20](tel:+41445519720) | Direct: [+41 44 551 97 22](tel:+41445519722) | Mobile: [+41 79 244 16 68](tel:+41792441668) | lteb@ambu.com

Ambu AG | Lerzenstrasse 10 | Dietikon | 8953 | Switzerland | www.ambu.ch

The logo for Ambu, consisting of the word "Ambu" in a bold, red, sans-serif font.