

Nyon, 22 février 2024

RAPPEL DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

Action Corrective de Sécurité CAPA-2024-0001

Cette lettre contient des informations importantes qui requièrent **votre attention immédiate**.

Cher client,

Nous vous contactons pour vous informer d'un point important concernant les références suivantes liées à votre AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER ou AIRFLOW One :

Bouteille d'eau	EG-121	date d'expiration 2026-04 / 2026-07 / 2026-10
NIGHT CLEANER Bouteille	EG-120	date d'expiration 2026-07 / 2026-10
Bouteille PIEZON	EG-111	date d'expiration 2026-04 / 2026-07
Bouteille CLEANER	EG-1000	date d'expiration 2026-04

Explication de la question

Nos dossiers indiquent que certains lots de bouteilles n'ont pas été fabriqués conformément à nos normes de qualité. Cela peut entraîner une fuite ou une rupture de la bouteille et, dans un cas défavorable, des blessures. Pour remédier à cette situation, procédons à un rappel de ces bouteilles. Ce rappel est essentiel pour préserver l'intégrité de votre AIRFLOW Prophylaxis Master ou AIRFLOW One.

Action requise

Cessez l'utilisation avec effet immédiat et renvoyez les bouteilles portant la date de péremption mentionnée ci-dessus à votre distributeur.

Mesures correctives prises par l'EMS

E.M.S. a déjà pris les mesures correctives nécessaires pour garantir la fiabilité de la bouteille en améliorant les étapes de contrôle de la fabrication. Tous les autres bouteilles EMS sont sûrs et peuvent être utilisés sans aucune restriction.

Contact Personne de référence

Si vous avez des questions concernant cette action de rappel, veuillez contacter votre représentant/distributeur EMS local ou **vigilancemailbox@ems-ch.com**.

Nous confirmons que les agences réglementaires appropriées ont été informées de ces actions.

EMS considère la sécurité des patients et la satisfaction des clients comme ses principales priorités. Nos principaux objectifs sont la sécurité des patients et des utilisateurs et la fourniture de produits de qualité. Nous nous excusons pour les désagréments que cette situation peut causer et nous vous remercions d'avance d'aider E.M.S. à résoudre ce problème aussi rapidement et efficacement que possible.

Cordialement,



T. Deblock
Responsable Qualité



R. Vincent
Head of Product Manager - GBT



Formulaire de réponse du client

URGENT : ACTION CORRECTIVE DE SECURITE Rappel de produits

Bouteilles EMS WATER / NIGHT CLEANER / PIEZON et CLEANER

Veuillez lire conjointement l'action corrective de sécurité CAPA-2024-0001 et renvoyer le formulaire complété et signé dès que possible ou **au plus tard le 15 avril 2024** à **vigilancemailbox@ems-ch.com**.

Je confirme que cet avis a été lu et compris et que toutes les actions recommandées ont été mises en œuvre comme il se doit.

Nous avons remplacé et collecté le nombre suivant de bouteilles

Référence du produit	Nombre de bouteilles impactées envoyées par EMS	Nombre de bouteilles remplacées par le distributeur
Bouteille d'eau - EG-121	XX	
Bouteille de NIGHT CLEANER - EG-120	XX	
Bouteille PIEZON - EG-111	XX	
Bouteille CLEANER - EG-1000	XX	

Commentaires (le cas échéant) :

Veuillez ajouter une justification si toutes les bouteilles n'ont pas été renvoyées.

Nom de la fiducie / de l'organisation :

Nom, titre et signature de la personne qui remplit le formulaire :