



Fresenius Medical Care (Schweiz) AG
QMRA

Aawasserstrasse 2
CH-6370 Oberdorf
www.freseniusmedicalcare.ch

vigilance.ch@freseniusmedicalcare.com
T +41 (0)41 619-5075

Oberdorf, 12 novembre 2024

FSN Update - *multiFiltratePRO* (articolo n. M205001) – Un errore del software durante il test funzionale iniziale può portare a un test incompleto della macchina

Gentili signore e signori

Con riferimento alla nostra lettera FSN del 16 maggio 2024, siete stato informato che è in fase di sviluppo un aggiornamento software che risolverà l'errore menzionato.

Questo aggiornamento software è ora disponibile e verrà installato sul vostro computer in base all'accessibilità e alla disponibilità.


Il tecnico dell'assistenza responsabile è disponibile per rispondere a qualsiasi domanda o fissare appuntamenti.

Ci scusiamo per l'inconveniente causato e vi ringraziamo per la vostra comprensione. Fresenius Medical Care si impegna a mantenere i più alti standard di qualità e sicurezza per i nostri pazienti e operatori sanitari.

Cordiali saluti



Dr. Bastian Dörsam
Manager Regulatory Affairs and
Quality Management



Thomas Röhren
Critical Care Sales Leader Switzerland