

DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION **AKTUALISIERUNG**



Erstellungsdatum des Schreibens

GE HealthCare Ref.-Nr. 32097-3

An: Leiter/in der Biomedizintechnik
Direktor der Neonatologie / Labor und Entbindung / Pflegedienstleiter
Risikomanager/Krankenhausverwalter

Betreff: **Aktualisierung der Mitteilung von GE HealthCare: Heiztür für bestimmte Giraffe OmniBed und Giraffe OmniBed Carestation Geräte**

Sehr geehrter Kunde,

GE HealthCare hat kürzlich festgestellt, dass weitere Produkte von der beigefügten dringenden Sicherheitsmitteilung (Ref. #32097 und #32097-2) betroffen sind. Daher hat GE HealthCare die Liste der betroffenen Produkte aktualisiert und zusätzliche Giraffe OmniBed Carestation-Geräte hinzugefügt, die zwischen Januar 2018 und **Juli 2025** hergestellt wurden, sowie Giraffe OmniBed- und Giraffe OmniBed Carestation-Geräte, bei denen in diesem Zeitraum die Heizungsklappen ausgetauscht wurden.

Bitte beachten Sie die beigefügte Sicherheitsmitteilung von GE HealthCare Ref. Nr. 32097 und Nr. 32097-2 für weitere Einzelheiten zu diesem Sicherheitsproblem sowie zur Ermittlung des Herstellungsdatums Ihres Geräts.

Bitte seien Sie versichert, dass Sicherheit und Qualität für uns höchste Priorität haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns über die in der dringenden Sicherheitsmitteilung von GE HealthCare angegebenen Kontaktdaten.

Mit freundlichen Grüßen



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical & Safety Officer
GE HealthCare